

Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.11.2025
Formularz cenowo – techniczny

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego zestawów ginekologicznych, zestawów do histeroskopii, cięcia cesarskiego, protezy piersi, artroskopii kolana, protezy kolana, operacji barku i protezy biodra, cewnika Broviaca, toreb do zbiórki płynów oraz serwet uniwersalnych wzmocnionych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą właściwe - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- wyraźnie oznakowany rozmiar,

- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

- oznakowanie CE,

- naklejka do umieszczenia w karcie pacjenta,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do 5 roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:BOK@PL.LRMED.COM

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 7=5x6	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 9=6+8	Wartość brutto 9=7+8	Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
1.	Zestaw ginekologiczny 1.Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. 2.Łęcznik chłonny 30 cm x 40 cm – 5 szt. 3.Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+ 5 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 (+/- 0,5) g/m2, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm (+/- 3 cm) – 1 szt. 4.Miska nerkowata 700 ml – 2 szt. 5.Narzędzie do mycia pola z tworzywa sztucznego w 24 cm – 2 szt. 6.Miska 250 ml plastikowa, ze skalą – 2 szt. 7.Łasma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 (+/- 1) cm – 1 szt. 8.Łchwyt do mocowania przewodów i drenów z trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 11 cm. – 1 szt. 9.Serweta operacyjna 75 cm x 90 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/- 0,5) g/m2. – 1 szt. 10.Serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 (+/- 5cm) ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocie 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z siłkiem i zaworem. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2). Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.	szt.	80	109,00	8 720,00 zł	8%	117,72	9 417,60 zł	Lohmann & Rauscher/ 292079
2.	Zestaw do histeroskopii 1.Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. 2.Łęcznik chłonny 30 cm x 40 cm – 2 szt. 3.Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiadający oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L. – 1 szt. 4.Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiadający oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. – 1 szt. 5.Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+ 5 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 (+/- 0,5) g/m2, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm (+/- 3 cm) – 1 szt. 6.Miska 250 ml plastikowa, ze skalą – 1 szt. 7.Łupfer miękkiej z gazy 20-nitkowej, o średnicy 40 mm(+ 5 mm), włożone do miski z pkt. 6 – 5 szt. 8.Narzędzie do mycia pola z tworzywa sztucznego 24 cm – 1 szt. 9.Łompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe z RTG 10 × 10 cm, bindowane po 10 – 20 szt 10.Sterylna osłona na kamerę o wymiarach 13 x 250 (+/- 2 cm) złożona teleskopowo z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm. Na końcu osłony kartonowe wykończenie. – 1 szt. 11.Łasma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 (+/- 1) cm – 1 szt. 12.Serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm – 1 szt. 13.Serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 (+/- 5cm) ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocie 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z siłkiem i zaworem. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2). Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.	szt.	150	139,00	20 850,00 zł	8%	150,12	22 518,00 zł	Lohmann & Rauscher/ 288388

 szt. | 80 | 109,00 | 8 720,00 zł | 8% | 117,72 | 9 417,60 zł | Lohmann & Rauscher/ 292079 || | **Zestaw do histeroskopii** 1.Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. 2.Łęcznik chłonny 30 cm x 40 cm – 2 szt. 3.Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiadający oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L. – 1 szt. 4.Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiadający oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. – 1 szt. 5.Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+ 5 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 (+/- 0,5) g/m2, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm (+/- 3 cm) – 1 szt. 6.Miska 250 ml plastikowa, ze skalą – 1 szt. 7.Łupfer miękki z gazy 20-nitkowej, o średnicy 40 mm(+– 5 mm), włożone do miski z pkt. 6 – 5 szt. 8.Narzędzie do mycia pola z tworzywa sztucznego 24 cm – 1 szt. 9.Łompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe z RTG 10 × 10 cm, bindowane po 10 – 20 szt 10.Sterylna osłona na kamerę o wymiarach 13 x 250 (+/- 2 cm) złożona teleskopowo z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm. Na końcu osłony kartonowe wykończenie. – 1 szt. 11.Łasma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 (+/- 1) cm – 1 szt. 12.Serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm – 1 szt. 13.Serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 (+/- 5cm) ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocie 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z siłkiem i zaworem. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2). Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. |
 szt. | 150 | 139,00 | 20 850,00 zł | 8% | 150,12 | 22 518,00 zł | Lohmann & Rauscher/ 288388 |

3.	Zestaw do cesarskiego cięcia 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (+/- 3 cm) (jako owinięcie zestawu), wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. 2. Ręcznik chłonny 30 cm x 40 cm – 6 szt. 3. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L – 1 szt. 4. Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+/- 2 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 (+/- 0,5) g/m2, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm (+/- 2 cm) – 1 szt. 5. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: min. 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki, naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL – 2 szt. 6. Narzędzie do mycia pola z tworzywa sztucznego 24 cm – 1 szt. 7. Miska 250 ml plastikowa, ze skalą – 1 szt. 7. Zacisk do pepowiny, tworzywo sztuczne, włożone do miski z pkt. 6 – 2 szt. 8. Tupfer miękki z gazy 20-nitkowej, o średnicy 34 mm(+ 3 mm), włożone do miski z pkt. 7 – 5 szt. 9. Bezpiecznych skalpel z ostrzem numer 20 – 1 szt. 10. Pudełko magnetyczne do zbierania i liczenia igieł, duże min. 20 miejsc – 1 szt. 11. Zestaw do odsysania typu Yankauer, uchwyt wygięty CH. 30 (ø 8 mm), dren ssący 200 cm – 1 szt. 12. Nożyczki metalowe, jednorazowe do pepowiny, zapakowane w torebkę papierową - 1 szt. 13. Tupfer miękki z gazy 20-nitkowej (EN 14079), o wykroju 29 x 35 cm (+/- 1 cm) z rtg , – 20 szt. 14. Serweta z tasiemką i elementem kontrastującym w promieniach RTG, wykonana z gazy bawełnianej zgodnej z EN 14079, 20nitek 4 warstwy, rozmiar po praniu wstępnym min. 40 cm x 40 cm, – 10 szt. 15. Włókninowy opatrunek do zabezpieczania ran z warstwą absorpcyjną, rozmiar 10 cm x 25 cm (+/- 0,5 cm) – 1 szt. 15. Kieszeń na narzędzia, 2 - komorowa, transparentna kieszeń foliowa, samoprzylepna 38x40cm (+/- 1 cm) – 1 szt. 16. Serweta dla noworodka 90 cm x 90 (+/- 5) cm z miękkiej włókniny - 2 szt. 17. Serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 (+/- 5) cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm., Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm) z lekkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiadająca również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2),), spływ cieczy 75%, zdolność absorpcji cieczy 200 ml/m, klasa palności 1 (wg CFR 1610) – 1 szt. Wymagania Składowe (6 -15) umieszczone w opakowaniu kartonowym, podfoliowanym od środka, na zewnątrz pudełka dwie naklejki perforowane. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w 4 samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przezroczystej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania, przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min.2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.	szt.	230	250	57 500,00 zł	8%	270,00	62 100,00 zł	Lohmann & Rauscher/ 305892
	Zestaw do protezy piersi 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. 2. Ręcznik chłonny 30 cm x 40 cm – 8 szt. 3. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace (mieszanki poliestru i celulozy) o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Nie zawierająca lateksu i kalafonii. Fartuch zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem- w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca szew materiału bazowego od mankietu do ramienia. W okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm oraz min. 3 cm x 13 cm. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L – 1 szt. 4. Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+ 5 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 (+/- 0,5) g/m2, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm (+/- 3 cm) – 1 szt. 5. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace (mieszanki poliestru i celulozy) o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Nie zawiera lateksu i kalafonii. Fartuch zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem- w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca szew materiału bazowego od mankietu do ramienia. W okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm oraz min. 3 cm x 13 cm. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL – 2 szt. 6. Kieszeń na narzędzia 2-komorowa w rozmiarze 25 cm x 45 cm, z dwoma taśmami samoprzylepnymi o szerokości 5 cm, służącymi do mocowania i regulacji głębokości kieszeni – 1 szt. 7. Taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 cm (+/- 1 cm) – 2 szt. 8. Uchwyt do mocowania przewodów i drenów z trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiający przewijanie kilku przewodów równocześnie) przeznaczanymi do faliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 11 cm – 2 szt.								

4.	8. Uchwyt do mocowania przewodów i drenów z trókanii z włókniny spłniale o długości min. 25 cm (umożliwiający przewiązanie kilku przewodów równoczesnej przymocowytymi do rolowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 5 x 11 cm. – 2 szt. 9. Sterylna osłona na kamerę o wymiarach 13 x 250 (+/- 2 cm) złożona teleskopowo z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm. Na końcu osłony kartonowe wykończenie. – 1 szt. 10. Pokrowiec na uchwyt do lampy operacyjnej, z kołnierzem 9,5x13cm – 1szt. 11. Butla Redona, wysokopodciśnieniowy system drenażu ran, przewód elastyczny, łączący, łącznik schodowy, CH 06–18 400 ml – 1szt. 12. Kocówka do odsysania typu Yankauer, uchwyt wygięty CH 24 (ø 8 mm)– 1 szt. 13. Dren ssący pola operacyjnego CH 30, długość 300 cm – 1 szt. 14. Narzędzie do mycia pola z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim 24 cm – 1 szt. 15. Pudełko magnetyczne do zbierania i liczenia igieł, duże (z gąbką) min. 20 miejsc – 1 szt. 16. Strzykawka jednorazowa 3-częściowa 20 ml Luer Lock – 2 szt. 17. Miska plastikowa niebieska 1000 ml – 1 szt. 18. Miska 250 ml plastikowa, niebieska ze skalą – 2 szt. 19. Tupfer miękki z gazy 20-nitkowej (EN 14079), o wykroju 23,5 x 23,5 cm (+/- 1 cm), włożone do miski z pkt. 18 – 6 szt. 20. Pisak do znakowania skóry z linijką – 1 szt. 21. Bezpiecznych skalpel z ostrzem numer 11 – 1 szt. 22. Tupfery twarde do preparowania tkanek z nitką RTG o wykroju 7,5 cm x 7,5 cm (+/- 1 cm), pakowane po 10 szt. w tekturowym pudełku zamykanym z przegródkami – 1 szt. 23. Włókninowy opatrunek do zabezpieczania ran z warstwą absorpcyjną, rozmiar 15 cm x 10 cm (+/- 0,5 cm) – 1 szt. 24. Włókninowy opatrunek do zabezpieczania ran z warstwą absorpcyjną, rozmiar 10 cm x 34 cm (+/- 0,5 cm) – 1 szt. 25. Kompresy z gazy 17-nitkowej 8-warstwowe z RTG 10 x 10 cm, bindowane po 10 – 10 szt. 26. Serweta z taśmą i elementem kontrastującym w promieniach RTG, wykonana z gazy bawełnianej zgodnej z EN 14079, 20nitek 4 warstwy, rozmiar po praniu wstępnym min. 20 cm x 30 cm, kolor biały – 10 szt. 27. Serweta operacyjna samoprzylepna 90 cm x 110 cm (+/- 3 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/- 0,5) g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem, który zapewnia bezpieczne i trwałe mocowanie serwety podczas zabiegu, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego – 2 szt. 28. Serweta operacyjna samoprzylepna wzmocniona 90 cm x 110 (+/- 3 cm) cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 (+/- 0,5) g/m2. Serweta wzmocniona polipropylenową łatą chłonną w obszarze krytycznym. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łat chłonnej 109 (+/- 0,5) g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem, który zapewnia bezpieczne i trwałe mocowanie serwety podczas zabiegu, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego – 2 szt. 29. Serweta operacyjna samoprzylepna 150 cm x 180 cm (+/- 3 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 (+/- 0,5) g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem, który zapewnia bezpieczne i trwałe mocowanie serwety podczas zabiegu, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego – 1 szt. 30. Serweta operacyjna samoprzylepna wzmocniona 150 cm x 180 cm (+/- 3 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 (+/- 0,5) g/m2. Serweta wzmocniona polipropylenową łatą chłonną o wymiarach 20 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łat chłonnej 109 (+/- 0,5) g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem, który zapewnia bezpieczne i trwałe mocowanie serwety podczas zabiegu, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego – 1 szt. 31. Serweta operacyjna samoprzylepna wzmocniona 190 cm x 225 cm (+/- 3 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 (+/- 0,5) g/m2. Serweta wzmocniona polipropylenową łatą chłonną o wymiarach 25 cm x 75 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łat chłonnej 109 (+/- 0,5) g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem, który zapewnia bezpieczne i trwałe mocowanie serwety podczas zabiegu, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego – 1 szt. Wymagania : Składowe (6 -26) umieszczone w opakowaniu kartonowym, podfoliowanym od środka, na zewnątrz pudełka dwie naklejki perforowane. Składowe z pozycji (22-26) dodatkowo umieszczone w torbie papierowej. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przezroczystej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania, przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Na opakowaniu ew. oznaczenie zestawu kolorem w celu szybkiego i łatwego rozpoznania zestawu w strefie	szt.	100	335,00	33 500,00 zł	8%	361,80	36 180,00 zł	Lohmann & Rauscher/ 299254
	Zestaw do artroskopii kolana z workiem 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. 2. Ręcznik chłonny 30 cm x 40 cm – 4 szt. 3. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace (mieszanek poliestru i celulozy) o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Nie zawierająca lateksu i kalafonii. Fartuch posiadający nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdujące się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem- w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL – 1 szt. 4. Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+ 5 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 (+/- 0,5) g/m2, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm (+/- 3 cm) – 1 szt. 5. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace (mieszanek poliestru i celulozy) w o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Nie zawierająca lateksu i kalafonii. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem- w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów.Posiadające oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL – 1 szt. 6. Dren ssący pola operacyjnego CH 25, długość 300 cm – 1 szt. 7. Końcówka do odsysania typu Yankauer, wygięta, z uchwytem, wielostopniowy lejek do podłączenia, średnica zewn. 8 mm, CH 24 – 1szt. 8. Cewnik ssący, prosty, 2 boczne otwory CH.12 50 cm – 1 szt. 9 . Intrafix primeline comfort urządzenie do infuzji, infuzja grawitacyjna, przepływ 6,3 ml/min, luer-lock 180cm – 1 szt. 10. Narzędzie do mycia pola z tworzywa sztucznego 24 cm – 1 szt. 11. Miska 250 ml plastikowa, ze skalą – 1 szt. 12. Opaska elastyczna o średniej rozciągliwości, długość 5 m x 15 cm, rozciągliwość wzdłużna ok. 130%,- 1 szt. 13 . Skalpel bezpieczny z rączką , ostrze nr 11 – 1 szt. 14. Opatrunek na ranę z wkładem chłonnym rozmiar 5x7 cm – 3 szt. 15. Tupfer miękki z gazy 20-nitkowej, o średnicy 40 mm(+ 5 mm), włożone do miski z pkt. 11 – 5 szt. 16. Kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe z RTG 10 x 10 cm, bindowane po 10 – 20 szt. 17. Sterylna osłona na kamerę o wymiarach 13 x 250 (+/- 2 cm) złożona teleskopowo z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm. Na końcu osłony kartonowe wykończenie. – 1 szt. 18. Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33 x 55 cm (+/- 2 cm) z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm, osłona wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). – 1 szt. 19. Serweta operacyjna 150 cm x 180 cm (+/- 3 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 (+/- 0,5) g/m2.– 1 szt. 20. serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm (+/- 3 cm) z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). - 1 szt. Wymagania : Składowe (6 -17) umieszczone w opakowaniu kartonowym, podfoliowanym od środka, na zewnątrz pudełka dwie naklejki perforowane.Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Opakowanie - torba z przezroczystej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania, przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności	szt.	150	225,00	33 750,00 zł	8%	243,00	36 450,00 zł	Lohmann & Rauscher/ 305890

Zestaw do protezy kolana 1. Serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 200x250cm wykonana z dwukolorowej folii PE i laminatu 2-warstwowego PP/PE w obszarze wzmocnienia. Wielkość obszaru wzmocnionego 150 cm x 250 cm. Warstwy laminatu połączone przy użyciu kleju topliwego. 2. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewodniewnej włókniny typu spunlace (mieszanki poliestru i celulozy) o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Nie zawierający lateksu i kalafonii. Fartuch zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem- w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca szew materiału bazowego od mankietu do ramienia. W okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm oraz min. 3 cm x 13 cm. Posiadający oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L – 1 szt. 3. Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+ 5 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 (+/- 0,5) g/m2, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm (+/- 3 cm) – 2 szt. 4. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewodniewnej włókniny typu spunlace (mieszanki poliestru i celulozy) w o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Nie zawierający lateksu i kalafonii. Fartuch zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem- w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca szew materiału bazowego od mankietu do ramienia. W okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm oraz min. 3 cm x 13 cm. Posiadający oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 170 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XXL – 3 szt. 5. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. 6. Kieszeń na narzędzia, 2 - komorowa, transparentna kieszeń foliowa, samoprzylepna 38x40cm – 1 szt. 7. Kieszeń na narzędzia 2-komorowa w rozmiarze 25 cm x 45 cm, z dwoma taśmami samoprzylepnymi o szerokości 5 cm, służącymi do mocowania i regulacji głębokości kieszeni – 1 szt. 8. Dren ssący pola operacyjnego CH 25, długość 300 cm – 1 szt. 9. Końcówka do odsysania typu Yankauer, wygięta, z uchwytem, wielostopniowy lejek do podłączenia, średnica zewn. 8 mm, CH 24 – 1szt. 10. Elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową, długość kabla 3,2 m – 1 szt. 11. Narzędzie do mycia pola z tworzywa sztucznego 24 cm – 1 szt. 12. Pudełko magnetyczne do zbierania i liczenia igieł, duże (z gąbką) min. 20 miejsc – 1 szt. 13. Miska 250 ml plastikowa, ze skalą – 1 szt. 14. Czyścik do elektrody min. 5x5cm, z elementem kontrastującym w RTG, od spodu pasek samoprzylepny – 1 szt. 15. Jednorazowe ostrze do skalpela roz. 23 – 6 szt. 16. Tupfer miękkii z gazy 20-nitkowej, o średnicy 40 mm(+ 5 mm),włożone do miski z pkt. 13 – 5 szt. 17. Opaska elastyczna o średniej rozciągliwości, długość 5 m x 15 cm, rozciągliwość wzdłużna ok. 130%, kolor biały - 3 szt. 18. Wata syntetyczna w rolce 15 cm 3 m – 2 szt. 19. Kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe z RTG 10 × 10 cm, bindowane po 10 – 40 szt. 20. Serweta z tasiemką i elementem kontrastującym w promieniach RTG, wykonana z gazy bawełnianej, 20nitk 6 warstwy, rozmiar po praniu wstępnym min. 50 cm x 60 cm, – 10 szt. 21. Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33 x 55 cm (+/- 2 cm) z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm, osłona wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2) – 1 szt. 22. . Serweta operacyjna samoprzylepna 75 cm x 90 cm (+/- 3 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/- 0,5) g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem, który zapewnia bezpieczne i trwałe mocowanie serwety podczas zabiegu, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego – 2 szt. 23. Serweta operacyjna samoprzylepna 150 cm x 180 cm (+/- 3 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 (+/- 0,5) g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem, który zapewnia bezpieczne i trwałe mocowanie serwety podczas zabiegu, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego – 1 szt. 24. Serweta na kończynę 225 cm x 320 cm (+/- 3 cm) z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2) – 1 szt. Wymagania : Składowe (6 -20) umieszczone w opakowaniu kartonowym, podfoliowanym od środka, na zewnątrz pudełka dwie naklejki perforowane.Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Opakowanie - torba z przezroczystej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania, przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min.2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.	szt.	80	440,00	35 200,00 zł	8%	475,20	38 016,00 zł	Lohmann & Rauscher/ 295948
Zestaw do operacji barku 1. Serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 200x250cm wykonana z dwukolorowej folii PE i laminatu 2-warstwowego PP/PE w obszarze wzmocnienia. Wielkość obszaru wzmocnionego 150 cm x 250 cm. Warstwy laminatu połączone przy użyciu kleju topliwego. 2. Ręcznik chłonny 30 cm x 40 cm – 2 szt. 3. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewodniewnej włókniny typu spunlace (mieszanki poliestru i celulozy) o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Nie zawierający lateksu i kalafonii. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem- w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów. Posiadająca oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 170 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XXL – 2 szt. 4. Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+ 5 cm), serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z laminatu dwuwarstwowego : włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 155 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm (+/- 3 cm).-1 szt. 5. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewodniewnej włókniny typu spunlace (mieszanki poliestru i celulozy) o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Nie zawierająca lateksu i kalafonii. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdujące się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem- w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów. Posiada oznakowanie rozmiaru na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L – 1 szt. 6. Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+ 5 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 (+/- 0,5) g/m2, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm (+/- 3 cm) – 1 szt. 7. Kieszeń na narzędzia, 2 - komorowa, transparentna kieszeń foliowa, samoprzylepna 38x40cm – 1 szt. 8. Uchwyt do mocowania przewodów i drenów z trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 11 cm. – 1 szt. 9. Dren ssący pola operacyjnego CH 25, długość 300 cm – 1 szt.								

7.	10. Końcówka do odsysania typu Yankauer, wygięta, z uchwytem, wielostopniowy lejek do podłączenia, średnica zewn. 8 mm, CH 24 – 1szt. 11. Elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową, długość kabla 3,2 m – 1 szt. 12. Narzędzie do mycia pola z tworzywa sztucznego 24 cm – 1 szt. 13. Pudełko magnetyczne do zbierania i liczenia igieł, duże (z gąbką) min. 20 miejsc – 1 szt. 14. Strzykawka, centryczna 50/60 ml – 1 szt. 15. Miska 250 ml plastikowa, ze skalą – 1 szt. 16. Czyścik do elektrody min. 5x5cm, z elementem kontrastującym w RTG, od spodu pasek samoprzylepny – 1 szt. 17. Jednorazowe ostrze do skalpela roz. 23 – 2 szt. 18. Tupfer miękki z gazy 20-nitkowej, o średnicy 40 mm(+/- 5 mm), włożone do miski z pkt. 15 – 5 szt. 19. Opaska elastyczna o średniej rozciągliwości, długość 5 m x 15 cm, rozciągliwość wzdłużna ok. 130%, kolor biały - 1 szt. 20. Kompresy z gazy 17-nitkowej 16-warstwowe z RTG 5 × 5 cm, bindowane po 10 – 20 szt. 21. Kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe z RTG 10 × 10 cm, bindowane po 10 – 50 szt. 22. Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33 x 55 cm (+/- 2 cm) z 2 taśmami samoprzylepnymi 10x50 cm, osłona wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2) – 1 szt. 23. Serweta operacyjna 75 cm x 90 cm (+/- 3 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. 24. Serweta operacyjna samoprzylepna 150 cm x 180 cm (+/- 3 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 (+/- 0,5) g/m2. Taśma mocująca w serwiecie pokryta klejem, który zapewnia bezpieczne i trwałe mocowanie serwety podczas zabiegu, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego – 1 szt. 25. Serweta samoprzylepna wzmocniona 225 cm x 300 cm (+/- 3 cm) z wycięciem „U” 10cm x 100 cm serweta posiada pasek samoprzylepny zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2) – 1szt. 26. Serweta przylepna, 2-warstwowa 190x225 cm (+/- 3 cm), ze wzmocnieniem min. 25 × 75 cm (+/- 1 cm),, taśma przylepna na boku 190 cm. Gramatura laminatu podstawowego 57 (+/- 0,5) g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 (+/- 0,5) g/m2. Taśma mocująca w serwiecie pokryta klejem, który zapewnia bezpieczne i trwałe mocowanie serwety podczas zabiegu, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego – 1 szt. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.	szt.	50	350,00	17 500,00 zł	8%	378,00	18 900,00 zł	Lohmann & Rauscher/ 295949
	Zestaw uniwersalny wzmocniony 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (+/- 3 cm) 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+/- 3 cm) 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm (+/- 3 cm) z paskiem samoprzylepnym 80 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm (+/- 3 cm) serweta posiadająca pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego , na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2). Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min.2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.	szt.	300	49,00	14 700,00 zł	8%	52,92	15 876,00 zł	Lohmann & Rauscher/ 33307
	Torba do zbiórki płynów Sterylna torba do zbiórki płynów i tkanek wykonana z folii o grubości 50µm. Torba posiada wycięcie "U" otoczone dzieloną taśmą samoprzylepną zakończoną zakładkami bez kleju (fingerlifty) oraz poziomą taśmę samoprzylepną. Worek wyposażony w sztywnik służący do modelowania, zawór do odprowadzania płynów oraz sito do pobierania tkanek; torba posiada perforację, która umożliwia zastosowanie w różnych procedurach chirurgicznych. Wymiar całkowity torby 60 cm x 90 cm (+/- 3 cm) , wymiar górnej części z wycięciem "U" 36 cm x 60 cm, wymiar dolnej części w kształcie trójkąta 56x56x60 cm. Dolna część posiada taśmę samoprzylepną min. 5 cm sztywnik oraz drobne sito i zawór , górna część samoprzylepne wycięcie w kształcie litery "U". Obie serwety w miejscu łączenia posiadają perforację na całej szerokości oznaczoną ciemnozieloną taśmą samoprzylepną o szerokości 2 cm, po której oderwaniu widoczna jest perforacja. Torba posiadająca min. 1 etykietę samoprzylepną zawierającą nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	szt.	200	12,50	2 500,00 zł	8%	13,50	2 700,00 zł	Lohmann & Rauscher/ 33775
	Zestaw do protezy biodra z torbami 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. 2. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace (mieszanki poliestru i celulozy) o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Nie zawierająca lateksu i kalafonii. Fartuch posiadający nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem- w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Taśma poliestrowa								

zabezpieczająca łączenie materiału wzdłuż rękawów. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuch, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L – 1 szt.									
3. Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+ 5 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 (+/- 0,5) g/m2, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm (+/- 3 cm) – 2 szt.									
4. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace (mieszanki poliestru i celulozy) o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Nie zawierający lateksu i kalafonii. Fartuch posiadający nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem- w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej; z tyłu, w okolicach szyi, zapiecie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety rękawów o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Taśma poliesterowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL – 1 szt.									
5. Iloban 2 folia chirurgiczna 90x45cm (+/- 3 cm) powierzchnia klejąca 60x45cm (+/- 3 cm) – 1 szt.									
6. Kieszka na narzędzia, 2 - komorowa, transparentna kieszka foliowa, samoprzylepna 38x40cm – 1 szt.									
7. Taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 cm (+/- 1 cm) – 2 szt.									
8. System drenażu Redona, przyłącze LL, przewód elastyczny, łącznik schodowy CH. 06–18 400 ml – 1 szt.									
9. Dren Redona do drenażu ran, perforacja 15 cm CH. 14 / 50 cm – 1 szt.									
10. Dren ssący pola operacyjnego CH 25, długość 350 cm – 1 szt.									
11. Końcówka do odsysania typu Yankauer, wygięta, z uchwytem, wielostopniowy lejek do podłączenia, średnica zewn. 8 mm, CH 24 – 1szt									
10.	12. Pudełko magnetyczne do zbierania i liczenia igieł, duże (z gąbką) min. 20 miejsc – 1 szt.	szt.	35	628,00	21 980,00 zł	8%	678,24	23 738,40 zł	Lohmann & Rauscher/ 299240
	13. Strzykawka, centryczna 50/60 ml – 1 szt.								
	14. Miska bezbarwna, okrągła, ze skalą, 250ml – 1 szt.								
	15. Miska 250 ml plastikowa, – 1 szt.								
	16. Jednorazowe ostrze do skalpela roz. 23 – 3 szt.								
	17. Czyścik do elektrody min. 5x5cm, z elementem kontrastującym w RTG, od spodu pasek samoprzylepny – 1 szt.								
	18. Kompresy z gazy 17-nitkowej 16-warstwowe z RTG 5 x 5 cm, bindowane po 10 – 10 szt.								
	19. Kompresy z gazy 17-nitkowej 16-warstwowe z RTG 10 x 10 cm, bindowane po 10 – 60 szt.								
	20. Kompresy z gazy 17-nitkowej 16-warstwowe z RTG 10 x 20 cm, bindowane po 10 – 10 szt.								
	21. Prostokątny 20 x 30 cm, opatrunek z warstwą kontaktową z perforowanej folii polietylenowej, warstwą rozprowadzającą wysięk hydrofilnej włókniny z termicznie łączonych włókien polipropylenowych, chłonnym rdzeniem z celulozy z superabsorbentem z poliakrylanu sodu oraz hydrofobową warstwą ochronną z termicznie łączonych włókien polipropylenowych oraz kleju topliwego z surowców syntetycznych; warstwa kontaktowa z raną oraz warstwą ochronną całkowicie otaczając warstwę włókniny oraz rdzeń chłonny a ich wszystkie krawędzie są połączone za pomocą kleju topliwego – 1 szt.								
	22. Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33 x 110 (+/- 3 cm) cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm (+/- 1 cm), osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2) – 1 szt.								
	23. Serweta operacyjna samoprzylepna 2-warstwowa 225x260 (+/- 3 cm) cm , wycięcie „U” 10 x 100 cm , wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 (+/- 0,5) g/m2.								
	24. Serweta operacyjna samoprzylepna 2-warstwowa wzmocniona 150x250 (+/- 3 cm) cm, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego , na serwecie polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2).								
	25. Serweta do chirurgii biodra w ułożeniu bocznym 285/400x400 (+/- 3 cm) cm w kształcie litery „T”, ze zintegrowanym ekranem anestetycznym posiada otwór samouszczelniający 18x22cm (neopren), 2 kieszenie (z folii PE o grubości 50µm) 70x120cm (+/- 3 cm) do dyslokacji kończyny umieszczone po obu bokach serwety. Serweta posiada włókninowy materiał wzmocnienia umieszczony wokół otworu oraz 6 zintegrowanych organizatorów przewodów. Serweta jest wyposażona w pasek samoprzylepny nad otworem. Boki serwety w części dolnej wykonane z transparentnej folii polietylenowej. Gramatura laminatu podstawowego 57 (+/- 0,5) g/m2. Serweta wzmocniona polipropylenową łatą chłonną w obszarze krytycznym. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 (+/- 0,5) g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem, który zapewnia bezpieczne i trwałe mocowanie serwety podczas zabiegu, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego – 1 szt.								
	Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min.2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentację medyczną zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE								
	Zestaw do cewnika Broviaca 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. 2. Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe, bezpudrowe roz. 7 – 2 para 3. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapiecie na rzep. Posiadające oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rękawy fartucha zakończone mankietem z poliestru. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho / na mokro min. 185 /170 kPa, odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro 3,2 IB , długość fartucha 150cm – 2 szt. 4. Serweta operacyjna samoprzylepna 37,5 cm x 45 cm (+/- 3 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa – 1 szt. 5. Kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe z RTG 10 x 10 cm, bindowane po 10 – 10 szt. 6. Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa 20 ml – 1 szt. 7. Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa 10 ml – 1 szt. 8. Kaniula jednorazowa zielona ze szlifem fasetkowym 21 G (0,8 mm x 80 mm) – 3 szt. 9. Kaniula jednorazowa pomarańczowa ze szlifem fasetkowym 25 G (0,5 x 40 mm) – 2 szt. 10. Skalpel z ostrzem numer 11 – 2 szt. 11. Miska nerkowa 700 ml – 2 szt. 12. Narzędzie do mycia pola z tworzywa sztucznego 24,5cm – 1 szt. 13. Miska 250 ml plastikowa, ze skalą – 1 szt. 14. Tupper miękki z gazy 20-nitkowej, o średnicy 40 mm(+ 5 mm), włożone do miski z pkt. 13 – 3 szt. 15. Serweta z wycięciem, 2-warstwowa 150 x 260cm (+/- 3 cm), wycięcie „U” 60 x 20 cm (+/- 3 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 (+/- 0,5) g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem, który zapewnia bezpieczne i trwałe mocowanie serwety podczas zabiegu, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego – 1 szt. 16. Serweta 225 cm x 240 cm z wycięciem „U” 20 cm x 20 cm (+/- 3 cm) wzmocniona. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/- 0,5g/m2). W serwecie poniżej wycięcia „U” polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2). Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem, który zapewnia bezpieczne i trwałe mocowanie serwety podczas zabiegu, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego – 1 szt.	szt.	100	165,00	16 500,00 zł	8%	178,20	17 820,00	Lohmann & Rauscher/ 289611
11	Wymagania : Składowe (6 -10) umieszczone w papierowej torbie								
	Zestaw posiadający min. 1 etykietę samoprzylepną zawierającą nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.								
Zestawy zabiegowe w pozycjach 1-8 oraz 10-11 muszą spełniać wymagania dla obłożeń wg. poniższej tabeli, z uwzględnieniem wyższych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia:									