

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto <i>6=4x5</i>	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto <i>8=9÷4</i>	Wartość brutto <i>9=6+7</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Zakup i wdrożenie licencji służącej do post-processingu obrazowania mózgu	szt.	1	129 000,00 PLN	129 000,00 PLN	VAT odwrócony	129 000,00 PLN	129 000,00 PLN
II	Integracja systemu z systemem Szpitala	szt.	1	20 000,00	20 000,00	8%	21 600,00 PLN	21 600,00 PLN
III	Prace konfiguracyjne	szt.	1	2500,00	2500,00	23%	3 075,00 PLN	3 075,00 PLN
SUMA					151 500 PLN		153 675 PLN	153 675 PLN

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

Zakup i wdrożenie licencji służącej do post-processingu obrazowania mózgu	
1.	Integracja systemu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS firmy Pixel w celu automatycznego pobierania badań obrazowych, po stronie Wykonawcy
2.	System powinien współpracować z urządzeniami diagnostycznymi CT I MR niezależnie od producenta.
3.	Zapewnienie automatycznego przetwarzania danych: zestawy danych perfuzji CT z możliwością obliczenia półilościowego (względny przepływ krwi, objętość, średni czas przejścia, czas opóźnienia tętnica - tkanka Tmax), parametrów ilościowych (współczynnik dyfuzji pozornej) i objętości obliczeniowych tkanki o parametrach w określonych zakresach
4.	Zapewnia przetwarzanie danych: zestawy danych angiografii CT, w których system zapewnia poprzeczne, koronalne i strzałkowe projekcje wewnątrzczaszkowego układu naczyniowego, a także półkulowe porównanie gęstości naczyń krwionośnych w danych projekcjach ilościowe porównanie krążenia obocznego półkul, oraz automatyczne wykrywanie okluzji głównych naczyń z zaznaczeniem obszaru niedokrwienia. Zautomatyzowana ocena krążenia obocznego w angiografii CT w obszarze objętym jedno- i wielofazowym obrazowaniem CTA naczynia.
5.	Zapewnia przetwarzanie danych: zestawy danych CT bez kontrastu (natywne), gdzie system zapewnia automatyczną ocenę zgodnie ze skalą umożliwiającą oszacowanie rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia (skale: ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score), obszarów niedokrwienia oraz starych (niebranych pod uwagę) zmian. Wizualizacja ostrej i nieostrej hipodensencji. Wolumetryczne

	oznaczanie ostrej i nieostrej hipodensencji. Wykrywanie, wizualizacja i ocena ilościowa krwiaka śródmózgowego (ICH), w tym obliczenie objętości. Automatyczne wykrywanie naczyń hiperdensyjnego. Automatyczne wykrywanie zwapnień
5.	Dane wynikowe w postaci plików DICOM wysyłanych do systemu archiwizacji PACS oraz skompresowane i zanonimizowane (zgodne z RODO) na telefon/tablet. System musi mieć możliwość dostępu do pseudonimizowanych wyników obrazowania poza szpitalem za pośrednictwem interfejsu WebUI lub aplikacji mobilnej obsługującej systemy iOS i Android.
6.	Potwierdzone parametry zgodnie z kryteriami zastosowanymi w badaniach DAWN i DEFUSE3
7.	Automatyczna kontrola jakości danych – w szczególności ruchów pacjenta, artefaktów, krzywej funkcji napływu tętniczego i krzywej wypływu żylnego
8.	System powinien obsługiwać rejestrację informacji klinicznych, takich jak strona dotknięta chorobą, wynik NIHSS, przedchorobowy wynik mRS, ostatni znany dobrze parametr
9.	System powinien informować o spełnieniu kryteriów wskazań zgodnie z najnowszymi wytycznymi
10.	System powinien mieć możliwość eksportu wyników do arkusza kalkulacyjnego xls
11.	System musi umożliwiać zdalną diagnostykę serwisową za pośrednictwem tunelu VPN.
12.	System musi posiadać moduł monitorowania ważności licencji.
13.	Okres gwarancji i wsparcia technicznego na system wynosi 24 miesiące. Wsparcie może być realizowane: przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zdanie za pomocą prywatnej sieci wirtualnej (VPN)
14.	Licencja na oprogramowanie 24 miesiące od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
15.	Na czas trwania licencji dostarczenie dedykowanego serwera do uruchomienia usługi post-procesingu
16.	System musi być dostępny w języku polskim i posiadać instrukcję użytkownika w języku polskim
17.	Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i użytkownika

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

CEO - Michail Papadakis

.....
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy