

Formularz cenowo-techniczny - Zadanie 3

1. Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy sond oraz strzykawkę do enteralnego żywienia noworodków**, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych),
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie **do 5* dni roboczych** od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej **na adres e-mail: zamowienia@vygon.com ***.
7. Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

***wypełnia Wykonawca**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)*	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. Wielkość opakowania handlowego.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bezpieczna sonda do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe (nie pozwalającym na podłączenie do zakończenia Luer), z PVC LUB wykonaną z Poliuretanu PU, do stosowania do tygodnia. Dystalna końcówka zamknięta, 2 otwory boczne. Nasadka sondy oznaczona kolorem fioletowym i korek oznakowaniem kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi. Oznaczniki długości co 1cm na długości od 5cm do70cm. Widoczna w RTG. długość 125cm. Nie zawiera ftalanów. Rozmiar 4Fr, 5Fr, 6Fr,8Fr.	szt	5 000	5,50 zł	27 500,00 zł	8%	29 700,00 zł	5,94 zł	VYGON / Sonda Nutrisafe / 362.xx2 / 25 szt.
2.	Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe (nie pozwalającym na podłączenie do zakończenia Luer) , fioletowy tłok, pojemność 5ml, sterylna.	szt	17 000	0,84 zł	14 280,00 zł	8%	15 422,40 zł	0,91 zł	VYGON-Pentaferte / Strzykawka Nutrisafe / 1015.054 / 100 szt.
3.	Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe (nie pozwalającym na podłączenie do zakończenia Luer), fioletowy tłok, napis na strzykawce ENTERAL, pojemność 20ml, sterylna.	szt	9 500	1,70 zł	16 150,00 zł	8%	17 442,00 zł	1,84 zł	VYGON-Pentaferte / Strzykawka Nutrisafe / 1015.204 / 80 szt.
4.	Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe (nie pozwalającym na podłączenie do zakończenia Luer), fioletowy tłok, napis na strzykawce ENTERAL, pojemność 60ml, sterylna.	szt	13 000	2,80 zł	36 400,00 zł	8%	39 312,00 zł	3,02 zł	VYGON-Pentaferte / Strzykawka Nutrisafe / 1015.604 / 60 szt.
				Razem Netto:	94 330,00 zł	Razem Brutto:	101 876,40 zł		