

Gdańsk, dnia 15 maja 2025 r.

D10.251.34.G.2025

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp na dostawę narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1 dot. projektu umowy

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1-5:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, wskazanych w § 9 umowy ust. 1 pkt.1-4.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, lecz nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.
3. Niezależnie od kar umownych wskazanych w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanej części zamówienia, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wymiany przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4, lecz nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części zamówienia
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 7, 8, 10, 11, lub 12, lecz nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia. W uzasadnionych technicznie przypadkach Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę wyrobu zastępczego o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyrób serwisowany.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy dotyczących kar umownych.

Pytanie 2 dot. części nr 4 punkt 1. Optyka artroskopowa 30 st., średnica 2,7mm długość 72mm

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie optyki artroskopowej 30 st., średnicy 2,7mm, długości 75mm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3 dotyczy części nr 4 punkt 5. Światłowód, Wolf Style 3,5 mm x 274 cm

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie światłowodu w przeźroczystej osłonie o wymiarach 5,0mm długości 3,0m?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.




Pytanie 4 dotyczy części nr 4 punkt 6. Haczyk artroskopowy, małe stawy, trzon 71 mm, koniec. 3,4 mm

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie haczyka artroskopowego o średnicy 3,0mm, długości narzędzia 235mm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem


WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Małgorzata Szyszka



Gdańsk, dnia 16 maja 2025 r.

D10.251.34.G.2025

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp na dostawę narzędzi do zabiegów medycznych i chirurgicznych.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 5 dot. części nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od zapisów „WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE” – punkt 1-5, „OZNAKOWANIE” – punkt 1, „GWARANCJA” punkt 1-2 jako, że te zapisy/normy nie dotyczą sprzętu opisanego w Części 4?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 2 - Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 6 dot. części nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przysyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na wskazany przez siebie adres email?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, adres e-mail: zaopatrzenie@copernicus.gda.pl.

Pytanie 7 dot. części nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od komunikacji poprzez faks?

W dobie elektroniczacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dot. części nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogów norma zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym. Normy podane przez Zamawiającego nie dotyczą asortymentu wymienionego w pakiecie 4, a w związku z tym wymagania te nie mogą być spełnione. Odpowiedź negatywna uniemożliwi Wykonawcy wzięcie udziału w postępowaniu, a Zamawiającemu zakup asortymentu

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym załącznikiem nr 2 - Formularzem asortymentowo-cenowym.

Z poważaniem


WICEPRZEDSIĘDZIE
Biura Zarządu
Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Małgorzata Szyszka