

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawa, instalacja stanowiska Power Hardware-In-the-Loop (Power HIL) w zabudowie kontenerowej.**

Zamawiający, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) zwana dalej „ustawą”, udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1:

Oprogramowaniem narzędziowy, CANalyzer: Jakiej wersji oprogramowania CANalyzer Państwo wymagają? Czy wersja CANalyzer /pro 18.0 jest wystarczająca?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wersja CANalyzera/pro 18.0 jest wystarczająca.

Pytanie nr 2:

Urządzeniem do pracy z sieciami CAN Vector VN1630 log: Czy dopuszczają Państwo możliwość dostarczenia w jego zastępstwie urządzenia CAN Vector VN1610 CAN NetworkInterface (2 channels fix)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości zastąpienia urządzenia CAN Vector VN1610 urządzeniem CAN NetworkInterface (2 channels fix).

Pytanie nr 3:

Modułem symulacyjnym i oprogramowaniem symulacyjnym dSpace wraz ze stosownymi i bibliotekami do współpracy z układami sterowania M560 i M580: Jakich konkretnie modułów i bibliotek dSpace Państwo wymagają?

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska. Właściwy zapis powinien brzmieć:
Moduł symulacyjny:

Przygotowany do współpracy z systemem symulacyjnym typu DSPACE (Symulator Czasu Rzeczywistego) wraz ze stosownymi bibliotekami, które będą współpracować z układami sterowania M560 oraz M580.



Pytanie nr 4:

Uzyskaniem decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. Bardzo prosimy o udostępnienie niezbędnej dokumentacji celem wykonania wyceny tego obszaru zamówienia.

Odpowiedź: Kontener ma być użytkowany we wskazanym miejscu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w związku z czym należy wystąpić do urzędu architektury budowlanej z wnioskiem o wydanie zgody na posadowienie kontenera tak aby w przyszłości uniknąć oskarżenia o samowolę budowlaną. Należy pamiętać, że kontener w rozumieniu Prawa Budowlanego jest tymczasowym obiektem budowlanym. Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie podłoża, posadowienie oraz wypoziomowanie kontenera w miejscu wynikającym z uzgodnionego z urzędem planu zagospodarowania. Istnieje również możliwość udostępnienia mapy sytuacyjnej ze zdjęciami miejsca, w którym ma zostać posadowiony kontener (Zamawiający udostępni niezwłocznie mapę sytuacyjną).

Zamawiający, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki działając na podstawie art. 137 ust. 1-2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) informuje, iż zmianie ulegają zapisy:

Załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia - punkt -Wymagane parametry techniczne i funkcjonalności

Oprogramowanie

1. Moduł symulacyjny:

Przygotowany do współpracy z systemem symulacyjnym typu DSPACE (Symulator Czasu Rzeczywistego) wraz ze stosownymi bibliotekami, które będą współpracować z układami sterowania M560 oraz M580.

Rozdział XIII ust. 1-2 SWZ otrzymują nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć na Platformie do **09.06.2025 r. do godz. 9:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu: **09.06.2025r. do godz. 9:10**

Rozdział XIV ust.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **06.09.2025 r.**

z up. DYREKTORA
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Elektrotechniki

