

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ I ZMIANIE TREŚCI SWZ

Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2, 3 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej ustawy Pzp, niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Dotyczy pkt. 4 Formularz cenowo-techniczny, Zał. nr 2 do SWZ/Zał. nr 1 do umowy NZ.261.18.2025:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby opis przedmiotu zamówienia w zakresie nazwy opisany był w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na powyższe.

Pytanie:

Dotyczy poz. 13, Tabeli nr 1, Zał. nr 2 do SWZ/ Zał nr 1 do umowy NZ.261.18.2025:

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr możliwość zaoferowania testu do oznaczania utajonej zdolności wiązania żelaza (UIBC)?

Wartość parametru całkowitej zdolności wiązania żelaza (TIBC) określana jest automatycznie przez analizator, wykorzystując oznaczone wartości parametrów UIBC i Fe dla danej próbki badanej. Czy do wyspecyfikowanej ilości oznaczeń żelaza należy doliczyć ilość potrzebną na wykonanie testu TIBC?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę na zaoferowanie testu UIBC**, oznaczeń żelaza nie należy doliczać.

Pytanie:

Dotyczy poz. 50, Tabeli nr 1, Zał. nr 2 do SWZ/ Zał nr 1 do umowy NZ.261.18.2025:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika wystandaryzowanego wobec materiału referencyjnego IFCC (SRM2B) oraz zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego oraz Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi (NHLBI) wynik był raportowany w nmol/L?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** powyższe ale nie wymaga.

Pytanie:

Dotyczy pkt. 5, Tabeli nr 4, Zał. nr 2 do SWZ/ Zał nr 1 do umowy NZ.261.18.2025:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla analizatora biochemicznego, pomocniczego, uzupełnianie odczynników odbywało się bez przerywania procesu analizy, w trybie "wstrzymanie pobierania statywów" trwającym nie dłużej niż 5 min.?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na powyższe.

Pytanie:

Dotyczy pkt. 6, Tabeli nr 4, Zał. nr 2 do SWZ/ Zał nr 1 do umowy NZ.261.18.2025:

Czy Zamawiający wymaga aby identyfikacja na pokładzie próbek i odczynników odbywała się automatycznie bez udziału operatora na każdym etapie tej czynności?

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** aby identyfikacja na pokładzie próbek i odczynników odbywała się automatycznie bez udziału operatora na każdym etapie tej czynności.

Pytanie:

Dotyczy pkt. 10, Tabeli nr 4, Zał. nr 2 do SWZ/ Zał nr 1 do umowy NZ.261.18.2025:

Prosimy o potwierdzenie że wymagana ilość dotyczy zestawów odczynnikowych, nie płynów systemowych czy dodatkowych np. NaCl?

Odpowiedź: Zamawiający dookreśla, że minimalna dostępność parametrów w obu analizatorach dotyczy zarówno zestawów odczynnikowych jak i płynów systemowych lub/i dodatkowych np. NaCl.

Pytanie:

Dotyczy: pkt. 16, Tabela nr 4, Załącznik nr 2 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dwóch odczynników pochodzących od innego producenta niż reszta odczynników?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na powyższe.

Pytanie:

Dotyczy pkt. 18, Tabeli nr 4, Zał. nr 2 do SWZ/ Zał nr 1 do umowy NZ.261.18.2025:

W związku z tym, że dwa oznaczenia mogą być wykonane na kanałach otwartych przy pomocy odczynników firm trzecich, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli przed wstawieniem ich na pokład analizatora będą wymagały przelania ich zawartości do odpowiedniej kasety bez konieczności odmierzania jakichkolwiek ilości?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na powyższe.

Pytanie:

Załącznik nr 2 do SWZ, tabela nr 4 pkt 39 - Ile wydruków w trakcie trwania umowy przewiduje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający trakcie trwania umowy oczekuje **średnio 500 sztuk wydruków dziennie**.

Pytanie:

Załącznik nr 2 do SWZ, tabela nr 4 pkt 36 - Nowe komputery typu AIO nie posiadają już złączy RS232 oraz napędu DVDRW. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie komputera typu AIO bez złączy RS232 oraz napędu DVDRW?


Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu w zakresie złączy RS232 oraz napędu DVDRW.

Pytanie:

Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczynnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na powyższe.



URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe.

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na powyższe.

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Pytanie:

par. 3 ust. 1 pkt 2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie przesłanek uprawniających do natychmiastowego rozwiązania umowy.

Odstąpienie od umowy bez wskazania jakiejkolwiek przyczyny powoduje narażenie Wykonawcy na straty, które Wykonawca może w kalkulować w cenę oferty co ostatecznie jest zjawiskiem niekorzystnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że ww. forma rozwiązania umowy dotyczy wyłącznie sytuacji, w której zakres objęty dostawą zostanie przez Zamawiającego, w ramach umowy, wykorzystany - wykonany. Wówczas umowa w pozostałym zakresie (dzierżawa) staje się niezasadna. Tym samym umowa zostanie rozwiązana.

Pytanie:

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie

Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe. Treść SWZ bez zmian.

Pytanie:

par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe. Treść SWZ bez zmian

Pytanie:

par. 6 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była liczona od

„niezrealizowanej wartości umowy brutto”? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe. Treść SWZ bez zmian.

Pytanie:

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe. Treść SWZ bez zmian.

Pytanie:

par. 6 ust. 1 pkt 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z "500 zł" na "100 zł"?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe. Treść SWZ bez zmian.

Pytanie:

par. 6 ust. 1 pkt 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z "3000 zł" na "500 zł"?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe. Treść SWZ bez zmian.

Pytanie:

par. 6 ust. 1 pkt 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z "1000 zł" na "200 zł"?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe. Treść SWZ bez zmian.

Pytanie:

par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe. Treść SWZ bez zmian.

Pytanie:

par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację limitu kar umownych do „15%”?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe. Treść SWZ bez zmian.

Pytanie:

par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy i instalacji urządzeń do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta, skomplikowane procedury celne z tym związane oraz mając na uwadze fakt, iż instalacja aparatów jest procesem skomplikowanym, złożonym i czasochłonnym, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy w zaproponowany sposób.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na powyższe.

Pytanie:

par. 8 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słów "dni kalendarzowe" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe. Treść SWZ bez zmian.

Pytanie:

par. 8 ust. 10 Czy Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii dopuszcza możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe. Treść SWZ bez zmian.

Pytanie:

par. 9 ust. 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania: „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe. Treść SWZ bez zmian.

Pytanie:

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie

Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe. Treść SWZ bez zmian.

Pytanie:

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację - zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na powyższe. Treść SWZ bez zmian.

Załącznik nr 3A – Wzór umowy powierzenia danych osobowych

Pytanie:

par. 3 ust. 1 lit. c) i lit. h) oraz par. 5 ust. 1 Wykonawca przewiduje podpowierzenie danych osobowych. W związku z tym, prosimy o dodanie w umowie następującego postanowienia: „Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Wykonawca jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 1. Lista ta może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody.”

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na powyższe.

Pytanie:

par. 3 ust. 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji postanowień umowy zakazujących przetwarzania danych osobowych poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Tym samym, prosimy o dodanie do niniejszego postanowienia zastrzeżenia: „Wyjątek stanowią spółki powiązane i podwykonawcy Procesora z listy opisanej załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy. Lista może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody.”

Uzyskanie zgody na podpowierzenie przetwarzania podwykonawcom, w tym także znajdującym się poza EOG, jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej oraz sprawnej realizacji usługi przez Wykonawcę. Niniejszym, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokładnych informacji na temat podmiotu podprzetwarzającego, który będzie przetwarzał dane.

W przypadku braku zgody, zwracamy się z prośbą o wskazanie, iż Zamawiający będzie korzystał z analizatorów w taki sposób, aby nie wprowadzać do nich danych osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe. Treść SWZ bez zmian.

Pytanie:

par. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:

"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na powyższe.

b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na powyższe.

c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na powyższe.

d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na powyższe.

Pytanie:

par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.”?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe.

Pytanie:

par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższe.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian, z wyłączeniem zmian dotyczących treści zał. nr: 2, 3, 3A, w związku z czym wprowadza zaktualizowany ww. załączniki pn.:

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny (opz)_PO ZMIANACH

Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy_PO ZMIANACH

Załącznik nr 3A do SWZ - Wzór umowy powierzenia danych_PO ZMIANACH

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert nawet jeśli nie zostały naniesione na materiał pierwotny.

Prezes Zarządu

dr Marek Działoszyński

/Dokument podpisano elektronicznie/