

Toruń, dnia 15-04-2025 r.

W.Sz.Z: TZ-280-37/25

dotyczy: postępowania na **dostawę wyrobów medycznych do produkcji leków aseptycznych – 11 zadań.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

Dot. Zadania Nr 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 10 w poz. 6 osłonek foliowych dla roztworów światłoczułych w kolorze żółtym chroniące przed promieniami UV o pojemnościach:

100- 250mml

500ml

1000ml -3000ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2:

Dot. Zadania Nr 4 poz. 1

Jeśli opakowanie nasze zawiera 100 szt. pojedynczych saszetek, a każde dwie pojedyncze saszetki są połączone (mokry + mokry), to czy mamy zaoferować 50op.?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie Nr 3:

Dot. Zadania Nr 4 poz. 2

Jeśli opakowanie nasze zawiera 100 szt. pojedynczych saszetek (50 szt. nasączonych + 50 szt. nienasączonych, a każde dwie pojedyncze saszetki są połączone (mokry + suchy), to czy mamy zaoferować 50 op.?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie Nr 4:

Dotyczy umowy - prosimy dopisać do paragrafu 4:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 4:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności do 3 dni, a powyżej 3 dni 3% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 5:

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg SWZ.

Pytanie Nr 6:

Pytania do umowy

Czy Zamawiający zmieni zapisy w umowie:

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,

b) 1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dnia zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów wzoru umowy.

Pytanie Nr 7:

Dot. Zadania Nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów niejałowych o następujących parametrach:

-Wykonany z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63g/m²

-Szywy poliestrowe dodatkowe zakryte taśmą

-Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem

-Wyposażony w gumkę z tyłu w pasie, nadgarstkach i kostkach

- Suwak zaryty samoprzylepna patką
- Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425
- spełnione normy:
- EN 13688:2013 Odzież ochronna. Wymagania ogólne
- EN 14605:2005 + A1: 2009 odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami
- EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi
- EN 13034:2005+A1:2009
- EN 14126: 2003+AC:2004 odzież ochronna- wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi
- EN 1073-2:2002- Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi
- EN 1149-5:2008-Wymagania materiałowe i konstrukcyjne
- Rozmiary: S-XXXL.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 8:

Dot. Zadania Nr 9 poz. 1

PÓŁMASKA FFP2

- chroni przed stałymi i nielotnymi cząsteczkami cieczy.
- składana, idealnie wyprofilowana
- bez zaworu wydechowego,
- mocowana na gumki zakładane na uszy
- sztywnik na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie,
- 5-warstwowa
- filtracja powyżej 94%,
- opakowanie – 25 szt.
- spełnia wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 9:

Dot. Zadania Nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 10:

Dot. Zadania Nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11:

Dot. Zadania Nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane dodatkowo co 0,5ml i tym samym także co 1ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 12:

Dot. Zadania Nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml, skalowane do 60 ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 13:

Dot. Zadania Nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gaziki wykonane z poliestru, wiskozy i włókien typu ES w rozmiarze 110x90mm, wyrób medyczny klasy I sterylnej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 14:

Dot. Zadania Nr 5 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 15:

Dot. Zadania Nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 125x125 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 16:

Dotyczy § 4 ust. 3 Załącznika Nr 5 do SWZ.

„... 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części, wobec której nastąpiło odstąpienie.”

Mając na względzie konieczność przygotowania rzetelnej oferty uwzględniającej wszystkie ryzyka dostaw wnosimy o wyjaśnienie, czy podstawą naliczenia kary będzie: cena brutto umowy czy część umowy w zakresie której nastąpiło odstąpienie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 17:

Dotyczy § 4 ust. 5 Załącznika Nr 5 do SWZ.

„... 5. Zamawiający ma prawo dokonać u innego Wykonawcy zakupu niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy, jeśli zwłoka w dostawie przekroczy 6 dni lub w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy obciążonego wadą, a różnicą między ceną zakupu zastępczego, a ceną umowną obciążyć Wykonawcę, z którym podpisana jest umowa.”

1. Czy Zamawiający mając na względzie powołane zapisy przewiduje poinformować Wykonawcę o „zakupie interwencyjnym” oraz o przewidywanych kosztach zakupu?

2. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wskazania Zamawiającemu miejsca „zakupu interwencyjnego”?

3. Mając na względzie zachowanie zasad równości stron przyszłej umowy, czy nie byłoby zasadnym aby Zamawiający określił ramy czasowe (np. 14 dni), w sytuacji wykonania zakupu interwencyjnego na przekazanie w tym czasie odpowiedniej Noty do Wykonawcy? Z całkowitą pewnością byłoby to z korzyścią dla Stron Umowy, gdyż zakup interwencyjny (jego wielkość), pomniejsza wielkość zawartą w Umowie.

Odpowiedź:

1. Tak, Zamawiający przewiduje poinformowanie Wykonawcy o „zakupie interwencyjnym” oraz o przewidywanych kosztach zakupu.

2. Tak, Zamawiający przewiduje poinformowanie Wykonawcy o miejscu „zakupu interwencyjnego”.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zakreszenie ram czasowych.

Pytanie Nr 18:

Dot. Zadania Nr 9

Czy Zamawiający w zadaniu 9 oczekuje dodatkowej warstwy węgla aktywnego pochłaniającej i neutralizujące lotne cząsteczki zapachowe, pozostałe parametry jak w SWZ ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 19:

Dot. Zadania Nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, poz. 1 strzykawkę, której cylinder wykonany jest z poliwęglanu natomiast tłok z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 20:

Dot. Zadania Nr 1 poz. 1-7

Czy Zamawiający oczekuje, aby strzykawki w pakiecie 1, w pozycjach od 1 do 7 pochodziły od jednego producenta – jest to gwarancją utrzymania stałej jakości przez cały okres dostaw?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 21:

Dot. Zadania Nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, w pozycji 7 strzykawkę 50 ml z nominalnym rozszerzeniem skali do 60 ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 22:

Dot. Zadania Nr 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3, pozycja 1 aparatu podłączeniowego do leków cytotoksycznych, światłoczułych, do wielokrotnego użycia 200 podań lub 72h, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 23:

Dot. Zadania Nr 3 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w pakiecie 3, pozycja 3 ma posiadać łącznik o objętości wypełnienia 0,12 ml, długości max 2,20 cm. Do wielokrotnego użycia 50 podań lub 72h potwierdzone w instrukcji obsługi. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 24:

Dot. Zadania Nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej jednokrotnego użytku klasy FFP3 z zaworem oddechowym, pięciowarstwowa, (z dwiema warstwami filtrującymi typu meltblown oraz z warstwą z węgla aktywnego), czasa półmaski wykonana z gładkiej, nieigłowanej,

włókniny nie powodującej podrażnień, posiada certyfikat OEKO-TEX. Wewnątrz maski miękka i elastyczna uszczelka całotwarzowa. Nieuciskające tasiemki mocujące, łatwo formowalny zacisk nosowy. Zgodna z normą EN 149:2001 + A1:2009, z Rozporządzeniem Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r., posiada Certyfikat UE Nr UE/240/2019/1437. Pakowane po 10 sztuk.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Wszelkie dopuszczenia wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem