

Poznań 20 stycznia 2025

Wyjaśnienia treści swz:

Zwracam się do Państwa z następującym pytaniem:

1. Dotyczy Pakietu 8 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania przeciwciał (IgG i IgM) przeciwko antygenom *Treponema pallidum* we krwi pełnej, surowicy lub osoczu? Czułość testu wynosi >99% a swoistość 99,7% względem testu TPPA.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę produktów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych dla laboratorium, środków dezynfekcyjnych”.

Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 2/25.

Informujemy, że pobraliśmy SWZ do w/w postępowania i zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Pakiet nr 4- Dostawa odczynników do koagulometru CC-4000:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chlorku wapnia 0,025 M, wielkość opakowania jednostkowego 6ml, ilość zaproponowanych opakowań 15?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym i formularzu cenowym wycenę tych pakietów, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający zezwoli na rozszerzenie formularza cenowego o jedną kolumnę aby można było wycenić opakowanie jednostkowe?

Odp. Zamawiający zezwala.