

**S Z P I T A L P O W I A T O W Y**im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28Nr KRS 0000011762 – Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
NIP 767-14-49-305 REGON 000300009
tel. sekr. 067-263 25 10, tel. centr. 067-263 22 33 faks: 067-263 58 78
BDO: 000092629

www.szpital.zlotow.pl

e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2022
PN-ISO 45001:2018

SZP-NZP/80/2025

Złotów, dnia 24.04.2025 r.

**WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie **podstawowym**, oznaczonego symbolem **5/ZP/2025**, którego przedmiotem jest: „**Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych oraz odczynników, materiałów zużywalnych, strzykawek do pobierania próbek gazometrycznych wraz z pakietem serwisowym**”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień w poniższy sposób:

I. Wyjaśnienia treści SWZ:**Pytanie nr 1**

Załącznika Nr 1a, Parametry graniczne dotyczące analizatora parametrów krytycznych, pkt 2. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści analizator po pełnym przeglądzie i na gwarancji - rok produkcji 2022.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wyraża** zgodę.

Pytanie nr 2

Załącznika Nr 1a, Parametry graniczne dotyczące analizatora parametrów krytycznych, pkt 19. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę aby jako jedną z alternatywnych form świadczenia usług serwisowych, dodatkowo do telefonicznych i stacjonarnych, był zdalny nadzór serwisowy nad analizatorem/analizatorami realizowany za pomocą usługi IoT i zdalnego dostępu zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi. Jeśli nie, to czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył zewnętrzne łącze Wykonawca dostarczył zewnętrzne łącze SafeConnect zapewniające bezpieczne podłączenie we własnym zakresie? Aplikacja aparatu zawiera zintegrowany VPN ProxyPro SSL. Ze względu na wbudowaną ochronę systemu operacyjnego, nie ma możliwości instalacji VPN innych dostawców.

Rodzaj rozwiązania	Nazwa usługi/serwera	Adresy URL (FQDN)	Porty	Adresy IP
Pomoc zdalna	Pomoc zdalna (globalna)	Remotedk.radiometer.net Remotedk4.radiometer.net Remotedk5.radiometer.net Remotedk6.radiometer.net Remotedk7.radiometer.net Remotedk8.radiometer.net	TLS (https) TCP/443	195.41.216.184 195.41.216.193 195.41.216.196 195.41.216.195 195.41.216.197 195.41.216.194 195.41.216.188 195.41.216.131 195.41.216.210

		ter.net Remotedk10.radiometer.net Remotedk11.radiometer.net Remotedk12.radiometer.net		
Pomoc zdalna	Pomoc zdalna (CN)	Remotecn.radiometer.net	TLS (https) TCP/443	58.247.178.253
Analizy danych (RadCon)	Device Insights (RadCon/gen. 1)	heimdall.radiometer.net	TLS (https) TCP/443	195.41.216.173
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Serwer udostępniania urządzeń	global.azure-devices-provisioning.net	TLS (https) TCP/443	Różne adresy IP
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Microsoft Azure IOT Hub	lc-westeurope- iothub.azure-devices.net	TLS (https) TCP/443	40.113.176.171
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Usługi Microsoft Azure API Management	lc-westeurope- iotgw-apim.azure-api.net	TLS (https) TCP/443	52.142.194.244
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Usługa analityczna Microsoft Cloud Log	185db0bb-4ac1-4449-9920-d85ee8b30bc2.ods. opinsights.azure.com	TLS (https) TCP/443	Różne adresy IP
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Microsoft Device Code Authentication (MFA)	login.microsoftonline.com	TLS (https) TCP/443	Różne adresy IP

Odpowiedź: W naszym szpitalu zdalny dostęp dla jednostek zewnętrznych odbywa się tylko za pomocą programu FUDO, dzięki temu mamy pełną kontrolę nad zewnętrznym dostępem do sieci szpitala. Jeżeli ten dostęp miałby być w ten sposób, to oczywiście, że wyrażamy zgodę na podłączenie.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ Parametry graniczne dotyczące analizatora parametrów krytycznych pkt. 22

A) Czy Zamawiający udostępni zasoby serwerowe spełniające min. wymogi techniczne:

- CPU: Quad core 3 GHz lub większy
- RAM: 16 GB lub więcej
- Dysk: 100 GB lub więcej
- Sieć: 100 Mbps lub więcej

Jeśli nie, to Wykonawca dostarczył serwer fizyczny z w/w wymaganiami technicznymi do dodania w infrastrukturę szpitalną, który to serwer posłuży do instalacji systemu nadzoru nad aparatami POCT.

B) Czy Zamawiający udostępni system operacyjny do serwera z pytania A): Microsoft Windows Server 2025 lub 2022/2019, Standard lub Datacenter?

Jeśli nie, to Wykonawca dostarczy licencję Microsoft Windows Server 2022 lub 2025 dla potrzeb instalacji systemu nadzoru nad aparatami POCT, dla serwera o fizycznych parametrach jak w pyt A) tj. dla CPU Quad core 3 GHz (do 16 core).

C) Czy zważając na potrzebę zapewnienia wsparcia serwisowego systemu nadzoru nad POCT, Zamawiający udostępni zdalny dostęp (VPN) do sieci Zamawiającego w zakresie potrzebnym do instalacji, wdrożenia i sprawowania serwisu systemu nadzoru POCT dla wskazanych przez Wykonawcę pracowników.

Odpowiedź: Oczywiście jesteśmy w stanie udostępnić zasoby serwerowe według specyfikacji na maszynie wirtualnej wraz z oprogramowaniem Windows Server 2022 Datacenter. Jeżeli chodzi o zdalny dostęp (VPN), to także jesteśmy w stanie to zrobić, ale na zasadach jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 2 czyli poprzez program FUDO.

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznika nr 1b do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Część 2 – Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, strzykawek do pobierania próbek gazometrycznych oraz pakiet serwisowy analizatora na potrzeby SOR. Tabela nr 1, pkt. 4.1. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści strzykawki do gazometrii o maksymalnej pojemności do 1ml kompatybilne z Analizatorem ABL90 Flex Plus?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **wyraża** zgodę.

- II. Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym Wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.
- III. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj.:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1098027>

Dyrektor Szpitala Powiatowego
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
mgr Aneta Kaufka
/podpis na oryginale/

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1098027>)

2. a/a – dokumentacja postępowania

Sporządziła: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl