

Zielona Góra 25.04.2025 r.

Nr referencyjny: NZ.261.21.2025

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego**

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ I ZMIANIE TREŚCI SWZ**I. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ**

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1**Dot. zadania nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści produkt o parametrach:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową.

Wykonana jest niewchłaniającego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami. W zestawie znajdują się dwa narzędzia helikalne (prawe + lewe) jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym zmienia załącznik nr 3 do SWZ tj. Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2, poz. 1.

Pytanie nr 2**Dot. zadania nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści produkt o parametrach:

Sterylny, jednorazowy, regulowany system stosowany w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy.

Zestaw składa się z :

- siatki sześcioramiennej o anatomicznym kształcie wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: grubość: 0,4mm, porowatość: 55%, rozmiar porów > 0,75 mm, gramatura: 40 g/m²
- 2 kotwic (100% biokompatybilne, wykonane z tworzywa PEEK) do mocowania siatki w więzadle krzyżowo-kolcowym

- Igły wykonane ze stali nierdzewnej

Możliwość regulacji położenia siatki po zamocowaniu jej w obu więzadłach krzyżowo-kolcowych.

Siatka uniwersalna- może być używana do wypadania przedniego, tylnego oraz wypadania sklepienia pochwy.

System działa z prowadnicą jednorazowego lub wielorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym zmienia załącznik nr 3 do SWZ tj. Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2, poz. 2.

Pytanie nr 3

Dot. zadania nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści produkt o parametrach:

Sterylny, jednorazowy, regulowany system stosowany leczeniu wypadania macicy, w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zestaw składa się z :

- siatki sześcioramiennej o anatomicznym kształcie wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: grubość: 0,4mm, porowatość: 55%, rozmiar porów > 0,75 mm, gramatura: 40 g/m²
- 2 kotwic (100% biokompatybilne, wykonane z tworzywa PEEK) do mocowania siatki w więzadle krzyżowo-kolcowym

- Igły wykonane ze stali nierdzewnej

Możliwość regulacji położenia siatki po zamocowaniu jej w obu więzadłach krzyżowo-kolcowych.

Siatka uniwersalna- może być używana do wypadania przedniego, tylnego oraz wypadania sklepienia pochwy.

System działa z prowadnicą jednorazowego lub wielorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym zmienia załącznik nr 3 do SWZ tj. Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2, poz. 3.

Pytanie nr 4

Dot. zadania nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2?

Taśmę podcewkową do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Taśma w plastikowej, dwuczęściowej osłonce, niezachodzącej na siebie.


Jednorazową, sterylną. Monofilamentową 100% polipropylenową, niewchłaniającą taśmę (szerokość 1,1 cm, grubość 0,34 mm, gramatura 45g/m²).

Laserowo zgrzewane brzegi taśmy zakończone pętelkami.

Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.

Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte w technice out-in oraz in-out.

Do implantacji taśm służą narzędzia wielorazowego użytku. Użycie narzędzi wielorazowych oszczędza środowisko poprzez zmniejszenie produkcji odpadów.



Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5


Dot. zadania nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2?

6-ramienny implant do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy

Parametry: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, wielkość porów 1 x 1,25 mm, porowatość 1500-1950 μm , gramatura 45 g/m², kolorowe pętle ułatwiające orientację, ramiona w osłonkach, zakończone pętelkami,

Rozmiar siatki: szerokość górna 4 cm, dolna 6 cm, wysokość implantu 9,1 cm



Do implantacji taśm służą narzędzia wielorazowego użytku. Użycie narzędzi wielorazowych oszczędza środowisko poprzez zmniejszenie produkcji odpadów.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Dot. zadania nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2?

System do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, każde w plastikowej osłonce, dł. ramion od 18,5-20 cm z każdej strony, do wyboru 4 rozmiary korpusu: o wysokości 5 cm, 6 cm, 7,5 cm, 9 cm do wyboru Zamawiającego ; specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm.



Do implantacji taśm służą narzędzia wielorazowego użytku. Użycie narzędzi wielorazowych oszczędza środowisko poprzez zmniejszenie produkcji odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dot. zadania nr 3, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści sondy i strzykawki w równoważnym systemie ENFit?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dot. zadania nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z precyzyjnym regulatorem i drenem o długości 180cm, reszta

parametrów zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dot. zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z regulatorem z 2 skalami o poniższych przepływach?

2 skale dla płynów o różnej gęstości:

1 zakres 5-250 ml/h - 10%,

2 zakres 5-200 ml/h - 40%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

II. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. W MIEJSCE DOTYCHCZASOWYCH ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 2

WPROWADZA SIĘ:

- Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 2 - po zmianach

UWAGA

Udzielone odpowiedzi mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

PREZES ZARZĄDU

Marek Działoszyński

(dokument podpisano elektronicznie)