



MSM.261.3.2025.MMK

Opole, dnia 10 lutego 2025

Dotyczy: Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiet C – na okres 12 m-cy. (ID1058454)

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytania:

Pytanie 1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 1 w pozycji 4** oczekuje do tamponady balonowej oryginalnego Bakri Balloon z systemem szybkiego napełniania Rapid Installation Components, który znacząco przewyższa standardowe rozwiązania pod względem szybkości i łatwości użycia, co jest kluczowe w kontekście ratowania życia matki w przypadkach krwotoku poporodowego? Proponowany zestaw wyposażony jest w silikonowy cewnik balonowy o maksymalnej objętości 500ml, o średnicy 24Fr i długości 54 cm, strzykawkę 60ml oraz elementy do szybkiego napełniania: dren o średnicy 14Fr, o długości 180 cm z kolcem do podłączenia do worka z płynem infuzyjnym oraz podwójny zawór zwrotny, co gwarantuje skrócenie czasu reakcji podczas tamponady krwotoku dzięki zaawansowanej technologii szybkiego i intuicyjnego napełniania balonu. Jakość oryginalnego Bakri Balloon została zweryfikowana klinicznie, a produkt jest szeroko stosowany w praktyce medycznej na świecie. Ponieważ produkt stosowany jest w sytuacjach wysokiego ryzyka, warto zwrócić uwagę, że produkty naśladujące oryginalny Bakri Balloon bez dokumentacji klinicznej, mogą nie spełniać takich samych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa procedury.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga do tamponady balonowej oryginalnego Bakri Balloon.

Pytanie 2. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 1 w pozycji 1 i 4** oczekuje produktu klinicznie zweryfikowanego w zakresie jakości i bezpieczeństwa użycia.

Odp. Zamawiający oczekuje produktu klinicznie zweryfikowanego w zakresie jakości i bezpieczeństwa użycia.

Pytanie 3. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z **Zadania nr 1 pozycji 3,5 i 6** do odrębnego pakietu. Taki podział pakietu zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie i wskazuje na jednego Oferenta.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.

Pytanie 4. Czy zamawiający zezwoli na ofertę częściową tj. tylko na pozycje 1 oraz 4? Pozwoli to na uzyskanie optymalnej oferty. W chwili obecnej możliwość składania ofert jest mocno ograniczona i udział będzie mogła wziąć tylko jedna firma.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty częściowej.

Z poważaniem

Małgorzata Sobel

Dyrektor