

Zielona Góra 25.02.2025 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia są **Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych**, nr sprawy: LA.261.7.2025

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dot. zadania 1

Czy zamawiający w zad 1 poz. 2 dopuści gotowe do użycia o niskiej zawartości alkoholu (45g na 100 ml roztworu) chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych, możliwość używania bez rękawic. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i Noro zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty, adeno 3 min. Przebadane zgodnie z normą EN 16615. Chusteczki wykonane w 100 % z w pełni biodegradowalnej włókniny z certyfikatem PEFC, o gramaturze ok 50 g/m² i wymiarach 20x20 cm. Trwałość biobójcza po otwarciu 42 dni. Chusteczki zarejestrowane jako wyrób medyczny i produkt biobójczy, przebadane dermatologicznie, bez substancji zapachowych i barwników. Opakowanie typu flow-pack z plastikowym klipsem zamykającym 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. zadania 1

Czy Zamawiający w zad. nr 1 poz. 3 dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG, monitorami i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B(łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, działanie bójcze wobec wirusów osłonkowych, w czasie 30 sek., Papowa/ Polyoma - 2 min, o dopuszczalnym kontakcie z materiałem biologicznym. Przebadane zgodnie z normą 16615 warunki brudne. Roztwór, którym są nasączone nie posiada w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Chusteczki posiadają opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię wiodących producentów urządzeń ultrasonograficznych. Możliwość stosowania chusteczek na oddziałach pediatrycznych, neonatologicznych i do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Trwałość biobójcza po



otwarciu opakowania 3 mies. Opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm i gramaturze 48 g/m² wykonane z poliestru, op. 100szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Podwójna rejestracja jako wyrób medyczny i jako produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Dot. zadania 1

Czy zamawiający w zad. nr 1 poz. 4 dopuści płynny środek do manualnego mycia narzędzi i endoskopów giętkich na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych i enzymów (proteaza, amylaza, lipaza). O neutralnym pH. Łagodny dla materiałów. Skutecznie usuwający zabrudzenia organiczne tj.: zaschnięta krew czy śluz. Możliwość stosowania w myjni ultradźwiękowej. Bardzo wydajny o niskim stężeniu użytkowym 0,25% (dla myjni ultradźwiękowych) i 0,4% dla mycia manualnego. -2% w czasie min. 5 minut w temp. 30-40°C. O neutralnym pH roztworu roboczego. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU

dr Marek Działoszyński

/dokument podpisano elektronicznie/

Publikacja:

a/a LA.261.7.2025