



Słupsk, dnia 14.03.2025 r.

Numer sprawy nr: SE-407/6/25

Wszyscy wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na zadane pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2) na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania.

Pytania otrzymane dnia 13.03.2025 r.:

Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści 0,6 x 30mm?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści 0,7 x 30mm?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową min. 45 mm?

Odp.

Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych o długości komory kroplowej w przedziale od 60 do 70 mm.

Pakiet 1 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową min. 60 mm?

Odp.

Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych o długości komory kroplowej w przedziale od 60 do 70 mm.

Pakiet 1 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z drenem o długości 150 cm?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 19-22

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane rurki posiadały, tak jak dotychczas, potrójny znacznik głębokości w postaci półpiersiencji?



Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 19-22

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane rurki posiadały, tak jak dotychczas, instrukcję stosowania w języku polskim na opakowaniu jednostkowym?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 23-34

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane rurki posiadały, tak jak dotychczas, nadrukowany numer LOT bezpośrednio na baloniku kontrolnym co umożliwia pełną identyfikację produktu w razie wystąpienia incydentu medycznego? W przypadku reklamacji lub incydentu medycznego numer LOT jest warunkiem koniecznym do jego zgłoszenia.

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 23-34

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane rurki posiadały, tak jak dotychczas, instrukcję stosowania w języku polskim na opakowaniu jednostkowym?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 35-41

Czy Zamawiający wymaga rurki ustno-gardłowej pakowanej w opakowanie jednostkowe papier-folia?

Odp.

Zamawiający wymaga jedynie opakowań jednostkowych.

Pakiet 1 pozycja 42-45

Czy Zamawiający wymaga, aby rurki nosowo-gardłowe posiadały naniesione informacje o rozmiarze oraz produkcie jednorazowego użytku „single use” bezpośrednio na rurce?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach od CH6 do CH20?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 47

Czy Zamawiający wymaga cewnika do podawania tlenu przez nos pozbawionego ftalanów?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 2.0 mm x 255 mm?

Odp.

Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną dla dzieci w przedziale:

- średnica – od 2,0 do 3,0 mm,
- długość robocza – od 220 do 300 mm.

Pakiet 1 pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 4.7 mm x 340 mm?

Odp.

Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną dla dorosłych w przedziale:
- średnica – od 4,0 do 5,0 mm,
- długość robocza – od 340 do 400 mm.

Pakiet 1 pozycja 50

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach od 2 do 5?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 50

Czy Zamawiający wymaga prowadnicy o 4 różnych długościach (60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm) do wyboru Zamawiającego pochodzących od jednego producenta?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 52, 53, 54, 55

Czy Zamawiający wymaga wyrobów sterylnych w opakowaniu foliowym?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 42-50 mm?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści pojemność 500 ml wraz z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 59

Czy Zamawiający papier w rozmiarze 106,5mm x 23mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z lateksową zastawką?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 69

Czy Zamawiający wymaga worka na wymiociny w dwóch wariantach, tj. w wersji standardowej oraz wyposażonego w absorbent żelujący jego zawartość, dla komfortu użytkowania?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 70

Czy Zamawiający dopuści wymiary 60 mm x 30 mm?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 73

Czy Zamawiający dopuści długość 12,5-13 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 75

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 2,1m?

Odp.

*Zamawiający dopuszcza dren do ssaka jednorazowego użytku zawierający się w przedziale:
- długość – od 2,0 do 2,2 m*

Pakiet 1 pozycja 75

Czy Zamawiający wymaga drenu pakowanego w podwójne opakowanie: zewnątrz papier-folia oraz wewnątrz folia, a także dodatkowo zabezpieczonego opaską foliową?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 91

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło włókninowe podfoliowane?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 91

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 200 x 80?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 96

Czy Zamawiający wymaga kołnierza ortopedycznego dla dorosłych z 16 poziomami regulacji?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 97

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny dla dzieci posiadający 3 stopnie regulacji (niemowlę, dziecko, mały dorosły)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 pozycja 99

Czy Zamawiający wymaga stazy taktycznej CAT 7 generacji?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 116-120

Czy Zamawiający wymaga łyżki do laryngoskopu z oznaczeniem numeru LOT bezpośrednio na łyżce?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 116-118

Wnosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pozycjach 116-118 wymaga zaoferowania zarówno łyżki typu Macintosh jak i łyżki typu Miller?

Odp.

Zamawiający oczekuje łyżek Macintosh i Miller.

Pakiet 1 pozycja 123

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic medycznych, zgodnych z normą EN 455, co ma być potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 pozycja 129

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'200 sztuk wraz z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytania otrzymane 14.03.2025 r.:

Wykonawca nr 1:

Pakiet 1 poz.9 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.10 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę nie wpisaną w menu pompy?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 poz.13 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną 1,1 x 32 mm o przepływie 61 ml/min?

Odp.

Zamawiający dopuści kaniulę dożylną zawierającą się w przedziale:

1,1 x od 25 do 35 mm o przepływie od 60 do 70 ml/min.

Pakiet 1 poz.14 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną 1,3 x 45 mm o przepływie 100 ml/min?

Odp.

Zamawiający dopuści kaniulę dożylną zawierającą się w przedziale:

1,3 x od 30 do 45 mm o przepływie od 90 do 110 ml/min.

Pakiet 1 poz.15 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną o przepływie 142 ml/min?

Odp.

Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie od 125 do 150ml/min.

Pakiet 1 poz.16 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.17 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych o długości komory kroplowej 60 mm?

Odp.

Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych o długości komory kroplowej w przedziale od 60 do 70 mm.

Pakiet 1 poz.48 – Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną CH 6, o średnicy 2,0 mm, długości całkowitej 310 mm, długości roboczej 250 mm?

Odp.

Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną dla dzieci w przedziale:

- średnica – od 2,0 do 3,0 mm,

- długość robocza – od 220 do 300 mm.

Pakiet 1 poz.49 – Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną CH 10, o średnicy 3,3 mm, długości całkowitej 390 mm, długości roboczej 350 mm?

Odp.

Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną dla dorosłych w przedziale:

- średnica – od 4,0 do 5,0 mm,
- długość robocza – od 340 do 400 mm.

Pakiet 1 poz.49– Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną CH 14, o średnicy 4,7 mm, długości całkowitej 390 mm, długości roboczej 350 mm?

Odp.

Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną dla dorosłych w przedziale:

- średnica – od 4,0 do 5,0 mm,
- długość robocza – od 340 do 400 mm.

Pakiet 1 poz.50– Czy Zamawiający dopuści prowadnicę „bougie” o podanych rozmiarach?

rozmiar	6 Fr	średnica	2,0 mm	długość całkowita	535 mm	rozmiar rurki	od 2,0 do 4,0
	10 Fr		3,3 mm		600 mm		od 4,5 do 6,0
	10 Fr		3,3 mm		800 mm		od 4,5 do 6,0
	15 Fr		5,0 mm		600 mm		od 6,5 do 10,0
	15 Fr		5,0 mm		800 mm		od 6,5 do 10,0

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.52– Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe dla noworodków (rozmiar S) i dla dzieci (rozmiar M)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza maski tlenowe z rezerwuarem tlenowym i dla noworodków (rozmiar S) i dla dzieci (rozmiar M).

Pakiet 1 poz.55– Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe dla noworodków (rozmiar S) i dla dzieci (rozmiar M)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza maski tlenowe z nebulizatorem tlenowym i dla noworodków (rozmiar S) i dla dzieci (rozmiar M).

Pakiet 1 poz.64– Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley lateksowy, obustronnie silikonowany o pojemności balonu 5-10 ml?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.65– Czy Zamawiający dopuści worek na mocz z otworami do podwieszenia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.68– Czy Zamawiający oczekuje 80 par czy 80 szt. rękawic chirurgicznych?

Odp.

Zamawiający oczekuje 80 par (po 2 sztuki).

Pakiet 1 poz.69 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’20 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.70 – Czy Zamawiający dopuści gazik o wymiarach po rozłożeniu 65x55mm?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 poz.72 – Czy Zamawiający dopuści latarkę diagnostyczną nie zarejestrowaną jako wyrób medyczny, czyli na stawce VAT 23%?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 poz.73 – Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 13 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.75 – Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 2,10 m oraz o średnicach 5,60 mm/8,00 mm (śr. Wewn./ śr. zewn.)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza dren do ssaka jednorazowego użytku zawierający się w przedziale:

- długość – od 2,0 do 2,2 m

- średnica zewnętrzna – od 6,0 do 9,0 mm.

Pakiet 1 poz.78-79 – Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu papier-folia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.80 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową wykonaną z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej, 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.80 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w rozmiarze 8 o szerokości 50-95mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.83 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie obu rozmiarów do osobnych pozycji?

Odp.

Zamawiający nie rozdzieli pozycji.

Pakiet 1 poz.83 – Zwracamy się z prośbą o określenie ilości jakich oczekuje Zamawiający?

Odp.

Zamawiający oczekuje 30 000 kompresów włókninowych mieszczących się w rozmiarach od (5cm x 5cm) do (7,5cm x 7,5cm) w opakowaniach od 25 do 100 szt.

Pakiet 1 poz.83 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a' 10szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiedziami wyżej.

Pakiet 1 poz.86 – Czy Zamawiający dopuści chustę o wymiarach 96x96x130cm?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 poz.91 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na nosze o wymiarach 90x210cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.93 – Czy Zamawiający dopuści owalny pojemnik na odpady medyczne?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 poz.97 – Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny dla dzieci z 12 stopniami regulacji?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.100 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.116-118 – Czy Zamawiający oczekuje łyżek Macintosh i Miller? Czy Macintosh albo Miller?

Odp.

Zamawiający oczekuje łyżek Macintosh i Miller.

Pakiet 1 poz.123 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'200 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 poz.125 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Pakiet noworodkowy 50 - Przedporodowy A

- 1x Podkład chłonny 40cm x 60cm
- 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 50cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową
- 2x Serwetka chłonna 30cm x 30cm
- 1x Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe rozm. 7,0 [PARA]
- 1x Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe rozm. 7,5 [PARA]

Pakiet noworodkowy 50 - Porodowy B

- 1x Gruszka z miękkim końcem nr 2 (poj. 24ml) - dla niemowląt
- 4x Zaciskacz do pępownicy biały
- 4x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
- 1x Nożyczki do cięcia pępownicy zaokrąglone metalowe 12cm

Pakiet noworodkowy 50 - Poporodowy C

- 1x Opaska identyfikacyjna dla noworodków z wkładaną karteczką, niebieska
- 1x Kocyk flanelowy 80cm x 100cm
- 2x Serwetka chłonna 30cm x 30cm
- 1x Pieluszka dla noworodka Mini (2-6 kg)
- 1x Podkład ginekologiczno-położniczy 34cm x 9cm
- 1x Worek na odpady 40cm x 50cm, przezroczysty
- 2x Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 10cm
- 1x Czapeczka dla noworodka

Odp.

Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 poz.129 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'800 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca nr 2:

Prośba o wyjaśnienie treści SWZ.

1. Dotyczy Pakietu nr 2, punkt 4

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 6 - 47 cm obejmujący określony w OPZ przedział 8 – 44 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zakres o rozmiarach 6-47 cm pod warunkiem, że będą to mankiety dedykowane dla różnych grup wiekowych.

2. Dotyczy Pakietu nr 2, punkt 13,14,15,16

Czy Zamawiający wydzieli, niepasujące do profilu pakietu 2 i ograniczające dostęp do postępowania wyspecjalizowanym firmą, pozycje 13, 14, 15, 16?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli pozycji 13, 14, 15, 16 do innego pakietu.

3. Dotyczy Pakietu nr 2, punkty 13,14,15,16

Czy Zamawiający poda numery referencyjne aktualnie używanych wyrobów medycznych w pozycji 13, 14, 15, 16?

Odp.

Poz. 13 – dotyczy respiratora Medumat Standard 1 lub A.

Poz. 14, 15, 16 – Zgodnie z opisem zamówienia.

Zamawiający: