



Znak sprawy: WZAM.2354.27.05.2024

Szczecin, dnia 03.01.2025r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) pn.: „Dostawa materiałów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

Nr postępowania: 27/2024.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 385, dotyczy Pakietu nr 103 poz.1.

Prosimy o dopuszczenie **Sterylny zestaw do artroskopii stawu kolanowego**

2x Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach 140 x 190 cm

1x Fartuch chirurgiczny L dł. 120 cm zapinany na rzep o długości min. 17 cm, rękawy klejone w obszarze krytycznym

1x Fartuch chirurgiczny XL dł. 140 cm zapinany na rzep o długości min. 17 cm, rękawy klejone w obszarze krytycznym

1x Serweta na stolik Mayo o wymiarach 80x142 cm

1x Taśma przyklepna o wymiarach 9 x 50 cm

2x Ręcznik chłonny o wymiarach 30x40 ±1 cm

40x Kompres z gazy 10x10cm 12W 17N

6x Kompres z gazy w kształcie kuli Ø 4 cm, po rozłożeniu 23,5x23,5 cm 20N,

1x Miska plastikowa 250 ml, skalowana, niebieska

1x Osłona uchwytu lampy operacyjnej 11,5x15,5 cm, niebieska

1x Osłona na kończynę o wymiarach 40 x 75 cm ± 5 cm wykonana z bilaminatu

1x Serweta do operacji kończyny 230 x 300 cm, z elastycznym otworem Ø 6 cm, wykonana z chłonnego bilaminatu bez zawartości pyłących włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤1,9log10)) o gramaturze 58g/m2 , odpornego na przenikanie płynów (> 110 cm H2O, odpornego na rozrywanie na sucho/mokro (> 115 kPa). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 lub równoważnej, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer LOT, datę ważności, nazwę producenta i kod EAN, sterylizowany tlenkiem etylenu).

Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 lub równoważnej, potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź nr 385: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 384, dotyczy Pakietu nr 103 poz.2.

Prosimy o dopuszczenie Zestaw uniwersalny z fartuchami

Skład zestawu:

1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm wzmocniona, grubość foli min. 50 µm

1x Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS, wzmocniony folią rozmiar L 120 cm zapinany na rzep o długości min. 17 cm, rękawy klejone w obszarze krytycznym

1x Serweta na stolik Mayo 80x142 cm wzmocniona, grubość foli min. 70 µm, składana rewersowo
1x Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS, wzmocniony folią rozmiar XL 140 cm zapinany na rzep o długości min. 17 cm, rękawy klejone w obszarze krytycznym
2x Ręcznik chłonny z celulozy z mikro siecią biały, 30x40 ± 1 cm
1x Kompresy gazowe 10x10 cm 8W 17N, a10
1x Kleszczyki plastikowe 24 cm niebieskie
2x Miska 250 ml skalowana niebieska
1x Kieszeń na narzędzia 41x33 cm z przylepcem, folia PE, 1 komorowa
1x Taśma lepna z bilaminatu, 50x10 ± 1 cm
2x Osłona na uchwyt lampy uniwersalna 11,5x15 cm
2x Ręcznik chłonny 20x30 cm
1x Serweta górna samoprzylepna 160x260 cm
2x Serweta boczna samoprzylepna 100x75 ± 2 cm
1x Serweta dolna samoprzylepna 190x200 cm
Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log10) laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m² bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności.
Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź nr 386: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Magdalena Sojka - Szostak

