

Konin, 07.04.2025 r.

WSZ-EP-54/2024/225/25**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-54/2024

Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – nr 40

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia i dodanie informacji na temat marki i modelu urządzenia do podawania środka kontrastowego, dla którego asortyment został ujęty w pakiecie nr 160 postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga wyrobów kompatybilnych z posiadanym wstrzykiwaczem MEDRAD CENTARGO. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 2

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie 161 poz 3. linii pacjenta o długości 30cm z dwupoziomowym zaworem bezpieczeństwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie 161 poz 3. linii pacjenta o wytrzymałości ciśnieniowej 350psi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie 161 poz 3. linii pacjenta o średnicy zewnętrznej 3,35 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Apteka Szpitalna: Emilia Gruszczevska

Dział Zamówień Publicznych: Elżbieta Marcinkowska