

Znak sprawy: ZP.261.11.2024.IW

Dzierżoniów 17.10.2024 r.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SWZ.

W związku z wyjaśnieniami dotyczącymi treści SWZ z dnia 17.10.2024 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1A do SWZ w częściach:

1. W Części **10 poz. 1 do 6**, poprzez wykreślenie zapisów dotyczących przepływów w kolumnie „WYMIARY”.

2. W Części **25 poz. 1** otrzymuje brzmienie:

L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ
1	Taśma Podcewkowa Jałowa Jednorazowa w zestawie z 2 igłami TOT	Szerokość: 1,1-1,3 cm Grubość: 0,4-0,5 mm	-Przeznaczenie: Operacyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet -Implantacja przez otwory zasłonięte w technice Out-In oraz In-Out -Skład zestawu: 1 Taśma Podpierająca (Niewchłaniałna, makroporowata polipropylenowa, monofilamentowa, laserowo zgrzewane brzegi), 2 jednorazowe igły typu Deschamps, przeznaczone do implantacji taśmy -Gramatura taśmy: 57-62 g/1 m2 -Opakowanie jednostkowe: 1 zestaw	1 zestaw	30

3. W **Części 35 poz. 1** otrzymuje brzmienie:

L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ
1	Zestaw Do Operacji Żyłaków z Serwetą z Wycięciem "U" Jałowy Jednorazowy	Minimalne Wymagania dla Laminatu: -min. 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) -Gramatura: min. 48 g/1 m2 -Spełniający min. Standardowe wymagania normy PN-EN 13795 Skład Minimalny: -Serweta min. 200 cm x min. 260 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 7-10 cm x 80-105 cm: 1 szt. -Serweta Samoprzylepna min.140 cm x min. 180 cm: 1 szt. -Ręczniki do Rąk: min. 2 szt. -Serweta na Stolik Mayo min. 78 cm x min. 140 cm: 1 szt. -Serweta na Stolik Narzędziowy min. 140 cm x min. 190 cm : 1 szt. -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu z innymi dodatkowymi elementami nie ujętymi w składzie minimalnym. Dodatkowe elementy nie podlegają ocenie.	1 zestaw	150

„Załącznik nr 1A po modyfikacji” jest załącznikiem do niniejszej zmiany treści SWZ.

Zamawiający nie dokonał zmian w ogłoszeniu.

Wszystkie zmiany i modyfikacje stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZES ZARZĄDU

Maciej Smolarz

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 27.213.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960

