



UNIWERSYTET  
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

**Bogusław Stec**

KANCLERZ

UWM.DZP.243.343.2025  
Postępowanie nr: 8/2025/PN/DZP

Olsztyn 28 lutego 2025 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI 2**

Dotyczy: „Obsługa serwisowa (tj. przeglądy i naprawy) mikroskopu elektronowego skaningowego Gemini SEM 450 firmy Zeiss z zainstalowanym układem do cięcia próbek w komorze mikroskopu 3View 2XP firmy Gatan, odwróconego mikroskopu konfokalnego LSM 900 z detektorem Airyscan firmy Zeiss i zmotoryzowanego mikroskopu fluorescencyjnego Axio Zoom V16 firmy Zeiss świadczona w ramach 3-letniej umowy serwisowej do jednostek UWM w Olsztynie.”

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. . 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 tj.) przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytanie:

### Pytanie :

Zwracamy się z prośbą o odniesienie się do poniższej kwestii:

Załącznik nr 1 do SWZ (FOPZ) Rozdział I Przedmiot zamówienia, wymagania ogólne punkt 5 parametrów wymaganych jak i SWZ w Rozdziale III ustęp 3 wskazują jednoznacznie, że maksymalny czas na podjęcie działań związanych z naprawą i usunięciem awarii wynosi 7 dni roboczych.

W opozycji do powyższego stoją zapisy: umowy w § 3, ustęp 10 punkt 12.1-12.3. Wskazujecie tam Państwo, że sama reakcja serwisu i działanie polegające na pojawieniu się na miejscu instalacji urządzenia powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych. Natomiast sam termin naprawy jest uzgadniany po określeniu zakresu naprawy jak wskazuje zapis w § 3 ustęp 10 punkt 12.2 i jak rozumiemy wykładnię tego zapisu może wykroczyć ponad 7 dni roboczych, co może być spowodowane np. dostępnością części zamiennych.

Równocześnie w zapisach § 8 punkt 1.3 wskazujecie Państwo naliczanie kar umownych po przekroczeniu terminu naprawy, który wg zapisu przypada jak rozumiemy

na 7 dni od momentu zgłoszenia usterki, co stoi w sprzeczności z § 3 ustęp 10 punkt 12.2.

W związku z tym powstaje niespójność interpretacyjna zapisów i wymogów pomiędzy SWZ i umową.

Informujemy Państwa również, że w związku ze złożonością serwisowanych urządzeń koniecznością sprowadzania podzespołów potrzebnych do naprawy z zagranicy konieczne jest każdorazowe określenie terminu naprawy zgodnie z punktem 12.2 wzoru umowy §3 tak jak to Państwo ujmujecie. Rozumiemy konieczność reakcji serwisu w ciągu 7 dni roboczych, ale należy rozgraniczyć reakcję i naprawę, gdyż sama naprawa najczęściej wykroczy poza zakres 7 dni roboczych.

Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie Państwa intencji w zakresie zapisów SWZ, jak i umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zapisach OPZ i umowy nie ma sprzeczności, ponieważ czas reakcji na zgłoszenie i czas na dokonanie naprawy to dwa różne terminy. Natomiast Zamawiający uprzejmie informuje, że doprecyzowuje i zmienia paragraf 8 ust. 1 pkt.3) Projektowanych postanowień umowy zgodnie z brzmieniem:**

**„1.3. za zwłokę w wykonaniu naprawy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 3, pomniejszonego o wartość wykonanej umowy, za każdy dzień zwłoki po przekroczeniu określonego zgodnie z par. 3 ust. 10 pkt. 2) terminu wykonania prac naprawczych.”**

Łączę wyrazy szacunku

**KANCLERZ**

*mgr inż. Bogusław Stec*

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Wioleta Pszenna

Tel.: 89 524 51 11

e-mail: [wioleta.pszenna@uwm.edu.pl](mailto:wioleta.pszenna@uwm.edu.pl)

Załączniki:

Załącznik nr 4 do SWZ **PO MODYFIKACJI 2** – Projektowane postanowienia umowy.

**UNIwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie**

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn  
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44      [kanclerz@uwm.edu.pl](mailto:kanclerz@uwm.edu.pl)  
fax (89) 523 43 66      [www.uwm.edu.pl](http://www.uwm.edu.pl)