

Konin, 07.04.2025 r.

WSZ-EP-54/2024/208/25**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-54/2024

Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – nr 23

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pytania dotyczące pakietu 26

1. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 rurkę intubacyjną z mankietem firmy RUSCH z medycznego PCV, nie wykonana z naturalnej gumy lateksowej ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 rurkę intubacyjną firmy RUSCH z medycznego PCV, nie wykonana z naturalnej gumy lateksowej ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

3. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 rurkę intubacyjną firmy RUSCH o następujących parametrach : rurka posiadająca mankiet Soft-Seal® o potwierdzonej klinicznie, obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu oraz duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania o średnicy 4 mm, niezmniejszający jej wewnętrznego

światła z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, alonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankieta (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankieta oraz nazwę producenta, przewód łączący balonik kontrolny w niebieskim kolorze eliminuje ryzyko przypadkowego uszkodzenia przy skracaniu przestrzeni martwej, Zaoblone wszystkie krawędzie mające kontakt z tkankami, również otworu Murphy'ego oraz gładkie połączenie rurki z mankiem, cienkościenny, stożkowaty łącznik 15 mm z oznaczeniem rozmiaru rurki i nazwy producenta posiadający wyprofilowane zaczepty

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

4. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 rurkę intubacyjną zbrojoną firmy RUSCH z mankiem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym z oznaczeniami głębokości nad mankiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytania dotyczące pakietu 27

1. Prosimy o dopuszczenie w poz.1 filtr hydrofobowy elektrostatyczny o następujących parametrach: filtr o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999%; o wadze max 24 g; o przestrzeni martwej 39,64 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml: 22.15; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H₂O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie w poz.2 filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej o następujących parametrach : z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; o wadze 37 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 74,5 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.1; 500ml: 33.8; 750ml: 31.5; 1000ml: 28.5; 1200ml: 26.2 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6.87; 500ml: 10.18; 750ml: 12.47; 1000ml: 15.50; 1200ml: 17.82; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym , o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2.8 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

3. Prosimy o dopuszczenie w poz.3 filtr hydrofobowy elektrostatyczny o następujących parametrach: o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g, o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.11; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 10.1; z

nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim, o objętości oddechowej V_t - 50 - 250 ml; posiadający opór przepływu przy 20 l/min. 1,4 cm H₂O: filtr walidowany do prążków gruźlicy, HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

4. Prosimy o dopuszczenie w poz.4 filtr hydrofobowy elektrostatyczny o następujących parametrach: o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,999%, przeciwpłatkowej 99,999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę, o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla V_t : 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla V_t : 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim, o objętości oddechowej V_t - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min. 1,8 cm H₂O: filtr walidowany do prążków gruźlicy, HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytania dotyczące pakietu 66

1. Prosimy o douszczenie w pozycji nr 1 rurkę tracheotomijną Firmy Rusch o następujących parametrach: rurka sterylna, posiadająca 2 elastyczne kaniule wewnętrzne z ogranicznikiem oznaczonym kolorem ($\geq$ rozmiaru 6), miękką opaskę szyjną, narzędzie wprowadzające /obturator/, rozpuszczalny żel poślizgowy, saszetka 3g, zintegrowane złącze obrotowe 15 mm, oznaczony kolorem kołnierz, ciągły marker RTG wzdłuż trzonu rurki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. Prosimy o douszczenie w pozycji nr 2 rurkę tracheostomijną firmy Rusch z następującymi parametrami: rurka z mankietem z odsysaniem znad mankieta, z kątem 98°, z atraumatycznym otworem umieszczonym z boku rurki tuż nad mankietem oraz z mankietem wstecznie wklejonym, co ułatwia skuteczne odessanie gromadzącej się wydzieliny, z obrotowym łącznikiem 15mm niwelującym siły skrętne, linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, szeroka, miękka opaska szyjna, mandryn, przewód do odessania w kolorze żółtym, na baloniku kontrolnym rozmiar rurki i średnica mankieta, sterylna, dostępne kaniule wewnętrzne, rozm 6.5- 9.5.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.