

Konin, 07.04.2025 r.

WSZ-EP-54/2024/227/25

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-54/2024

Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – nr 42

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pakiet 14

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul pediatrycznych bezpiecznych o poniższych parametrach

Kaniula dożylna bezpieczna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia, ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach:

24G 0,7mm.x 19 mm - przepływ 16 ml/min.;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul pediatrycznych bezpiecznych o poniższych parametrach

Kaniula dożylna bezpieczna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia, ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach:

26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 16

Prośba o dopuszczenie równoważnego rozwiązania - systemu bezigłowego z drenem o poniższych parametrach :

Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z

pojedynczym przedłużaczem. Długość zestawu około 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny- sterylizacja radiacyjna, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 40

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie równoważnego przyrządu do przetoczeń Polskiego producenta Margomed o długości 180 cm, z jednocześnie, miękką komorą kroplową, bez zastawki i portu bezigłowego na drenie. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie długości 50 cm lub 100 cm do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 42

Prosimy o dopuszczenie ankietu do szybkich przetoczeń z możliwością umieszczania płynów 1000 ml, zakres 0-300 mm Hg, wyposażone w nylonową, siatkową kieszeń ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadający cylindryczny, wysuwany, miernik ciśnienia z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający zabezpieczony przed wypadaniem, rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i neoprenu, jednorazowe, czyste mikrobiologicznie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 59

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego przyrządu do podawania cytostatyków z 5 dostępnymi do podłączania opakowań z cytostatykiem o poniższych parametrach:

Linia infuzyjna bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt, do podawania cytostatyków z 5 portami dostępowymi ułożonymi naprzemiennie, o długości maksymalnie 190 cm. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na

podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku w górę drenu. Koniec dystalny zakończony zatyczką z filtrem hydrofobowym. Dren z poliuretanu. Przyrząd nie zawiera DEHP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 60

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego przyrządu do podawania cytostatyków z trzema dostępnymi do podłączania opakowań z cytostatykiem o poniższych parametrach:

Linia infuzyjna bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt o długości 181 cm do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatraskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku w górę drenu. Dren z poliuretanu. Objętość wypełnienia 11,6 ml. Przyrząd nie zawiera DEHP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 68

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu:

Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych, wraz z kompatybilnym adapterem: Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu:

Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych, wraz z kompatybilnym adapterem: Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w

instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 81

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu Polskiej firmy Margomed: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego polimeru (bez PCV) o długości 60 mm w części przezroczystej, wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa z ABS, ścięta dwupłaszczyznowo. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), dren o dł. 180 cm, sterylny filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania 1,2 mikrona; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu pojemnika; wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 150 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pozycja 2-3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 81 pozycji 1 oraz pozycji 2, celem złożenia konkurencyjnej oferty na pozostałe produkty z pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu Polskiej firmy Margomed: Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, całość bez zawartości ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości bisfenolu A (BPA), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 180 cm wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylna, opakowanie 150 szt,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 85

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

Układ oddechowy jednorurowy, współosiowy, typu rura w rurze, zapewniający wymianę termiczną, z odłączalnym kolankiem z portem kapno, długości 1,8 m, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1 m z 2L workiem bezłateksowym, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

Układ oddechowy dwururowy karbowany dla dorosłych, do aparatu do znieczulenia, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno, dodatkowa rura długości 1,8 m wykonana z polietylenu, bezłateksowy worek 2 L zamocowany na rurze worka. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

Układ oddechowy jednorurowy, współosiowy, typu rura w rurze, zapewniającą wymianę termiczną, dł. 1,8 m, z odłączalnym kolankiem z portem kapno, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 40 cm.

Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu:

Filtr o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, o skuteczności przeciwbakteryjnej $\geq 99,9999\%$, $\geq p$ /wirusowej $99,9999\%$, skuteczność filtracji względem NaCl $\geq 99,764\%$, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 96 ml, opory przepływu 2,5 cm H₂O przy 60 l/min (1,1 cm H₂O przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżaniu 34 mg H₂O przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H₂O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 300-1500 ml, waga 49 g, ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, prostokątny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 88

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów o poniższym składzie: cewnik double J CH4.8/CH6 skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą widoczną w RTG do 6 msc, dł. cewnika w części prostej 26/28/30cm, otwarty zamknięty, popychacz sterowalny połączony z cewnikiem umożliwiający pozycjonowanie go nawet po usunięciu przewodnicy z układu moczowego o dł. min. 40 cm oraz min. 70 cm lub popychacz prosty o dł. min 40cm (do wyboru przez Zamawiającego), przewodnica o średnicy dopasowanej do rozmiaru cewnika o dł. min. 100 cm z powłoką teflonową z miękkim zakończeniem na jednym końcu a twardym na drugim, otwory drenażowe na pętłach i części prostej cewnika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 89

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów o poniższym składzie: cewnik double J CH4.8/CH6 skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą widoczną w RTG do 6 msc, dł. cewnika w części prostej 26/28/30cm, otwarty zamknięty, popychacz sterowalny połączony z cewnikiem umożliwiający pozycjonowanie go nawet po usunięciu przewodnicy z układu moczowego o dł. min. 40 cm, przewodnica o średnicy dopasowanej do rozmiaru cewnika o dł. 100 cm z powłoką teflonową z miękkim zakończeniem na jednym końcu a twardym na drugim, otwory drenażowe na pętłach i części prostej cewnika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 90

Poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulki dostępu do URS giętkiego i średnicy 10/12CH oraz 12/14CH dł. 28/35/45/55 cm (do wyboru przez Zamawiającego) z powłoką hydrofilową wewnątrz i na zewnątrz koszulki, z pierścieniem w dystalnej części koszulki oraz blokadą wewnętrznego dylatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby koszulka posiadała możliwość podania kontrastu przez otwory w dystalnej części rozszerzała z pozostawieniem przewodnicy w miejscu, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy koszulka powinna być dostarczona w aplikatorze ułatwiającym aktywację powłoki hydrofilowej, bez wykorzystania dodatkowych narzędzi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz.2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnicy nitinolowej o średnicy: 0.032", 0.035", z miękką bezpieczną końcówką na dł. 3 cm, z powłoką hydrofilową na całości. Sztywność

standardowa lub bardzo sztywna dla rozmiaru 0.035". Końcówka prosta lub typu J dla średnicy 0.035" - do wyboru; dla średnicy 0.032" - końcówka prosta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 91

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z zakończeniem Nelaton z dwoma otworami drenującymi, wykonany z termoplastycznego materiału Neoplex, z mandrynem metalowym; rozmiar CH3/4/5/6/7 dł. 70cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 92

Poz.1:

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego zestawu do przezskórnej nefrostomii o składzie:

cewnik CH8 dł. cewnika min.25 cm, z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz łącznikiem do worka na mocz, cewnik z nacięciami służącymi do fiksacji, igła 2częściowa 18G 20 cm skalowana co 1 cm widoczna w USG, przewodnick Lunderquist z końcówką typu J 85cm 0,035". Zestaw sterylny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii o składzie: 2-częściowa igła Chiba 18G/20 cm skalowana co 1 cm, widoczna w USG; przewodnica z powłoką teflonową i bezpiecznym końcem J 0,038"/80cm, zestaw rozszerzeń dopasowany do rozmiaru cewnika, cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnętrzna warstwa sztywna redukująca ryzyko zamknięcia drenażu podczas fiksacji, zewnętrzna warstwa miękka redukująca dyskomfort pacjenta) z pamięcią kształtu CH8/29cm z mandrynem prostującym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz.2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ekstraktora kamieni bez powłoki antypoślizgowej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 93

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika przeźroczystego o niesatynowej powierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 94

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonu o pojemności 30-50ml. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 95

Pozycja 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika przeźroczystego o niesatynowej powierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 96

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii, w którego skład wchodzi: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 10Ch, 12Ch, 14Ch kodowane kolorystycznie, długość 40 cm, pojemność balonu 3 ml dla 10 Ch, 5 ml dla 12/14 Ch, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12 cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący. Wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier. Zestaw sterylny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pakiet 97

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 100% silikon z balonem 50ml sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 98

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii w składzie: Zestaw do nefrostomii wielostopniowej o składzie: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G (1.3mm) oraz 22G (0.7mm), długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą, przewodnica Schullera o średnicy 0.035" (0.89mm) o długości 100cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzeń dopasowanych do rozmiaru cewnika; kranik Luer-Lock; bezłateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Rozmiary cewnika CH6/7/8/9/10. Zestaw sterylny jednorazowego użytku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 100

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnicy typu Schuller, wykonana ze stali nierdzewnej. Koniec dystalny typu J, miękki bezpieczny na dł. 7 cm, sztywny na dł. 30cm, miękki w dalszej części (koniec dystalny i proksymalny miękki). Długość 100cm, średnica 0.035". Produkt sterylny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy pokrytej powłoką teflonową (PTFE) typu Seldinger, z nieruchomym rdzeniem wykonanym ze stali nierdzewnej. Zakończenie zagięte typu J, bezpieczne na dł. 5cm. Długość 80cm, średnica 0.038". Sztywna. Produkt sterylny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozszerzadeł prostych, wykonanych z PEBA, długość 21 cm, Rozmiar CH10, 12 Ch – do wyboru przez Zamawiającego. Produkt sterylny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu rozszerzadeł prostych, wykonanych z PEBA, długość 21 cm w skład którego wchodzi rozmiary CH6, CH8, CH10, CH12 i CH14.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu: Zestaw rozszerzadeł prostych z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle, wykorzystywany do wytworzenia przetoki nerkowej. Rozmiar CH6, CH8, CH11 + rozrywalna koszulka. Produkt sterylny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do szynowania moczowodów do URS 4.8CH. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuretanu, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, otwarty-otwarty, popychacz sterowalny o długości 83 cm, prowadnica typu Seldinger z powłoką teflonową o dł. 150 cm o średnicy dopasowanej do rozmiaru cewnika z ruchomym rdzeniem, zacisk. Długość 24 cm. Maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy, potwierdzony przez producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu: Igła punkcyjna 2częściowa typu Chiba o długości 20cm, o wysokiej echogeniczności w USG, skalowana co 1cm, rozmiar 18G (1.3mm) lub 22G (0,76mm) do wyboru przez Zamawiającego. Mandryn posiada w części dystalnej kanał powietrzny około 6mm zwiększający echogeniczność. Produkt sterylny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 101

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do szynowania moczowodów. Cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, sztywny w środku, miękki na zewnątrz, z pamięcią kształtu. Stent jest dostarczany w zestawie z popychaczem sterowalnym o dł. 40cm, prowadnicą stalową z powłoką teflonową o średnicy 0.035" dł. 150

cm z nieruchomym rdzeniem. System otwarty/zamknięty. Rozmiar: CH4.8, długość 26,28 cm. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: zestawu do szynowania moczowodów 6 Ch/26-28 cm. Cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, sztywny w środku, miękki na zewnątrz, z pamięcią kształtu, otwarty/zamknięty. Prowadnica stalowa pokryta teflonem 0.035"/150 cm. Popychacz 40 cm, zacisk, drenaż do 12 mies.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 106

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu: Ekstraktor złogów wykonany ze stopu niklu i tytanu, stosowany w nerce oraz moczowodzie. Czterodrutowa konstrukcja, ergonomiczny uchwyt z przesuwym systemem otwierania i zamykania koszyczka, rozmiar 1,8 Fr lub 2,5 Fr, długość 120 cm, koszyczek o średnicy 11 mm lub 17 mm do wyboru Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 122

Poz. 1,2,3,4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawk z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz.2,3,4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają być wyposażone w uchwyt na palec (podcięcie w części chwytnej)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 123

Poz. 1 i 2

1)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 125

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem centralnym i tęym ostrzem ściętym pod kątem 45 stopni 18G długość 25mm,40 mm *do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 126

Poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc "przedłużacze o dł. co najmniej 150cm" oczekuje zaoferowania przedłużaczy o długości 150cm, 185 cm, 200 cm do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje przedłużaczy do pomp infuzyjnych o dł. co najmniej 150cm, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. Zamawiający nie wymaga zaoferowania przedłużaczy o długości 150cm, 185 cm, 200 cm do wyboru Zamawiającego.

Pakiet 127

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych przyrządów do przetaczania płynów firmy margomed z komorą kroplową wolną od PCV

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych firmy margomed z komorą kroplową wolną od PCV z igłą biorczą wykonaną z wytrzymałego ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego bursztynowego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych firmy Margomed z komorą kroplową wolną od PCV z igłą biorczą wykonaną z wytrzymałego ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego bursztynowego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych firmy Margomed z i komorą kroplową wolną od PCV z igłą biorczą ściętą czteropłaszczyznowo wykonaną z wytrzymałego ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 130

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego łącznika-bezigłowego o przepływie 165 ml/min, przestrzeń martwa .0.04 ml, ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 134

Pozycja 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu: Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylne, dodatkowy aplikator umożliwiający sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem, skuteczność dezynfekcji w czasie 30 sekund. sterylizacja radiacyjna, opakowanie 200 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 140

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu: Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją, średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 um potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,30 - 0,35 ml/min. W zestawie z nebulizatorem: dren 210 cm, maska dla dorosłych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 142

Poz 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego worka do 7-dniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, pojemność 2000 ml, miękki transparentny dren nie ulegający odkształceniom o długości 120 cm, zawór spustowy przesuwany typu T bez elementów wchodzących w strumień przepływu z zakładką do podwieszania, zawór antyzwrotny NRV, płaski samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek (NFSP), worek z podwójnym zgrzewem, skalowany co 25 ml do 100 ml, a następnie co 100 ml do 2000 ml; schodkowy uniwersalny łącznik do cewnika, tylna, biała ściana worka do wizualizacji poziomu i koloru moczu, zacisk drenu, hydrofobowy filtr antybakteryjny na przedniej ścianie worka. Produkt jednorazowego użytku, sterylne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pakiet 143

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego systemu bezigłowego o poniższych parametrach

Zestaw przedłużający z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem. Długość zestawu około 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,35 ml, średnica drenu 1,2 mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Sterylność- sterylizacja radiacyjna, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostaw

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 146

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, dezynfekcji w czasie 30 sekund?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższych parametrów, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymag aby koreczki posiadały osłonę ułatwiającą ich aplikację bez ryzyka skażenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższych parametrów, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 147

Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu producenta IMP Medical do stosowania przez 500 aktywacji lub 7 dni. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego producenta IMP Medical: Rampa z pięcioma kranikami i sześcioma zaworami bezigłowymi, z drenem. System o długości 175cm. Objętość wypełnienia 8,6ml. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa długości systemu, objętości wypełnienia, metody sterylizacji, pozostałe zapisy pozostawia zgodnie z SWZ.

Pakiet 149

Pozycja 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie skalowania co 0,2 ml. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 153

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego producenta Medline: Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, zapachowy, z dwuwarstwową strukturą czepka: zewnętrzną foliową wykonaną z polietylenu i wewnętrzną warstwą nawilżonej warstwy absorpcyjnej o gramaturze 160 g/m², zawierający w składzie: 140g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchenke mikrofalowej przez 15 sekund przy mocy maksymalnej 1250W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk. Opakowanie 1 sztuka, 30 czepków w pudełku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 154

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu producenta Medline: Myjki do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, simetikonu oraz substancji o działaniu p/bakteryjnym chlorku benzalkoniowego, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchenke mikrofalowej 30 sekund przy mocy max. 1250 W. Myjki o minimalnej gramaturze 100 g/m² (sucha myjka) oraz minimalnej masie roztworu oczyszczającego i nawilżającego w pojedynczej myjce 7 g. W opakowaniu 8 myjek. Instrukcja użycia w formie piktogramu umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe z zastrzeżeniem, że zaoferowane myjki będą zarejestrowane jako wyrób medyczny. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający nie określa wielkości opakowania.

Pakiet 128

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnej strzygarki bezprzewodowej, bez wskaźnika naładowania baterii o baterii NiMH zapewniająca minimum 90 minut ciągłej pracy. Strzygarka kompatybilna z minimum 3 rodzajami ostrzy. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pozycja 2

Pyt. 1

Czy Zamawiający oczekuje ostrzy o konstrukcji wykluczającej jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego parametru, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pyt. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy jednorazowych o wysokości cięcia 0,8 mm, ostrze do włosów grubych o wysokości cięcia 1,2 mm i ostrza do włosów wrażliwych o wysokości cięcia 1,1 mm. Ostrza bez widocznego nr LOT, kompatybilne ze strzygarką dopuszczaną w pytaniu do pozycji 1. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 113

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki o średnicy 22 CH z 6 naprzemiennie rozłożonymi otworami bocznymi, dren pakowany osobno. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 1,8 m, bez zatyczki z dodatkowym łącznikiem męskim wstępnie podłączonym z drenem. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.