



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ



Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181,

REGON 810733454, KRS 0000001757

Znak sprawy: WZAM.2354.4.247.2025

Szczecin, dnia 14.02.2025.r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) pn.: „Zakup, dostawa i uruchomienie autorefraktometru z keratometrem na potrzeby Poradni Okulistycznej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Nr postępowania: 4/2025.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający w punkcie 3 dopuści urządzenie z zakresem pomiaru PD od 30 do 85 mm?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający w punkcie 12 dopuści stolik o maksymalnym udźwigu 60 kg, minimalnej wysokości 700 mm, maksymalnej wysokości 900 mm i wymiarach blatu 620 (W) x 438 (D) mm?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający w punkcie 13 dopuści urządzenie o wadze 20 kg?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie dopuszcza.

Dyrektor

Magdalena Sojka-Szostak