

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

tel. +48 71375 22 34 | +48 71375 28 22 | +48 71375 20 88

bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 14.04.2025 r.

Nr postępowania: **BZP.2710.9.2025.KR****Wykonawcy**(informacja zamieszczona na stronie internetowej
prowadzonego postępowania)**INFORMACJA NR 2****wyjaśnienia i zmiana treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Sukcesywna dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Biotechnologii UWr – 7 zadań”**

Na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania i zmienia treść SWZ w poniższym zakresie:

I. Wyjaśnienia treści SWZ:**Pytanie nr 1:***Dot. zadania nr 1**Poz. 1.2 Czy Zamawiający dopuści próbówki pakowane w op. jednostkowym po 500 sztuk oraz wycenę przeliczonej ilości opakowań?***Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuszcza próbówki pakowane w opakowaniu jednostkowym po 500 sztuk pod warunkiem proporcjonalnego przeliczenia ilości w stosunku do wielkości określonej w specyfikacji.

Pytanie nr 2:*Dot. zadania nr 1**Poz. 1.3 Czy Zamawiający dopuści próbówki okrągłodenne?***Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza próbek o okrągłym dnie. Wymóg dotyczący próbek stożkowych wynika z konieczności zapewnienia określonych właściwości użytkowych i nie podlega modyfikacji.

Pytanie nr 3:

Dot. zadania nr 1

Poz. nr 1.4 Czy Zamawiający dopuści próbówki pakowane w op. jednostkowym po 500 sztuk oraz wycenę przeliczonej ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza próbówki pakowane w opakowaniu jednostkowym po 500 sztuk pod warunkiem proporcjonalnego przeliczenia ilości w stosunku do wielkości określonej w specyfikacji.

Pytanie nr 4:

Dot. zadania nr 1

Poz. nr 1.10 Czy Zamawiający dopuści próbówki o zakrętkach w jednym kolorze, pod warunkiem zaoferowania kolorowych insertów w ilości odpowiadającej próbówkom?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza próbek o zakrętkach w jednym kolorze. Wymóg kolorowych zakrętek został określony w OPZ z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej identyfikacji próbek, a zmiana ta wpłynęłaby na spełnienie wymagań funkcjonalnych.

Pytanie nr 5:

Dot. zadania nr 1

Poz. nr 1.10 Czy Zamawiający dopuści próbówki o wymiarach: średnica - 12,20, dł. całkowita: 45,70 mm, dł. bez zakrętki: 37,40 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza próbek o średnicy 12.20 mm oraz długości 45.70 mm.

Pytanie nr 6:

Dot. zadania nr 1

Poz. nr 1.11, 1.12 oraz 1.13 Czy Zamawiający dopuści próbówki odporne na wirowanie przynajmniej 12 000xg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza próbek odpornych na wirowanie do 12 000 x g. Probówki o niższej odporności mogłyby ulec uszkodzeniu lub pęknięciu, co zagrażałoby integralności próbek oraz bezpieczeństwu pracy. Zmniejszenie tej wartości wpłynęłoby na funkcjonalność produktu i nie podlega modyfikacji.

Pytanie nr 7:

Dot. zadania nr 1

Poz. nr 1.14 Czy Zamawiający dopuści próbówki o wymiarach 5,86x20,6 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza próbek o wymiarach 5.86 x 20.6 mm.

Pytanie nr 8:

Dot. zadania nr 1

Poz. nr 1.15 Czy Zamawiający dopuści próbówki o wymiarach 7,36x3,53 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza próbek o wymiarach 7.36 x 3.53 mm.

Pytanie nr 9:

Dot. zadania nr 4

Poz. nr 4.1 Czy Zamawiający dopuści pipety o długości 280 mm, średnicy 5 mm, średnicy końcówki 2mm, pakowane indywidualnie, w opakowaniu zbiorczym 600 sztuk oraz wycenę przeliczonej ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pipet o długości 280 mm, średnicy 5 mm oraz średnicy końcówki 2 mm. Wymagane w OPZ wymiary zostały określone w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności pipet, w tym ich kompatybilności z urządzeniami laboratoryjnymi.

Zamawiający dopuszcza pipety pakowane w opakowaniu zbiorczym po 600 sztuk pod warunkiem proporcjonalnego przeliczenia ilości w stosunku do wielkości określonej w specyfikacji i pod warunkiem spełnienia pozostałych cech określonych w OPZ.

Pytanie nr 10:

Dot. zadania nr 4

Poz. nr 4.2 Czy Zamawiający dopuści pipety o długości 346 mm, średnicy 6,2 mm, średnicy końcówki 2 mm, pakowane indywidualnie, w opakowaniu zbiorczym 200 sztuk oraz wycenę przeliczonej ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pipet o długości 346 mm, średnicy 6.2 mm oraz średnicy końcówki 2 mm. Wymagane w OPZ wymiary zostały określone w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności pipet, w tym ich kompatybilności z urządzeniami laboratoryjnymi.

Zamawiający dopuszcza pipety pakowane w opakowaniu zbiorczym po 200 sztuk pod warunkiem proporcjonalnego przeliczenia ilości w stosunku do wielkości określonej w specyfikacji i pod warunkiem spełnienia pozostałych cech określonych w OPZ.

Pytanie nr 11:

Dot. zadania nr 4

Poz. nr 4.3 Czy Zamawiający dopuści pipety o długości 346 mm, średnicy 10 mm, średnicy końcówki 3,84 mm, kod barwny pomarańczowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pipet o długości 346 mm, średnicy 10 mm oraz średnicy końcówki 3.84 mm. Wymagane w OPZ wymiary zostały określone w celu zapewnienia

odpowiedniej funkcjonalności pipet, w tym ich kompatybilności z urządzeniami laboratoryjnymi.

Zamawiający dopuści piety o kodzie barwnym pomarańczowym pod warunkiem spełnienia pozostałych cech określonych w OPZ.

Pytanie nr 12:

Dot. zadania nr 4

Poz. nr 4.4 Czy Zamawiający dopuści pipety o długości 312 mm, średnicy 15 mm, średnicy końcówki 4,9 mm, kod barwny różowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pipet o długości 312 mm, średnicy 15 mm oraz średnicy końcówki 4.9 mm. Wymagane w OPZ wymiary zostały określone w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności pipet, w tym ich kompatybilności z urządzeniami laboratoryjnymi.

Zamawiający dopuści piety o kodzie barwnym różowym pod warunkiem spełnienia pozostałych cech określonych w OPZ.

Pytanie nr 13:

Dot. zadania nr 4

Poz. nr 4.6 Czy Zamawiający dopuści butelki o wymiarach: 89,56 x 160,01 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza butelek o wymiarach: 89.56 x 160.01 mm. Wymagane w OPZ wymiary zostały określone z uwagi na optymalne dopasowanie do przestrzeni przechowywania.

Pytanie nr 14:

Dot. zadania nr 4

Poz. nr 4.7 Czy Zamawiający dopuści butelki o wymiarach: 53,80 x 97,13 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza butelek o wymiarach 53.80 x 97.13 mm. Wymagane w OPZ wymiary zostały określone z uwagi na optymalne dopasowanie do przestrzeni przechowywania.

Pytanie nr 15:

Dot. zadania nr 4

Poz. nr 4.8 Czy Zamawiający dopuści płytki o obszarze posiewu 9,5cm², o wymiarach 128,06 x 85,86 mm, pakowane indywidualnie, w opakowaniu zbiorczym pakowane po 50 sztuk oraz wycenę przeliczonej ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany specyfikacji płytek do hodowli komórkowych w odniesieniu do obszaru posiewu i wymiarów płytki. Wymagane w OPZ wartości zostały precyzyjnie określone w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności płytek w procesach laboratoryjnych oraz ich kompatybilności z wykorzystywanymi urządzeniami.

Zamawiający dopuszcza płytki pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 50 sztuk pod warunkiem proporcjonalnego przeliczenia ilości w stosunku do wielkości określonej w specyfikacji i pod warunkiem spełnienia pozostałych cech określonych w OPZ.

Pytanie nr 16:

Dot. zadania nr 4

Poz. nr 4.9 Czy Zamawiający dopuści płytki o obszarze posiewu 3,6cm², o wymiarach 127,76 x 85,46 mm, pakowane indywidualnie, w opakowaniu zbiorczym pakowane po 50 sztuk oraz wycenę przeliczonej ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany specyfikacji płytek do hodowli komórkowych w odniesieniu do obszaru posiewu i wymiarów płytki. Wymagane w OPZ wartości zostały precyzyjnie określone w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności płytek w procesach laboratoryjnych oraz ich kompatybilności z wykorzystywanymi urządzeniami.

Zamawiający dopuszcza płytki pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 50 sztuk pod warunkiem proporcjonalnego przeliczenia ilości w stosunku do wielkości określonej w specyfikacji i pod warunkiem spełnienia pozostałych cech określonych w OPZ.

Pytanie nr 17:

Dot. zadania nr 4

Poz. nr 4.10 Czy Zamawiający dopuści płytki o obszarze posiewu 1,9cm², o wymiarach 128,06 x 85,86 mm, pakowane indywidualnie, w opakowaniu zbiorczym pakowane po 50 sztuk oraz wycenę przeliczonej ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany specyfikacji płytek do hodowli komórkowych w odniesieniu do obszaru posiewu i wymiarów płytki. Wymagane w OPZ wartości zostały precyzyjnie określone w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności płytek w procesach laboratoryjnych oraz ich kompatybilności z wykorzystywanymi urządzeniami.

Zamawiający dopuszcza płytki pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 50 sztuk pod warunkiem proporcjonalnego przeliczenia ilości w stosunku do wielkości określonej w specyfikacji i pod warunkiem spełnienia pozostałych cech określonych w OPZ.

Pytanie nr 18:

Dot. zadania nr 4

Poz. nr 4.11 Czy Zamawiający dopuści płytki o obszarze posiewu 0,32cm², o objętości roboczej dołka 0.1~0.2ml, o wymiarach 127,56 x 85,36 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany specyfikacji płytek do hodowli komórkowych w odniesieniu do obszaru posiewu, wymiarów płytki i objętości roboczej dołka. Wymagane w OPZ wartości zostały precyzyjnie określone w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności płytek w procesach laboratoryjnych oraz ich kompatybilności z wykorzystywanymi urządzeniami.

Pytanie nr 19:

Dot. zadania nr 4

Poz. nr 4.12 Czy Zamawiający dopuści szalki o wysokości 20 mm, obszar wzrostu 59.3 cm²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości szalek na 20 mm oraz obszaru wzrostu na 59,3 cm². Wymagane w OPZ parametry zostały określone w celu zapewnienia odpowiednich warunków hodowli komórek adherentnych, a zmiana tych wymiarów mogłaby wpłynąć na efektywność hodowli.

Pytanie nr 20:

Dot. zadania nr 4

Poz. nr 4.13 Czy Zamawiający dopuści szalki o wysokości 12 mm, pakowane w rękawy po 20 sztuk oraz w opakowaniu zbiorczym po 500 sztuk oraz wycenę przeliczonej ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości szalek na 12 mm. Wymagana w OPZ wysokość została określona w celu zapewnienia odpowiednich warunków hodowli komórek adherentnych. Zamawiający dopuszcza pakowanie szalek w rękawy po 20 sztuk, w opakowaniu zbiorczym po 500 sztuk pod warunkiem proporcjonalnego przeliczenia ilości w stosunku do wielkości określonej w specyfikacji i pod warunkiem spełnienia pozostałych cech określonych w OPZ.

Pytanie nr 21:

Dot. zadania nr 4

Poz. nr 4.17 oraz 4.18 Czy Zamawiający dopuści próbówki odporne na wirowanie przynajmniej 12000xg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany odporności próbek na wirowanie do 12 000 x g. Probówki o niższej odporności mogłyby ulec uszkodzeniu lub pęknięciu, co zagrażałoby integralności próbek oraz bezpieczeństwu pracy.

Pytanie nr 22:

Dot. zadania nr 4

Poz. 4.3 Czy Zamawiający zaakceptuje pipety kodowane kolorem pomarańczowym? Ten sam kolor użyty jest również w pasku Schellbacha wzdłuż całej skali w celu ułatwienia odczytu poziomu płynu w pipecie oraz jej szybszej identyfikacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza pipety oznaczone kolorem pomarańczowym pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 23:

Dot. zadania nr 4

Poz. 4.4 Czy Zamawiający zaakceptuje pipety kodowane kolorem czerwonym? Ten sam kolor użyty jest również w pasku Schellbacha wzdłuż całej skali w celu ułatwienia odczytu poziomu płynu w pipecie oraz jej szybszej identyfikacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza pipety oznaczone kolorem czerwonym pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 24:

Dot. zadania nr 6

Poz. nr 6.1 Czy Zamawiający dopuści pipety o długości 346 mm, średnicy 6,2 mm, średnicy końcówki 2 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany specyfikacji pipet w odniesieniu do ich wymiarów.

Pytanie nr 25:

Dot. zadania nr 6

Poz. nr 6.2 Czy Zamawiający dopuści pipety o długości 346 mm, średnicy 10 mm, średnicy końcówki 3,84 mm, kod barwny pomarańczowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany specyfikacji pipet w odniesieniu do ich wymiarów. Zamawiający dopuści pipety o kodzie barwnym pomarańczowym pod warunkiem spełnienia pozostałych cech określonych w OPZ.

Pytanie nr 26:

Dot. zadania nr 6

Poz. nr 6.3 Czy Zamawiający dopuści pipety o długości 312 mm, średnicy 15 mm, średnicy końcówki 4,9 mm, kod barwny różowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany specyfikacji pipet w odniesieniu do ich wymiarów. Zamawiający dopuści pipety o kodzie barwnym różowym pod warunkiem spełnienia pozostałych cech określonych w OPZ.

Pytanie nr 27:

Dot. zadania nr 6

Poz. 6.2 Czy Zamawiający zaakceptuje pipety kodowane kolorem pomarańczowym? Ten sam kolor użyty jest również w pasku Schellbacha wzdłuż całej skali w celu ułatwienia odczytu poziomu płynu w pipecie oraz jej szybszej identyfikacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza pipety oznaczone kolorem pomarańczowym pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 28:

Dot. zadania nr 6

Poz. 6.3 Czy Zamawiający zaakceptuje pipety kodowane kolorem czerwonym? Ten sam kolor użyty jest również w pasku Schellbacha wzdłuż całej skali w celu ułatwienia odczytu poziomu płynu w pipecie oraz jej szybszej identyfikacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza pipety oznaczone kolorem czerwonym pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 29:

Dot. zadania nr 6

Poz. 6.4 Czy Zamawiający zaakceptuje pipety kodowane kolorem fioletowym? Ten sam kolor użyty jest również w pasku Schellbacha wzdłuż całej skali w celu ułatwienia odczytu poziomu płynu w pipecie oraz jej szybszej identyfikacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza pipety oznaczone kolorem fioletowym pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 30:

Dot. zadania nr 6

Poz. 6.1 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, poz. 6.1 dopuści Pipety serologiczne, 5 ml o długości 344 mm, średnicy 8 mm, średnicy końcówki 2,95 mm i zatyczką z poliolefiny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pipet serologicznych 5 ml o długości 344 mm, średnicy 8 mm oraz średnicy końcówki 2.95 mm. Wymagane w OPZ wymiary zostały określone w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności pipet, w tym ich kompatybilności z urządzeniami laboratoryjnymi. Zamawiający dopuszcza zatyczkę z innego materiału niż opisano to w OPZ pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie nr 31:

Dot. zadania nr 6

Poz. 6.2 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, poz. 6.2 dopuści Pipety serologiczne, 10 ml o długości 344 mm, średnicy 9,9 mm, średnicy końcówki 3,0 mm, zatyczką z poliolefiny i z oznaczeniem pomarańczowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pipet serologicznych 10 ml o długości 344 mm, średnicy 9.9 mm oraz średnicy końcówki 3.0 mm. Wymagane w OPZ wymiary zostały określone w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności pipet, w tym ich kompatybilności z urządzeniami laboratoryjnymi. Zamawiający dopuszcza zatyczkę z innego materiału niż

opisano to w OPZ oraz kod barwny pomarańczowy pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie nr 32:

Dot. zadania nr 6

Poz. 6.3 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, poz. 6.3 dopuści Pipety serologiczne, 25 ml o długości 343 mm, średnicy 14,3 mm, średnicy końcówki 4,7 mm i zatyczką z poliolefiny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pipet serologicznych 25 ml o długości 343 mm, średnicy 14.3 mm oraz średnicy końcówki 4.7 mm. Wymagane w OPZ wymiary zostały określone w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności pipet, w tym ich kompatybilności z urządzeniami laboratoryjnymi. Zamawiający dopuszcza zatyczkę z innego materiału niż opisano to w OPZ pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie nr 33:

Dot. zadania nr 6

Poz. 6.4 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, poz. 6.4 dopuści Pipety serologiczne, 50 ml o długości 343 mm, średnicy 18,4 mm, średnicy końcówki 5,3 mm, zatyczką z poliolefiny i oznaczeniem fioletowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pipet serologicznych 50 ml o długości 343 mm, średnicy 18.4 mm oraz średnicy końcówki 5.3 mm. Wymagane w OPZ wymiary zostały określone w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności pipet, w tym ich kompatybilności z urządzeniami laboratoryjnymi. Zamawiający dopuszcza zatyczkę z innego materiału niż opisano to w OPZ oraz kod barwny fioletowy pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie nr 34:

Dot. zadania nr 6

Poz. 6.5 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, poz. 6.5 dopuści probówki wirówkowe, 50 ml o długości 114,2 mm, średnicy 29,31 mm, możliwość wirowania do 12000 x g, nadrukowaną czarną podziałką i z pomarańczową zakrętką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza probówek odpornych na wirowanie do 12 000 x g. Probówki o niższej odporności niż wymagana mogłyby ulec uszkodzeniu lub pęknięciu, co zagrażałoby integralności próbek oraz bezpieczeństwu pracy. Zmniejszenie tej wartości wpłynęłoby na funkcjonalność produktu i nie podlega modyfikacji. Zamawiający dopuszcza probówki wirówkowe, 50 ml o długości 114,2 mm, średnicy 29,31 mm, nadrukowaną czarną podziałką i z pomarańczową zakrętką pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych cech wymaganych w OPZ.

Pytanie nr 35:

Dot. zadania nr 6

Poz. 6.6 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, poz. 6.6 dopuści probówki wirówkowe, 15 ml o długości 118,4 mm, średnicy 17,5 mm, nadrukowaną czarną podziałką i z pomarańczową zakrętką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza probówki wirówkowe 15 ml o długości 118,4 mm, średnicy 17,5 mm, nadrukowaną czarną podziałką i z pomarańczową zakrętką pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych cech wymaganych w OPZ.

Pytanie nr 36:

Dot. zadania nr 6

Poz. 6.7 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, poz. 6.7 dopuści probówki wirówkowe, 14 ml o długości 105 mm i średnicy 16,8 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza probówki wirówkowe, 14 ml o długości 105 mm i średnicy 16,8 mm pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych cech wymaganych w OPZ.

Zamawiający informuje, że **wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców** biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

**Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Katarzyna Rulkowska**