

Radzyń Podlaski, 14.01.2025 r.

IZ.272.01.17.2024

Do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia technologicznego na potrzeby branżowego centrum umiejętności w dziedzinie elektryki w Radzynie Podlaskim, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 06.12.2024 r. pod numerem 2024/S 238- 747679.

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2024.1320), w odpowiedzi na zadane pytania dokonuje wyjaśnień i modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) Zapytanie do cz. VIII

Czy szkolenie z obsługi urządzenia obejmuje wszystkie pozycje z cz. VIII, czy tylko te, w których ujęto taką informację, tj. pozycja nr 1- kamera termowizyjna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szkolenie z obsługi urządzenia obejmuje wszystkie pozycje z cz. VIII.

2) W odniesieniu do pozycji 1 cz. VIII, uprzejmie proszę o ponowną weryfikację naszego zapytania. Zgodnie z naszymi ustaleniami, GPS, kompas, przewód CVBS oraz częstotliwość 50 Hz dotyczą pozycji 2, a nie 1. Sugeruje to, że podczas określania specyfikacji mogła nastąpić pomyłka.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż GPS, kompas, przewód CVBS oraz częstotliwość 50 Hz nie są wymagane w poz. 1, dotyczą poz. 2. Ponadto w poz. 1 dopuszcza kamerę o częstotliwości odświeżania: 25 Hz.

3) W odniesieniu do cz. VIII, pozycji 8, proszę o weryfikację specyfikacji technicznej. Czy na pewno wymagana jest rejestracja stanów nieustalonych z częstotliwością próbkowania 1 milion próbek na sekundę?

Jeżeli tak, oznaczałoby to, że do pozycji 8 i 9 wymagany jest ten sam produkt. Jeżeli nie, proszę o informację, czy analizator może badać stany nieustalone z częstotliwością 49 000 próbek na sekundę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w poz. VIII wymagana jest rejestracja stanów nieustalonych z częstotliwością próbkowania 1 milion próbek na sekundę. Zamawiający nie dopuszcza, aby analizator badał stany nieustalone z częstotliwością 49 000 próbek na sekundę.

STAROSTA RADZYŃSKI

Szczepan Niebrzegowski

WICESTAROSTA RADZYŃSKI

Ireneusz Mroczek