



WOJSKOWE CENTRUM

KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



WCKiK – SZP.2612.1.16/D/2025

Warszawa, 30.04.2025 r.

WYKONAWCY POSTĘPOWANIA

NUMER SPRAWY 16/D/2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę odczynników do badań przesiewowych dawców krwi pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV i RNA HEV w pojedynczej donacji metodą automatyczną z wymaganymi kalibratorami, kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do wykonania badań wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznej metody wykonywania badań metodą biologii molekularnej”, Sprawa 16/D/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

Zamawiający Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej „SWZ” oraz załączników na pytania skierowane przez Wykonawców w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

Pytanie 1.

Dotyczy SWZ, Rozdział XXX, OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, pkt 2

Prosimy o potwierdzenie, że w tabeli w wierszu cena (C) omyłkowo zamawiający wpisał 50 pkt, ponieważ zgodnie z zapisami SWZ 60% kryterium oceny to 60 pkt

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza iż omyłkowo wpisano 50 pkt.

Pytanie 2.

Dotyczy SWZ, Rozdział XXX, OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, pkt 4, Tabela poz. 2 oraz Załącznik nr 1 pkt 1, Tabela poz. 2 oraz Załącznik nr 2, Tabela 2 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że dla Zamawiającego funkcją CITO jest zdolność analizatora do natychmiastowego rozpoczęcia pipetowania i procesu testowania (ekstrakcja/amplifikacja/detekcja) dla próbek CITO niezwłocznie po ich załadowaniu do systemu NAT, niezależnie od liczby próbek już załadowanych na pokład i nawet jeśli system przetwarza już inne "rutynowe" próbki – bez straty zadeklarowanej w materiałach producenta wydajności oraz ciągłe ich zwalnianie (5 wyników co 5 minut). Priorytet dla próbki CITO kolejkuje ją przed próbkami, wcześniej załadowanymi na pokład analizatora

Ciągłe zwalnianie wyników musi być połączone również ze stałym przesyłem do LIS bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego. Personel laboratorium nie musi weryfikować wyników przed ich przesłaniem do LIS i nie musi korzystać z dodatkowego oprogramowania.

Potwierdzenie (wycinek z instrukcji) należy dołączyć do oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak potwierdzamy, że dla Zamawiającego funkcją CITO jest zdolność analizatora do natychmiastowego rozpoczęcia pipetowania i procesu testowania (ekstrakcja/amplifikacja/detekcja) dla próbek CITO niezwłocznie po ich załadowaniu do systemu NAT, niezależnie od liczby próbek już załadowanych na pokład i nawet jeśli system przetwarza już inne "rutynowe" próbki – bez straty zadeklarowanej w materiałach producenta wydajności oraz ciągłe ich zwalnianie pojedynczo lub w blokach, minimum 5 wyników co 5 minut. Priorytet dla próbki CITO kolejkuje ją przed próbkami, wcześniej załadowanymi na pokład analizatora.

Pytanie 3.

Dotyczy SWZ, Rozdział XXX, OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, pkt 4, Tabela poz. 3 oraz Załącznik nr 1 pkt 1, Tabela poz. 3 oraz Załącznik nr 2, Tabela 2 poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, że zapis wymaga od Wykonawców wyspecyfikowania tych jednorazowych elementów zużywalnych, które biorą bezpośredni udział w procesie badania i stykają się z materiałem badanym. Wyspecyfikować należy ilość pozycji a nie liczbę powstających poszczególnych materiałów razem.

Nie wymaga się uwzględnienia wszystkich elementów zużywalnych, również tych, które są niezbędne do prawidłowej pracy analizatora, nie mających styczności z badaną próbką podczas jej analizy, takich jak worki na odpady stałe czy nakrętni na butelki.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie porównywał ilość pozycji, a nie wyspecyfikowania ilości poszczególnych materiałów zużywalnych w ujęciu jednego badania czy też w ujęciu wszystkich 125 000 w ciągu 36 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, że zapis wymaga od Wykonawców wyspecyfikowania tych jednorazowych elementów zużywalnych, które biorą bezpośredni udział w procesie badania i stykają się z materiałem badanym. Wyspecyfikować należy ilość pozycji a nie liczbę powstających poszczególnych materiałów razem.

Nie wymaga się uwzględnienia wszystkich elementów zużywalnych, również tych, które są niezbędne do prawidłowej pracy analizatora, nie mających styczności z badaną próbką podczas jej analizy, takich jak worki na odpady stałe czy nakrętni na butelki.

Tak, potwierdzamy, że Zamawiający będzie porównywał ilość pozycji, a nie wyspecyfikowania ilości poszczególnych materiałów zużywalnych w ujęciu jednego badania czy też w ujęciu wszystkich 125 000 w ciągu 36 miesięcy.

Pytanie 4.

Dotyczy SWZ, Rozdział XXX, OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, pkt 4, Tabela poz. 4 oraz Załącznik nr 1 pkt 1, Tabela poz. 4 oraz Załącznik nr 2, Tabela 2 poz. 4

W związku z zapisem: „Możliwość oznaczenia 4 wirusów: HIV/HCV/HBV/HEV przy pomocy testu multiplex (wykrywającego jednocześnie materiał genetyczny RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV, RNA HEV)”, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje, że Wykonawca posiada w ofercie, najpóźniej w dniu składania ofert test multiplex, wykrywający materiał genetyczny RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV, RNA HEV, który może być użyty na zaoferowanym analizatorze bez spadku wydajności analizatorów dla pojedynczej donacji.

Na potwierdzenie posiadania parametru, Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających wymóg (Instrukcji do testu).

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy, że Zamawiający oczekuje, że Wykonawca posiada w ofercie, najpóźniej w dniu składania ofert test multiplex, wykrywający materiał genetyczny RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV, RNA HEV, który może być użyty na zaoferowanym analizatorze bez spadku wydajności analizatorów dla pojedynczej donacji.

Na potwierdzenie posiadania parametru, Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających wymóg (Instrukcji do testu).

Pytanie 5.

Dotyczy SWZ, Rozdział XXX, OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, pkt 4, Tabela poz. 5 oraz Załącznik nr 1 pkt 1, Tabela poz. 5 oraz Załącznik nr 2, Tabela 2 poz. 5

Prosimy o potwierdzenie, że oceniana przestrzeń, zajmowana powierzchnia, dotyczy tylko zaoferowanego w ofercie analizatora/ analizatorów, nie uwzględnia sprzętów komputerowych, UPS, drukarki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, że oceniana przestrzeń, zajmowana powierzchnia, dotyczy tylko zaoferowanego w ofercie analizatora/ analizatorów, nie uwzględnia sprzętów komputerowych, UPS, drukarki.

Pytanie 6.

Dotyczy Załącznika nr 2

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga świadectw dopuszczenia do obrotu / deklaracji zgodności CE / świadectw CE jedynie dla tych produktów dla, których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy, że Zamawiający wymaga świadectw dopuszczenia do obrotu / deklaracji zgodności CE / świadectw CE jedynie dla tych produktów dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 7.

Dotyczy Załącznika nr 2, Tabela: Odczynniki, kontrole, materiały zużywalne i eksploatacyjne

Prosimy o zgodę na wpisanie w Tabeli , Kolumnie Nazwa Handlowa wpisanie jedynie nazwy, oferowanego odczynnika, bez wyszczególniania kontroli zewnętrznych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych.

Opakowanie każdorazowo będzie zawierało wszystkie materiały zużywalne, kalibracyjne oraz kontrole niezbędne do wykonywania określonej przez Zamawiającego ilości donacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie w Tabeli , Kolumnie Nazwa Handlowa wpisanie jedynie nazwy, oferowanego odczynnika, bez wyszczególniania kontroli zewnętrznych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych.

Pytanie 8.

Dotyczy Załącznika nr 2, Tabela: Dzierżawa niezbędnego urządzenia do obsługi w/w badań na okres 36 miesięcy

Prosimy o zgodę na wpisanie w Tabeli , Kolumnie Nazwa Handlowa wpisanie jedynie nazwy analizatora, bez wyszczególniania dodatkowego sprzętu, takiego jak drukarka, aparat do przygotowania odczynników, itd...

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie w Tabeli, Kolumnie Nazwa Handlowa wpisanie jedynie nazwy analizatora, bez wyszczególniania dodatkowego sprzętu, takiego jak drukarka, aparat do przygotowania odczynników, itd...

Pytanie 9.

Dotyczy Załącznika nr 2, Odczynniki, kontrole, materiały zużywalne i eksploatacyjne, pkt 14 oraz Załącznik nr 9 Umowa, §2 ust. 2

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na realizację dostaw odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem dostaw przedstawionym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na realizację dostaw odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem dostaw przedstawionym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego (zgodnie z zapisami projektu umowy §2 ust. 2 pkt. 1), z wyjątkiem pierwszej dostawy odczynników, która powinna być dostarczona razem z analizatorem.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza Projekt umowy po zmianach.

Pytanie 10.

Dotyczy Załącznika nr 2, Dzierżawa niezbędnego urządzenia do obsługi w/w badań na okres 36 miesięcy, pkt 8

Prosimy o potwierdzenie, że automatyczna transmisja danych z analizatorów powinna odbywać się bezpośrednio do LIS, bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 11.

Dotyczy Załącznika nr 2, Dzierżawa niezbędnego urządzenia do obsługi w/w badań na okres 36 miesięcy, pkt 21

Prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku systemu obecnie użytkowanego, Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania stacji uzdatniania wody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w przypadku systemu takiego jak obecnie użytkowanego, Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania stacji uzdatniania wody.

Pytanie 12.

Dotyczy Załącznika nr 2, Dzierżawa niezbędnego urządzenia do obsługi w/w badań na okres 36 miesięcy, pkt 18 oraz Umowa §4, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym Wykonawca zapewni możliwość kontaktu telefonicznego z serwisem, a w razie potrzeby również internetowy online przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 – 19:00.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym Wykonawca zapewni możliwość kontaktu telefonicznego z serwisem, a w razie potrzeby również internetowy online przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 – 19:00.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza Projekt umowy po zmianach.

Pytanie 13.

Dotyczy Załącznika nr 9, Przedmiot Umowy §1

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z wymogiem posiadania komercyjnego testu do wykonywania badań w kierunku Wirusa Zachodniego Nilu, kompatybilnym i dedykowanym do oferowanego w ofercie przetargowej urządzenia, należy również dołączyć oświadczenie, że podłączenie jest już skonfigurowane z dostawcą Banku Krwi – Asseco, (lub jest skonfigurowane w innym Krwiodawstwie), a testy mogą być uruchomione z dnia na dzień w zależności od sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzam że w związku z wymogiem posiadania komercyjnego testu do wykonywania badań w kierunku Wirusa Zachodniego Nilu, kompatybilnym i dedykowanym do oferowanego w ofercie przetargowej urządzenia, należy również dołączyć oświadczenie, że podłączenie jest już skonfigurowane z dostawcą Banku Krwi – Asseco, (lub jest skonfigurowane w innym Krwiodawstwie), a testy mogą być uruchomione z dnia na dzień w zależności od sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Pytanie 14.

Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ, §2 Termin i warunki umowy, pkt 2, ppkt 2 oraz §3, pkt 3 oraz Załącznika nr 2 Dzierżawa niezbędnego urządzenia do obsługi w/w badań na okres 36 miesięcy pkt 5

Prosimy o dopuszczenie wydłużenia terminu dostarczenia analizatora do siedziby Zamawiającego do 10 dni roboczych od momentu podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy wydłużenie terminu dostarczenia analizatora do siedziby Zamawiającego do 10 dni roboczych od momentu podpisania umowy.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza Projekt umowy po zmianach.

Pytanie 15.

Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ, Umowa, §4 pkt 7

Prosimy o zmianę zapisu na brzmiący: „ Zgłoszenie o awarii odbywać się będzie drogą telefoniczną (tel.....) lub drogą mailową na email.....”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgoda na zmianę zapisu na brzmiący: „ Zgłoszenie o awarii odbywać się będzie drogą telefoniczną (tel.....) lub drogą mailową na email.....”

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza Projekt umowy po zmianach.

Pytanie 16.

Dotyczy SWZ

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści, aby potwierdzenie parametrów techniczno-użytkowych warunków granicznych i parametrów jakościowych oferowanego przedmiotu zamówienia było potwierdzone zapisami innymi niż w katalogach, folderach, instrukcji producenta tj. oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnianie danego parametru wymaganego, wydruki z analizatora?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 17.

Dotyczy SWZ, Rozdział XXX, OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, pkt 4, Tabela poz. 1 oraz Załącznik nr 1 pkt 1, Tabela poz. 1 oraz Załącznik nr 2, Tabela 2 poz. 1

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga opinii IHiT dotyczącej oferowanego w postępowaniu analizatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga opinii IHiT zgodnie z zapisem zawartym w SWZ.

Pytanie 18.

Dotyczy SWZ, Rozdział XXX, OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, pkt 4, Tabela oraz Załącznik nr 1 pkt 1 Tabela oraz Załącznik nr 2, Tabela 2

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzupełnienia odpowiednimi parametrami tabeli „Parametry oceniane” jedynie w Załączniku nr 2.

Natomiast w Załączniku nr 1 Zamawiający sam przyzna punkty. Jeśli nie, uprzejmie prosimy o rozszerzenie tabeli „Parametry oceniane” w Załączniku nr 1 o kolumnę „Wypełnia Wykonawca”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzupełnienia odpowiednimi parametrami tabeli „Parametry oceniane” jedynie w Załączniku nr 2, w Załączniku nr 1 Zamawiający sam przyznaje punktację.

Pytanie 19.

Dotyczy Załącznik nr 2, Wymagane w ofercie dokumenty dla urządzenia, pkt 2

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski ma na myśli zgłoszenie do URPL.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy że Zamawiający jako świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski ma na myśli zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLW MiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLW MiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 21

Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?


Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczytnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający umożliwi dostęp o sieci lokalnej za pomocą kabla Ethernet.

Pytanie 22

Czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium



URL	IP	Port	Type	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24

Dotyczy Rozdział XIV SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wizji lokalnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym Rozdział XIV otrzymuje następujące brzmienie:

Rozdział XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2

1. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
2. Wizja lokalna ma charakter fakultatywny i odbywa się na wniosek Wykonawcy, w miejscach realizacji umowy, w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 14:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze wskazanym pracownikiem Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie ustalenia terminu i miejsca wizji lokalnej:
Pani Małgorzata Szabelewska e-mail: m.szabelewska@wckik.pl

Pytanie 25

Dotyczy Projekt umowy - załącznik nr 9

par. 2 ust. 2 pkt 2) oraz par. 3 ust. 8 pkt 3) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzeń do 21 dni od daty podpisania umowy, a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury celne z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy w zaproponowany w sposób.

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach wynagrodzenia”? Zgodnie z definicją Art. 7 Pkt 32, Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, umowa o zamówienie publiczne jest umową odpłatną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostarczenia analizatora do siedziby Zamawiającego do 10 dni roboczych od momentu podpisania umowy.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach wynagrodzenia”.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza Projekt umowy po zmianach.

Pytanie 26

Dotyczy Projekt umowy - załącznik nr 9

par. 3 ust. 7 i ust. 8 pkt 4) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 27

Dotyczy Projekt umowy - załącznik nr 9

par. 3 ust. 8 pkt 5) i pkt 6) oraz par. 4 ust. 3 i ust. 12 pkt 1) oraz par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza Projekt umowy po zmianach.

Pytanie 28

Dotyczy Projekt umowy - załącznik nr 9

par. 3 ust. 8 pkt 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wskazanych dokumentów w formie elektronicznej (email, strona internetowa)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 29

Dotyczy Projekt umowy - załącznik nr 9

par. 3 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu płatności do 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 30

Dotyczy Projekt umowy - załącznik nr 9

par. 4 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 31

Dotyczy Projekt umowy - załącznik nr 9

par. 4 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu? Naprawy aparatury w ciągłym użytkowaniu są normalnym zjawiskiem, a w związku z tym, w pierwszej kolejności Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość przywrócenia sprawności sprzętu. Pozostawienie tak restrykcyjnych, niestandardowych zapisów, jak proponowane obecnie przez Zamawiającego będzie wiązało się z ponoszeniem przez Wykonawcę nieproporcjonalnie dużego ryzyka finansowego, które będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty, co wpłynie na koszt zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 32

Dotyczy Projekt umowy - załącznik nr 9

par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia poprzez wskazanie, że w przypadku potrzeby wydłużenia terminu obowiązywania umowy do czasu wyczerpania odczynników, przedłużenie to odbywać się będzie na zasadach określonych w niniejszej umowie, w tym również z zapłatą określonego miesięcznego

czynszu dzierżawnego, za każdy miesiąc przedłużenia umowy? Wskazujemy, iż zgodnie z definicją Art. 7 Pkt 32, Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, umowa o zamówienie publiczne jest umową odpłatną, jak również projektowane postanowienia umowne są wzorem umowy dzierżawy, w wyniku czego nie ma możliwości nieodpłatnego użyczenia przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem, że wartość umowy z tytułu dalszego opłacania czynszu nie wzrośnie więcej niż 10 % wartości całości umowy.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza Projekt umowy po zmianach.

Pytanie 33

Dotyczy Projekt umowy - załącznik nr 9

par. 7 ust. 1 pkt 1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie niniejszego postanowienia z projektowanego wzoru Umowy. Zarówno zapis w ust. 1 pkt 1) oraz w ust. 1 pkt 2) odnoszą się do naliczenia kary umownej powołując się na tę samą przesłankę, tj. odstąpienie od umowy.

W przypadku braku zgody na wykreślenie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację postanowienia, tak aby kara umowna była liczona od „niezrealizowanej wartości umowy brutto”. Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c.

Ponadto, w przypadku braku zgody, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pkt 1 odnosi się do odstąpienia od całości umowy a pkt 2 do części.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, pkt 2 określa już, że odnosimy się do niezrealizowanej części.

Pytanie 34

Dotyczy Projekt umowy - załącznik nr 9

par. 7 ust. 1 pkt 2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 35

Dotyczy Projekt umowy - załącznik nr 9

par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 36

Dotyczy Projekt umowy - załącznik nr 9

par. 13 W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dzierżawę aparatów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie, czy Zamawiający planuje powierzyć Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych?

Jeśli tak, czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia, oraz do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych według załączonego wzoru?

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu roku, w(dalej: „Umowa”) pomiędzy:
..... z siedzibą w wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowypod nr KRS:, o kapitale
zakładowym w wysokości:....., będącą podatnikiem czynnym podatku VAT
zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP....., REGON
nr....., reprezentowaną przez:

-,

zwaną dalej „Przetwarzającym”

a

..... z siedzibą w wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowypod nr KRS:, o kapitale

zakładowym w wysokości:....., będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP....., REGON nr....., reprezentowaną przez:

-,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

łącznie zwanych „Stronami”

Mając na uwadze, że:

- w dniu Strony zawarły umowę (zwaną dalej „Umową główną”), której przedmiotem jest,
- usługi świadczone przez Przetwarzającego w ramach Umowy głównej są związane z wykonywaniem przez Przetwarzającego operacji na danych osobowych w imieniu Zamawiającego,
- Zamawiający jako administrator danych osobowych jest obowiązany zapewnić, iż przetwarzanie przez Przetwarzającego danych osobowych w jego imieniu będzie odbywało się zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

§ 1

Definicje

Użyte w umowie określenia będą miały następujące znaczenie:

- 1) Rozporządzenie (UE) 2016/679 – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 2) Umowa główna – oznacza zawartą przez Strony umowę, do której niniejsza Umowa stanowi załącznik;
- 3) Usługi – oznaczają usługi, o których mowa w Umowie głównej;
- 4) administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
- 5) dane osobowe – oznacza dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

- 6) naruszenie ochrony Danych Osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 7) organ nadzorczy – oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
- 8) przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 9) podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
- 10) państwo trzecie – oznacza państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych, które Przetwarzający przetwarza w imieniu Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy (dalej jako „Dane Osobowe”).
2. Strony są zobowiązane być w stanie wykazać zgodność z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 3

Dane osobowe przetwarzane przez Przetwarzającego w imieniu Zamawiającego

1. Zamawiający jako administrator, działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679, powierza Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby świadczenia Usług, do których realizacji Przetwarzający zobowiązał się w Umowie głównej. Kategorie osób, których dotyczą Dane Osobowe oraz rodzaje powierzanych Przetwarzającemu Danych Osobowych wskazano w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przetwarzający przyjmuje Dane Osobowe do przetwarzania i zobowiązuje się je przetwarzać w imieniu Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. Przetwarzający jest uprawniony do wykonywania na Danych Osobowych wszelkich zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych operacji przetwarzania uzasadnionych i niezbędnych dla realizacji Usług, które obejmują

w szczególności: przechowywanie, pobieranie, kopiowanie, przeglądanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.

4. Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług świadczonych Zamawiającemu na podstawie Umowy głównej.
5. Zamawiający oświadcza, że spełnił wszelkie warunki legalności przetwarzania Danych Osobowych.
6. Zamawiający powierza Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych w jego imieniu przez okres obowiązywania niniejszej umowy.
7. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej umowy Strony poniżej wyznaczają osoby właściwe do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy, po jednej osobie z każdej ze Stron oraz ich zastępców w przypadku nieobecności:
 - a. Osoby kontaktowe po stronie Zamawiającego
 1., e-mail – jako główna osoba kontaktowa
 2., e-mail – jako osoba zastępująca
 - b. Osoby kontaktowe po stronie Przetwarzającego
 1., e-mail – jako główna osoba kontaktowa
 2., e-mail – jako osoba zastępująca

§ 4

Dalsze powierzenie przetwarzania danych

1. Przetwarzający jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego w trakcie realizacji przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy (tzw. podmiotu podprzetwarzającego), pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o każdym planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania Danych Osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących podmiotów podprzetwarzających, w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu podprzetwarzającego przez innego usługodawcę lub o rezygnacji z usług podmiotu podprzetwarzającego, oraz z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych usługodawcy wskazanemu przez Przetwarzającego w terminie 7 dni od otrzymania od Przetwarzającego informacji o planowanym dalszym powierzeniu ich przetwarzania innemu podmiotowi podprzetwarzającemu lub o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu podprzetwarzającego przez innego usługodawcę. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego podmiotowi objętemu sprzeciwem jest niedopuszczalne.
3. Przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, iż podmiot podprzetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu Danych Osobowych daje

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4. Dalsze powierzenie czynności przetwarzania podmiotowi podprzetwarzającemu, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest możliwe jedynie pod warunkiem nałożenia przez Przetwarzającego na ten podmiot podprzetwarzający na mocy umowy tych samych obowiązków ochrony danych jakie spoczywają na Przetwarzającym w ramach niniejszej umowy, w szczególności obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
5. W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania Danych Osobowych podmiotowi podprzetwarzającemu wiąże się z transferem tych danych do państwa trzeciego, taki transfer danych odbywa się zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia (UE) 2016/679. Jeżeli państwo trzecie, w którym zlokalizowany jest podmiot podprzetwarzający nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na swoim terytorium i jednocześnie brak jest innych podstaw umożliwiających transfer Danych Osobowych do tego państwa trzeciego, Przetwarzający podpisze z takim podmiotem podprzetwarzającym umowę opartą o standardowe klauzule umowne (moduł trzeci klauzul: Przekazywanie między podmiotami przetwarzającymi) przyjęte decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Niniejsza umowa sama w sobie nie zapewnia wypełnienia obowiązków związanych z międzynarodowym przekazywaniem danych zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia (UE) 2016/679.
6. Umowa, wskazana w ust. 4 i ust. 5 powyżej zawierana jest w formie przewidzianej w art. 28 ust. 9 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
7. Przetwarzający ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków ochrony danych spoczywających na podmiocie podprzetwarzającym, któremu powierzył przetwarzanie Danych Osobowych. W przypadku niewywiązania się przez taki podmiot podprzetwarzający ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych Osobowych, Zamawiający ma prawo żądać zaprzestania korzystania przez Przetwarzającego z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania Danych Osobowych.
8. Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Przetwarzający jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 3. Zmiana w zakresie podmiotów podprzetwarzających następuje w sposób przewidziany w ust. 1 i 2 powyżej i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

§ 5

Obowiązki Przetwarzającego

1. Przetwarzający jest obowiązany przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym za udokumentowane polecenie Zamawiającego uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji gdy wymóg przetwarzania Danych Osobowych nakłada na Przetwarzającego prawo Unii Europejskiej lub prawo lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający poinformuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
2. Przetwarzający jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych. Przetwarzający podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych. Przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Zapewnienie bezpieczeństwa Danych Osobowych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych Osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Mając na uwadze, że środki techniczne i organizacyjne są uzależnione od postępu technicznego i dalszego rozwoju, bez wpływu na jakiegokolwiek przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679, Przetwarzający może wdrożyć odpowiednie alternatywne środki do tych wskazanych w Załączniku nr 2. Czyniąc to, Przetwarzający zapewnia, że poziom bezpieczeństwa określonych środków nie może zostać zmniejszony. Przetwarzający będzie okresowo monitorował procesy wewnętrzne oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że przetwarzanie Danych Osobowych w jego zakresie odpowiedzialności jest zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa oraz ochrony praw osób, których dane dotyczą.
3. Przetwarzający zapewnia, że w dostęp do Danych Osobowych jest udzielany członkom jego personelu jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Przetwarzający zapewnia, aby osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy Danych Osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.

4. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
5. Na żądanie Zamawiającego, Przetwarzający poinformuje Zamawiającego o lokalizacji przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego oraz inne podmioty przetwarzające, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
6. Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, jest obowiązany w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (UE) 2016/679, w szczególności Przetwarzający jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich otrzymanych pytaniach lub żądaniach osób, których dotyczą Dane Osobowe (podmiotów danych). Przekazanie przez Przetwarzającego wyżej wskazanych informacji następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania pytania lub żądania od podmiotu danych. Przetwarzający nie jest uprawniony do samodzielnego – w szczególności bez konsultacji z Zamawiającym – udzielania odpowiedzi na pytania i podejmowania działań w związku z żądaniami podmiotów danych.
7. Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
8. Przetwarzający jest obowiązany udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania, iż spełnia obowiązki określone w niniejszym paragrafie umowy oraz umożliwia Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy i przyczynia się do nich.
9. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 8 powyżej Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub kraju jego siedziby w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto Dane Osobowe powierzone Przetwarzającemu na podstawie niniejszej umowy.

11. Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłosić je Zamawiającemu wskazując w zgłoszeniu:

- a. charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie;
- b. opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;
- c. opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Przetwarzającego w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym opis działań podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.

Jeżeli przekazanie wszystkich wyżej wymienionych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie Przetwarzającego zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji Przetwarzający przekazuje je bez zbędnej zwłoki.

§ 6

Prawo audytu

1. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych Osobowych w celu zweryfikowania, czy Przetwarzający spełnia obowiązki określone w § 5 niniejszej umowy.
2. Strony ustalają następujące zasady prowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:
 - a. Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10:00 do 16:00, po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego drogą elektroniczną na adres e-mail: [●] o terminie audytu i jego zakresie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem audytu.
 - b. Zamawiający prowadzi audyt osobiście lub za pośrednictwem niezależnych audytorów zewnętrznych, którzy zostali upoważnieni przez Zamawiającego do przeprowadzenia audytu w jego imieniu.
3. Czynności kontrolne prowadzone w toku audytu, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a, mogą polegać w szczególności na sporządzaniu:
 - a. notatek z przeprowadzonych czynności (w szczególności notatek z odebranych wyjaśnień i przeprowadzonych oględzin),
 - b. kopii dokumentów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych,
 - c. wydruków Danych Osobowych z systemów informatycznych,

d. wydruków kopii obrazów wyświetlanych na ekranach urządzeń wchodzących w skład systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania Danych Osobowych,

e. kopii zapisów rejestrów systemów informatycznych,

f. zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń systemów informatycznych, w których odbywa się przetwarzanie Danych Osobowych,

z zastrzeżeniem, że nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Przetwarzającego, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Przetwarzającego środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

4. Audyt obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie Danych Osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Przetwarzającego.
5. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Przetwarzającego.
6. Czynności audytowe nie mogą nadmiernie utrudniać działalności Przetwarzającego, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Przetwarzającego.
7. Zamawiający dostarcza Przetwarzającemu kopię raportu z przeprowadzonego audytu. W przypadku stwierdzenia w toku audytu niezgodności działań Przetwarzającego z niniejszą umową lub przepisami o ochronie danych osobowych, do których stosowania Przetwarzający jest obowiązany, Przetwarzający niezwłocznie zapewni zgodność przetwarzania Danych Osobowych z postanowieniami umowy lub przepisami, których naruszenie stwierdzono w raporcie z audytu.

§ 7

Odpowiedzialność Stron

1. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego niniejszej umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Wypowiedzenie Umowy głównej skutkuje równoczesnym wypowiedzeniem niniejszej umowy.

3. W przypadku gdy wyniki audytu, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy lub kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru u Przetwarzającego lub innego podmiotu przetwarzającego, któremu Przetwarzający powierzył przetwarzanie Danych Osobowych wykażą, iż Przetwarzający w sposób zawiniony naruszył postanowienia niniejszej umowy, lub w przypadku nieuwzględnienia przez Przetwarzającego żądania, o którym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Przetwarzający zależnie od decyzji Zamawiającego usuwa lub zwraca Zamawiającemu powierzone Dane Osobowe, w tym (jeżeli dotyczy) wszelkie nośniki zawierające Dane Osobowe oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy wszelkie kopie dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających Dane Osobowe – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zamawiającego, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju siedziby Przetwarzającego nakazują Przetwarzającemu dalsze przechowywanie Danych Osobowych. W takim przypadku za przetwarzanie ww. danych po rozwiązaniu niniejszej umowy Przetwarzający odpowiada jak administrator.
5. Przetwarzający jest obowiązany niezwłocznie wykonać obowiązek, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania niniejszej umowy, jak również na żądanie Zamawiającego potwierdzić na piśmie jego wykonanie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania. Przetwarzający zapewnia przestrzeganie niniejszej umowy do czasu usunięcia lub zwrotu Danych Osobowych do Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia (UE) 2016/679.
8. Postanowień niniejszej umowy nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.
9. Jeśli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej umowy stanie się lub zostanie uznane za nieważne, nielegalne lub niemożliwe do wykonania przez jakikolwiek właściwy sąd, pozostałe części umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne.
10. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
12. Integralną część umowy stanowią załączniki:
 - a. Załącznik nr 1: Kategorie osób, których dotyczą Dane Osobowe oraz rodzaje powierzanych Przetwarzającemu Danych Osobowych,

- b. Załącznik nr 2: Środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa danych.
- c. Załącznik nr 3: Lista zaakceptowanych podmiotów podprzetwarzających

W przypadku braku zgody, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednie wydłużenie terminu zadawania pytań do udostępnionego wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 37

Dotyczy Projekt umowy - załącznik nr 9

par. 13 ust. 10 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie niniejszego postanowienia z projektowanego wzoru Umowy.

Wyjaśniamy, że z uwagi na globalny charakter organizacji Wykonawcy, udostępnienie danych osobowych niektórym odbiorcom z tej organizacji może skutkować ich transferem do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto, w związku z korzystaniem z systemów informatycznych w ramach organizacji Wykonawcy przekazujemy dane osobowe do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca współpracuje wyłącznie z podmiotami w państwach trzecich, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Wykonawca zapewnia, iż w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego będzie się to odbywać w sposób zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, wymagany w Unii Europejskiej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Uwaga:

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert **NIE ULEGA** zmianie.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 07.05.2025 r. do godziny 09:00.**

Z poważaniem

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

/--/

Załączniki:

- 1.** Arkusz asortymentowo-cenowy po zmianach.
- 2.** Projekt umowy po zmianach.