



UWM.DZP.243.746.2024
(Zam. 130/2025/TP-I/DZP)

Olsztyn, 18 kwietnia 2025 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr 130/2025/TP-I/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt.: „Dostawa aparatury laboratoryjnej i sprzętu medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 5

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia odpowiedź na otrzymane pytanie:

Pytanie nr 1

Część nr 7

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń. Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

- a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

Odp: Piętro 3

- b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

Odp: Jest winda, która używana była niejednokrotnie do transportu podobnych urządzeń

- c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

Odp: Nie

- d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

Odp: Standardowe

- e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Odp: Nie

Pytanie nr 2

Część nr 7

Prosimy o zgodę na następujące parametry

- a. Wymiary zew. (SxGxW) 700*640*1792mm

Odp: Zamawiający wyraża zgodę

- b. Pojemność użytkowa 270 L i 7 szuflad- bez 1 półki

Odp: Zamawiający wyraża zgodę

c. Rozmrażanie statyczne

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

d. Sterownik elektroniczny z alarmami wizualnymi i dźwiękowymi

Odp: Zamawiający wyraża zgodę

ALARMY	
Temperatury	Wysoka / niska temperatura, wysoka temperatura otoczenia
Zasilania elektrycznego	Awaria zasilania, Niski poziom baterii podtrzymującej pracę sterownika
Systemowe	Awarii czujnika, otwartych drzwi, awarii wbudowanego rejestratora danych USB, błąd transmisji danych

Kanclerz
mgr inż. Bogusław Stec
/podpisano elektronicznie/

Sporządziła: Wiesława Szepiōła