

Poznań 20 stycznia 2025

Wyjaśnienia treści swko:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odpowiedź na pytania, dotyczy: Projekt umowy na wykonanie specjalistycznych badań laboratoryjnych.

Dotyczy § 1 ust.7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na ogólne wskazanie w Umowie lokalizacji wykonywania badań poprzez określenie, iż będą one wykonywane w Laboratoriach prowadzonych przez Przyjmującego Zamówienie.

ODP: TAK

Dotyczy § 2 ust.4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zlecenie wybranych badań u lokalnego podwykonawcy z zachowaniem wymaganych standardów i stabilności materiału.

ODP: TAK

Dotyczy § 3 ust.5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zlecenie wybranych badań u lokalnego podwykonawcy z zachowaniem wymaganych standardów i stabilności materiału.

ODP: TAK

Dotyczy § 4 ust.6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że koszty związane z zakupem systemu firmy SARSTEDT są po stronie Zamawiającego.

ODP:

Zapis § 4 ust.6 projektu umowy określa: „Zamawiający pracuje na systemie firmy SARSTEDT i wymaga, aby Wykonawca odbierał materiał do badań w tym systemie w lokalizacji Szylinga 1.”

W związku z powyższym Zamawiający oczekuje, że odebrane materiały do badań z lokalizacji Szylinga 1. będą odebrane i poddane analizie w tym systemie. Zamawiający nie przewiduje zakupu tego systemu dla potencjalnego wykonawcy.

Dotyczy § 4 ust.7 pkt.a

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu na: „dostarcza wyniki badań w ustalonej formie (elektronicznej) na swój koszt do 36 godzin od momentu pobrania materiału, a jeżeli

opracowanie próbówki ze względów technologicznych wymaga dłuższego czasu niż 36 godzin do zakończenia procedury, bez zbędnej zwłoki”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

- a) Ul. Głuszyna 243: pobieranie 1 raz w tygodniu – środa w godzinach 8:00 do 10:00 ze skierowaniem od lekarzy Zamawiającego. Przyjmujący zamówienie pobiera materiał do badań przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach, dostarcza wszystkie materiały do pobrania, dostarcza wyniki badań w ustalonej formie (elektronicznej) na swój koszt do 36 godzin od momentu pobrania materiału, a jeżeli opracowanie próbówki ze względów technologicznych wymaga dłuższego czasu niż 36 godzin do zakończenia procedury, bez zbędnej zwłoki. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia Kodu ICD – 9 na wynikach badań. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oprócz badań zleconych przez lekarzy Zamawiającego i finansowanych przez Zamawiającego wykonywał komercyjne badania na rzecz pacjentów Zamawiającego zlecanych i opłacanych przez tych Pacjentów. W tym celu Zamawiający wymaga aby personel Wykonawcy pobierał próbki do badań w standardzie określonych niniejszą umową, pobierał opłaty od pacjentów przed pobraniem próbki oraz przekazywał wyniki badań bezpośrednio tym pacjentom w formie elektronicznej lub papierowej za pośrednictwem personelu Zamawiającego. Forma dostarczenia wyników badań ustalana indywidualnie pomiędzy personelem Wykonawcy i pacjentem.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego na o doprecyzowanie czy badania komercyjne na rzecz pacjentów wykonywane będą na podstawie obowiązującego cennika Przyjmującego Zamówienie i uściślenie na rzecz którego Podmiotu wykonywane będą komercyjne badania oraz czy warunki lokalowe spełniają wymagania bhp dla punktów pobrań.

Odpowiedź:

Badania komercyjne (zlecone indywidualnie przez pacjentów) na rzecz pacjentów w lokalizacji Głuszyna 243, wykonywane będą na podstawie obowiązującego cennika Przyjmującego Zamówienie a przekazywanie wyników badań bezpośrednio tym pacjentom w formie elektronicznej lub papierowej. Przyjmujący zamówienie będzie też pobierał opłaty z tego tytułu od pacjentów. Badania te nie wchodzą w zakres umowy.

Jeżeli forma papierowa wyników to wyniki przekazywane mogą być za pośrednictwem personelu Zamawiającego z placówki w której zostały pobrane próbki do badań (tj. jeżeli pobranie z placówki np. Głuszyna to wyniki badań trafiają na Głuszyne). Forma dostarczenia wyników badań ustalana indywidualnie pomiędzy personelem Wykonawcy i pacjentem.

Warunki lokalowe spełniają warunki BHP dla punktów pobrań.

Dotyczy § 4 ust.7 pkt.b

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu na: „Przyjmujący zamówienie udostępnia wyniki w formie papierowej oraz elektronicznej możliwością wydruku na swój koszt do 24 godzin od momentu pobrania materiału, a jeżeli opracowanie materiału ze względów technologicznych wymaga dłuższego czasu niż 24 godzin do zakończenia procedury, bez zbędnej zwłoki”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

- b) Ul. Szylinga 1 - Przyjmujący zamówienie odbiera materiały do badań przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach na swój koszt codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 do 12:30. Przyjmujący zamówienie udostępnia wyniki w formie papierowej oraz elektronicznej z możliwością wydruku na swój koszt do 24 godzin od momentu pobrania materiału, a jeżeli opracowanie materiału ze względów technologicznych wymaga dłuższego czasu niż 24 godzin, do zakończenia procedury, bez zbędnej zwłoki. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia Kodu ICD – 9 na wynikach badań.

c) Dotyczy § 4 ust.7 pkt.c

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu na: „dostarcza wyniki badań w ustalonej formie (elektronicznej) na swój koszt do 36 godzin od momentu pobrania materiału, a jeżeli opracowanie próbki ze względów technologicznych wymaga dłuższego czasu niż 36 godzin do zakończenia procedury, bez zbędnej zwłoki”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

d) Solna 21 pobieranie 2 razy w tygodniu – wtorek, czwartek w godzinach 8:00 do 10:00 ze skierowaniem od lekarzy Zamawiającego. Przyjmujący zamówienie pobiera materiał do badań przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach, dostarcza wszystkie materiały do pobrania, dostarcza wyniki badań w formie elektronicznej na swój koszt do 36 godzin od momentu pobrania materiału, a jeżeli opracowanie próbki ze względów technologicznych wymaga dłuższego czasu niż 36 godzin do zakończenia procedury, bez zbędnej zwłoki. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia Kodu ICD – 9 na wynikach badań. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oprócz badań zleconych przez lekarzy Zamawiającego i finansowanych przez Zamawiającego wykonywał komercyjne badania na rzecz pacjentów Zamawiającego zlecanych i opłacanych przez tych Pacjentów. W tym celu Zamawiający wymaga aby personel Wykonawcy pobierał próbki do badań w standardzie określonych niniejszą umową, oraz przekazywał wyniki badań bezpośrednio tym pacjentom w formie elektronicznej lub papierowej za pośrednictwem personelu Zamawiającego. Forma dostarczenia wyników badań ustalana indywidualnie pomiędzy personelem Wykonawcy i pacjentem.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego na o doprecyzowanie czy badania komercyjne na rzecz pacjentów wykonywane będą na podstawie obowiązującego cennika Przyjmującego Zamówienie i uściślenie na rzecz którego Podmiotu wykonywane będą komercyjne badania oraz czy warunki lokalowe spełniają wymagania bhp dla punktów pobrań.

Odpowiedź:

Badania komercyjne na rzecz pacjentów wykonywane będą na podstawie obowiązującego cennika Udzielającego Zamówienie (Udzielający Zamówienie pobiera też opłaty z tego tytułu), a przekazywanie wyników badań bezpośrednio tym pacjentom w formie elektronicznej lub papierowej. Jeżeli forma papierowa to wyniki przekazywane mogą być za pośrednictwem personelu Zamawiającego z placówki w której zostały pobrane próbki do badań (tj. jeżeli pobranie z placówki np. Solna to wyniki badań trafiają na Solna). Forma dostarczenia wyników badań ustalana indywidualnie pomiędzy personelem Wykonawcy i pacjentem.

Warunki lokalowe spełniają warunki BHP dla punktów pobrań.

Dotyczy§ 4 ust. 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dookreślenie „Badania na cito”, w jaki sposób Zamawiający będzie przekazywał informacje o skierowaniu pilnym. Jak wygląda procedura przekazania materiału do badań w takim przypadku.

ODP. Telefonicznie; jeśli materiał będzie pobrany poza ustalonym harmonogramem odbioru, WSPL dostarczy na własny koszt

Dotyczy § 5 ust.3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę określenia w umowie, poprzez wskazanie, iż zapłata wynagrodzenia następuje w terminie od dnia wystawienia faktury przez Przyjmującego Zamówienie.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy § 5 ust.4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu poprzez wprowadzenie do Umowy kompletnego mechanizmu waloryzacji. Czy Udzielający wyraża zgodę na wprowadzenie mechanizmu rewaloryzacji cennika przez zmianę § 5 ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo aktualizacji cennika w przypadku:

a zmiany stawki podatku od towarów i usług dotyczących poszczególnych badań wynikającej ze zmiany przepisów prawa powszechnego bądź wydania przez organ władzy publicznej wiążącej interpretacji przepisów (na dzień zawarcia umowy badania są zwolnione z VAT). W takim przypadku cena badania jest podwyższana o stawkę podatku nałożoną na badanie na podstawie przepisów prawa publicznego i wchodzi w życie z dniem wejścia w życie przepisów prawa publicznego mających wpływ na wysokość stawki podatku bądź wydania interpretacji przepisów (od dnia jej stosowania),

ODPOWIEDŹ: TAK

b zmiany cen towarów i usług. W takim przypadku cena badania jest waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok.

ODPOWIEDŹ: NIE

c Waloryzacja dokonana na podstawie ust. 4 lit. b) następuje:

ze skutkiem od 1 stycznia danego roku pod warunkiem poinformowania Udzielającego nie później niż w kolejnym miesiącu po ogłoszeniu wskaźnika przez Prezesa GUS. W

a roku,

b ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie zostało przekazane Udzielającemu później niż w terminie wskazanym w lit. a).

NIE DOTYCZY bo odpowiedź jest Negatywna

c Zmiana cennika (załącznik nr 1) dokonana zgodnie z ust. 4 i nast. nie stanowi zmiany Umowy – Przyjmujący dokonuje aktualizacji jednostronnie i informuje Udzielającego o nowych cenach.”.

ODPOWIEDŹ: TAK, tylko do zmiany stawki VAT.

Dotyczy § 6 ust.5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu gdyż zaproponowany mechanizm kar umowny jest sprzeczny z rekomendacjami Prokuraturii Generalnej – kompleksowe wskazówki dot. zastrzegania kar umownych.

Prosimy o zmianę mechanizmu przez określenie:

- górnego limitu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu badania, przy czym zgodnie z wytycznymi Prokuraturii mechanizm w przypadku wykonania umowy z opóźnieniem nie może pozbawiać Przyjmującego zamówienie części wynagrodzenia (co najmniej 50%),
- zmianę poziomu kary umownej za dzień opóźnienia (obniżenie go),
- naliczanie kar jako % od badania, nie wynagrodzenia,
- ustalenie, po ilu dniach opóźnienia Strony uznają badanie za niewykonane i wynagrodzenie za wykonanie takiego badania jest nienależne (bez obliczania kary umownej).

ODPOWIEDŹ: NIE

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odpowiedź na pytania, dotyczy: załącznik nr 2 wykaz badań

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na oznaczanie osadu zgodnie z procedurami Synevo, tj. w sytuacji wymagającej zastosowania parametru.

ODP: TAK

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na oznaczanie Kaloprotektyny jakościowo.

ODP: TAK

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wykonanie badania u lokalnego podwykonawcy z zachowaniem wymaganych standardów i stabilności materiału.

ODP: TAK

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 35

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o akceptację na oznaczenie eGFR zgodnie z obowiązującymi normami, tj. od 18 roku życia.

ODP: TAK

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 96

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie sposobu oznaczenia parametru: aktywność czy mass.

ODP: MASS

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 125

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie sposobu oznaczenia testu potwierdzenia: ilościowo czy jakościowo.

ODP: ILOŚCIOWO HCV RNA

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 129

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na oznaczanie p-ciała p/Helicobacter pylori w klasie IgA.

ODP: TAK

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 154

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na oznaczanie p-ciała p/c Ascaris lumbricoides w klasie IgG.

ODP: TAK

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 160

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie sposobu oznaczenia testu potwierdzenia: ilościowo czy jakościowo.

ODP: ILOŚCIOWO

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 164

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie rekomendowanej metody oznaczenia : immunofluorescencja pośrednia (IIF) czy półilościowo (miano).

ODP: immunofluorescencja pośrednia (IIF)

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 187

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na oznaczanie jakościowe wymienionych badań.

ODP: NIE

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 188

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wykonanie badania u lokalnego podwykonawcy z zachowaniem wymaganych standardów i stabilności materiału.

ODP: TAK

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 201 wracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wykonanie badania u lokalnego podwykonawcy z zachowaniem wymaganych standardów i stabilności materiału.

ODP: TAK

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 214

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie sposobu o oznaczenia: posiew tlenowy czy beztlenowy.

ODP: TLENOWY

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 216

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wykonanie badania u lokalnego podwykonawcy z zachowaniem wymaganych standardów i stabilności materiału.

ODP: TAK

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 217

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wykonanie badania u lokalnego podwykonawcy z zachowaniem wymaganych standardów i stabilności materiału.

ODP: TAK

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 218

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wykonanie badania u lokalnego podwykonawcy z zachowaniem wymaganych standardów i stabilności materiału.

ODP: TAK

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 219

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wykonanie badania u lokalnego podwykonawcy z zachowaniem wymaganych standardów i stabilności materiału.

ODP: TAK

Dotyczy załącznik nr 2 wykaz badań pozycja 228

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie genotypu HPV HPV-2, HPV-4, HPV-14, HPV-16, HPV-1618, HPV-28

ODP: HPV-14, HPV- 16,

1. badanie P-ciała p/c Ascaris lumbricoides IgM , moja firma wykonuje
> tylko w kl. IgG, czy może pozostać kl. IgG?

• ODP: TAK

1. > 2. Mikroalbuminuria w moczu, wykonujemy tylko Albuminę w moczu, czy
> może pozostać tylko to badanie w ofercie?
- 2.

• ODP: TAK

Witam ponownie,

- > mam jeszcze zapytanie o porozumienie Rodo;
- > w związku z przesłanym projektem umowy na udzielania świadczeń
- > zdrowotnych chcielibyśmy zapytać, czy dopuścicie Państwo
- > zastąpienie dołączonej w załączniku nr 4 Umowy Powierzenia Danych
- > Osobowych odpowiednim Porozumieniem o wymianie danych osobowych
- > pomiędzy Podmiotami Wykonującymi Działalność Leczniczą, którego
- > wzór przesyłamy w załączeniu. W przesłanym projekcie umowy w
- > sposób właściwy wskazaliście Państwo w §7 ust. 2 i 3, że
- > zarówno Państwo jako Zamawiający jak i my jako Wykonawca jesteśmy
- > odrębnymi administratorami danych osobowych pacjentów w związku z
- > udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku nie zachodzi
- > powierzenie przetwarzania danych osobowych jakim mowa w art. 28 RODO,
- > a wymiana danych pomiędzy odrębnymi administratorami podlegającymi
- > bezpośrednio przepisom prawa w zakresie przetwarzania danych
- > osobowych oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania
- > dokumentacji medycznej pacjentów. Udostępniony Państwu wzór
- > Porozumienia o wymianie danych osobowych pomiędzy Podmiotami
- > Wykonującymi Działalność Leczniczą zawiera regulacje w zakresie
- > zgodnej z prawem wymiany danych osobowych i rozdzielenia ról
- > administratorów w tym procesie a także reguluje szczególne warunki
- > dotyczące komunikacji i wymiany danych między administratorami. Z
- > racji tego, że jest to wzór porozumienia zapisy w §2 każdorazowo
- > są dobierane w zależności od rodzaju i sposobów współpracy
- > między zleceniodawcą a wykonawcą, w związku z tym, jeśli
- > wyrazicie Państwo zgodę na zastąpienie umowy powierzenia
- > przetwarzania danych tym porozumieniem, szczegółowe warunki
- > określone w §2 porozumienia możemy uzgodnić aby jak najbardziej

- > odpowiadały naszym relacjom i sposobom współpracy. W naszej ocenie,
- > zmiana nie będzie miała wpływu na sposób realizacji umowy oraz
- > odpowiedzialność względem ochrony danych osobowych, którą każda
- > ze stron jako odrębny administrator danych ponosi niezależnie.
- > Czekamy na Państwa decyzję w tej sprawie licząc na właściwe
- > uregulowanie zasad wymiany danych zgodnie z zapisami w §7 ust. 2 i 3

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania porozumienie o wymianie danych, zamiast umowy o powierzeniu przetwarzania danych natomiast jej treść opracuje w uzgodnieniu z wykonawcą który przystąpi do podpisania umowy.

W paragrafie 7 pkt 9 umowy Zamawiający dopisuje:

W zależności od stosunków łączących wykonawcę z zamawiających na okoliczność realizacji zapisów RODO zostanie podpisana umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych albo stosowne porozumienie o wymianie danych.