

STÓŁ DO TRANSPORTU PACJENTA LEŻĄCEGO

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	Stół do transportu pacjenta w pozycji leżącej o wymiarach: -wysokość: 570 – 970 mm +/- 10 mm -szerokość: 870 +/- 30 mm -długość: 2100 +/- 50 mm
6.	Stół posiadający odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające montaż uchwytu do płynów infuzyjnych
7.	Leże stołu dwusekcyjne z możliwością regulacji kąta pochylenia oparcia
8.	Hydrauliczna regulacja wysokości z dźwignią po obu stronach leża
9.	Stół wyposażony w 4 koła skrętne o średnicy 180 mm +/- 30 mm oraz ich blokadę
10.	Regulacja oparcia pleców w zakresie min. od - 40° do 80°
11.	Po obu stronach składane barierki boczne zapobiegające upadkowi pacjenta
12.	Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg
13.	Materac wykonany z materiału ułatwiającego czyszczenie i dezynfekcję, odporny na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne
14.	Pozostałe elementy stołu pokryte warstwą ułatwiającą czyszczenie i dezynfekcję, odporną na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne
15.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta
16.	Materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów
17.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych
18.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego