

LAMPA ZABIEGOWA JEDNOCZASZOWA

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	Jednoczaszowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasza oświetleniowa wielosegmentowa ze źródłem światła w postaci diod LED.
6.	Ramię wychodzące z zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne.
7.	Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne
8.	Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy 100W. Minimum 40 diód w kopule, diody białe
9.	Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowalnego, uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy
10.	Średnica zewnętrzna kopuły nie większa niż 65 cm
11.	Obudowa kopuły wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło
12.	Diody osłonięte osłonami - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji
13.	Natężenie kopuły głównej min. 120 klux
14.	Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 18 do 28 cm
15.	Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm
16.	Możliwość obrotu ramieniu stałego o min. 280° wokół mocowania głównego
17.	Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 280° wokół przegubu łączącego ramiona
18.	Regulacja natężenia światła w zakresie min. 20 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu
19.	Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły
20.	Żywotność układu świetlnego min. 40000h
21.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta
22.	Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów
23.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych
24.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego