

## Urządzenie do masażu pneumatycznego

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	<b>PRODUCENT</b>
2.	<b>NAZWA / TYP (model)</b>
3.	<b>KRAJ POCHODZENIA</b>
4.	<b>Urządzenie fabrycznie nowe</b>
5.	Aparat z wyświetlaczem -do wykonania masażu limfatycznego ,z zasilaczem dedykowanym do tego urządzenia
6.	Aparat umożliwia ustawienie podstawowych parametrów zabiegu drenażu tj. (ciśnienie, czas zabiegu) z możliwością wyłączenia niektórych komór z pracy
7.	Aparat obsługuje kilka( min. 6) programów do masażu- presoterapii
8.	Ciśnienie wytwarzane przez urządzenie to : min20-220 mm Hg,
9.	Do aparatu dołączone są 2 - 8-komorowe mankiety na nogę prawą i na nogę lewą oraz przedłużacz długości ok 140 cm który daje możliwość jednoczesnej pracy obu mankietów.
10.	Mankiet ma następujące wymiary – udo min 70 cm, kolano min. 50 cm, kostka min. 42 cm, długość od pięty do uda min 85 cm
11.	Do urządzenia dołączony jest przycisk umożliwiający pacjentowi przerwanie zabiegu
12.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta
13.	Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów
14.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych
15.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego