

EKG Z WÓZKIEM JEZDNYM

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	Aparat EKG z wózkiem jezdny wyposażonym w minimum 4 koła skrętne, uchwyt na przewody pacjenta oraz zintegrowanym koszem/pojemnikiem na materiały eksploatacyjne
6.	Rejestracja 12 odprowadzeń EKG
7.	Prezentacja na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym przebiegów EKG
8.	Dotykowy ekran 7 cali
9.	Tryb wydruku
10.	Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie
11.	Badanie w trybie automatycznym
12.	Wbudowana drukarka
13.	Szerokość zastosowanego papieru w przedziale 110-112 mm
14.	Budowa aparatu umożliwiająca dezynfekcję
15.	Obsługa aparatu z poziomu ekranu dotykowego, funkcje oraz komunikaty wyświetlane w języku polskim
16.	Automatyczna analiza i interpretacja
17.	Możliwość ustawienia parametrów prędkości, czułości oraz intensywności
18.	Możliwość archiwizacji przeprowadzonych badań
19.	Wykrywanie odpięcia elektrody
20.	Wykrywanie oraz pomiar częstości akcji serca
21.	Detekcja zespołu QRS
22.	Filtr zakłóceń sieciowych
23.	Filtr zakłóceń mięśniowych
24.	Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów
25.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
26.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych
27.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta