

Aparat do fizykoterapii skojarzonej z ultradźwiękami

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	Aparat pozwala na wykonywanie zabiegów z zakresu elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej. Wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz dotykowy.
6.	Do aparatu dołączone są dedykowane do fizykoterapii ; -elektrody wielokrotnego użytku do elektroterapii min 6szt z pokrowcami, -pasy rzepowe do mocowania elektrod - przewody pacjenta min. 2 , -przewód sieciowy, -4 woreczki z piaskiem (do dociskania elektrod) -główce bezobsługową do sonoterapii
7.	Trzy niezależne kanały zabiegowe, umożliwiając jednocześnie przeprowadzanie różnych zabiegów leczniczych, oraz połączenia elektroterapii z ultradźwiękami w jednym zabiegu
8.	W zakresie elektroterapii aparat posiada prądy tj.: prądy TENS, prądy Kotza, tonolize, mikroprądów, prądy do porażień spastycznych, prądy impulsowe, prądy diadynamicznych, galwaniczne, prądy interferencyjne , prądy uni i bipolarne niskiej i średniej częstotliwości, impulsy IG, prądy EMS, fale H, i stymulacje Hufschmidta.
9.	Aparat posiada bazę min. 300 wbudowanych programów zabiegowych oraz min. 40 wbudowanych sekwencji zabiegowych elektroterapii tj. kilku rodzajów prądów połączonych w jeden ciąg zabiegowy. Jest też możliwość ustawienia własnych parametrów manualnie
10.	Aparat daje możliwość wykonania przez obsługującego samodzielnie test elektrod wykorzystywanych w elektroterapii.
11.	Urządzenie generuje fale ultradźwiękowe o częstotliwości od 1 MHz do 3 MHz , wykonuje pracę w trybie emisji ciągłej lub impulsowej
12.	Urządzenie wyposażone jest w główce bezobsługową -powierzchnia czoła głowicy min. 17cm ²
13.	Aparat wyposażony jest w akumulator.
14.	Do aparatu dołączona jest stolik jezdny z półkami dedykowany do tego aparatu
15.	Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów
16.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta
17.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego