

Stół zabiegowy

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	Stół zabiegowy dwusekcyjny z elektryczną regulacją wysokości
6.	<p>Funkcje stołu realizowane przy pomocy napędu elektrohydraulicznego lub elektrycznego</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku - blokowanie stołu do podłoża <p>Funkcje uzyskiwane przy pomocy pilota przewodowego lub bezprzewodowego</p>
7.	Sygnalizacja podłączenia stołu do sieci 230V umieszczona na panelu i pilocie
8.	Całkowita długość blatu stołu min. 2000 mm
9.	Całkowita szerokość blatu min. 550 mm
10.	Regulacja wysokości blatu w zakresie co najmniej od 690 do 900 mm (zakres wysokości liczony bez materacy)
11.	Wieszak na rolkę z podkładem papierowym
12.	Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg
13.	Stół mobilny - przejezdny posiadający min. 4 koła o średnicy min. 80 mm. Koła zabudowane w podstawie – nie wystające ponad i poza podstawę
14.	System blokowania kół jezdnych po obu stronach leża
15.	Podstawa nie posiadająca żadnych elementów tworzywowych, gumowych lub silikonowych
16.	Podstawa i kolumna bez harmonijkowych osłon
17.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta
18.	Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów
19.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych

20	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
----	--