

ŁÓŻKO PIONIZATOR

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	Stół do pionizacji z elektryczną regulacją wysokości oraz kąta nachylenia leżyska za pomocą pilota ręcznego.
6.	Leże składa się z min 4 dzielonych części, po bokach są dwie stalowe szyny – relingi do zamocowania pasów stabilizacyjnych.
7.	Leże stołu tapicerowane (materiałami skóropodobnymi umożliwiającymi czyszczenie), o wymiarach
8.	Wymiary leża: -długość min. 190 cm , - szerokość min. 65 cm. -wysokość min. 50 cm z możliwością uniesienia go do min. 90 cm
9.	Leże stołu posiada zagłówek z możliwością zgięcia do min. 80 stopni przy użyciu sprężyny gazowej
10.	Stół posiada 2 niezależnie podnóżki pod stopy długości min 30 cm , z regulacją zgięcia do min. 20 stopni .
11.	Stół wyposażony w min 2 siłowniki elektryczne do regulacji wysokości leżyska i kąta nachylenia w zakresie 0-90 stopni
12.	Rama stołu stalowa malowana proszkowo odporna na uszkodzenia mechaniczne . Leże mocowane do ramy śrubami wkręcanymi w metalowe wzmocnienia w desce tapicerskiej.
13.	Stół wyposażony w trzy szerokie pasy stabilizujące klatkę piersiową, biodra oraz nogi pacjenta.
14.	Możliwość obciążenia stołu do 200 kg, podczas pionizacji do 150 kg
15.	Stół wyposażony w 2 podpory rąk montowana do relingów z regulacją wysokości oraz kąta obrotu oraz stolik
16.	Stół wyposażony w system jezdny składający się z 4 kół kierunkowych z indywidualnym blokowaniem.
17.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta
18.	Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów
19.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych
20.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego