

Laser mobilny ze skanerem

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	<p>Laser składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterownika laserowego z wyświetlaczem, - statywu -ramie (które porusza się w płaszczyźnie pionowej i poziomej), z zamocowaną głowicą skanującą emitującą światło IR podczerwone i R czerwone(z możliwością regulacji jej w trzech płaszczyznach) - półki mobilnej (z kółkami jezdnyymi z blokadą) specjalnie wyprofilowanej pod sterownik laserowy.
6.	Sonda skanująca R/IR (głowica skanująca) o mocy min. 80mW / 400mW , która ma tryb pracy ciągły i impulsowy
7.	Praca z różnymi sondami zabiegowymi (punktowe , skanujące), tryb pracy R, IR oraz R/IR ; wyposażony jest w sondy punktowe o mocy R min 40 mW i IR min 400mW
8.	Oprogramowanie i nazwy programów w języku polskim
9.	Możliwość ustawiania parametrów zabiegowych zabiegu; czas, dawka, częstotliwość, moc sondy , kształt i wielkość pola zabiegowego
10.	Zaprogramowane procedury terapeutyczne, procedury użytkownika, wybieranie jednostek chorobowych
11.	Dedykowane okulary ochronne - 2 szt.
12.	Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów
13.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta
14.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego