

**Szafka przyłóżkowa**

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	<b>PRODUCENT</b>
2.	<b>NAZWA / TYP (model)</b>
3.	<b>KRAJ POCHODZENIA</b>
4.	<b>Urządzenie fabrycznie nowe</b>
5.	Szafka przyłóżkowa dwustronna o konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych i blachy ocynkowanej zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką epoksydową oraz płyt HPL, odpornych na wysoką temperaturę, środki dezynfekcyjne oraz wilgoć
6.	Szafka wykończona estetycznymi płytami HPL najwyższej jakości z możliwością wyboru kolorów przez Zamawiającego.  Płyty HPL dla frontów szuflad i drzwi o grubości min. 10 mm, płyty dla blatów oraz podstawy o grubości min. 8 mm
7.	Zamawiający określi kolor frontów szuflad oraz drzwi przy szafkach na podstawie wzornika otrzymanego od wykonawcy w wersji elektronicznej
8.	Elementy konstrukcyjne szafki wykończone farbą epoksydową, pozostałe komponenty ruchome narażone na częste działanie (np. prowadnice, elementy regulacji blatu bocznego) - chromowane
9.	Wszystkie elementy szafki zaokrąglone, ergonomiczne, posiadające jak najmniej kątów prostych
10.	Dodatkowy blat boczny zintegrowany z korpusem szafki, posiadający możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa i mechanizm regulacji w całości zabudowane, w celu uniknięcia kontaktu pacjenta z elementami mechanicznymi szafki
11.	Regulacja wysokości dodatkowego blatu, w zakresie: 950 - 1160 mm (+/- 5 mm)
12.	Dodatkowy blat o wymiarach 620 x 395 mm (+/- 5 mm) z możliwością wysunięcia w poziomie o 135 mm (+/- 5 mm) w celu łatwego pozycjonowania nad łóżkiem, lub wózkiem
13.	Dodatkowy blat boczny posiadający możliwość pochylecia w zakresie min. 0° - 60° z co najmniej 5 pozycjami zablokowania i możliwością ustawienia pod różnym kątem z powyższego zakresu
14.	Możliwość obrotu blatu bocznego w poziomie o 360° oraz zastosowania go jako dodatkowej półki nad blatem głównym
15.	Czoła drzwi i szuflady posiadające wyprofilowane jako jednolity element uchwyty do otwierania (nie dopuszcza się uchwytów dokręcanych, wystających poza szufladę i drzwi)
16.	Szuflada szafki dwustronna o wysokości min. 13 cm, osadzona na prowadnicach kulkowych gwarantujących płynne i ciche otwieranie. Prowadnice z pozycjonerem / stoperem szuflady, gwarantującym zatrzymywanie jej w odpowiednim miejscu podczas zamykania
17.	Wewnątrz szafki przestrzeń na rzeczy pacjenta podzielona na 2 strefy. Podział wnętrza za pomocą półki wykonanej z blachy ocynkowanej, zamocowanej na stałe, wykończonej farbą epoksydową.  Górna przestrzeń na rzeczy pacjenta: 15 cm (+/- 2 cm). Dolna przestrzeń na rzeczy pacjenta: 30 cm (+/- 2 cm)
18.	Na zewnątrz szafki w dolnej części 2 niezależne miejsca na butelki z napojami oraz miejsce na podręczne rzeczy pacjenta (np. kaptcie / gazety)
19.	Podstawa szafki wyposażona w krążki odbojowe zabezpieczające szafkę i ściany przed uszkodzeniami oraz koła jezdne o średnicy min. 75 mm z podwójnym bieżnikiem, wszystkie koła z blokadą
20.	Wymiary szafki: a) szerokość całkowita: 650 mm (+/- 5 mm) b) głębokość całkowita: 400 mm (+/- 5 mm) c) wysokość do blatu głównego: 735 mm (+/- 5 mm)