



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448 BDO: 000150922
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 21/ZP/2025
DZP/224/2025

Zgorzelec, dnia 06.05.2025r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu na: Sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej i gospodarczej, ręczników papierowych, środków do mycia i dezynfekcji oraz innych preparatów i materiałów do sterylizacji.

W związku z zapytaniem od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t.j.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szybkich wskaźników biologicznych do sterylizacji parą wodną, które umożliwiają automatyczny odczyt wyniku po 20 minutach inkubacji za pomocą dedykowanego inkubatora z wewnętrznym system kruszenia w inkubatorze i wskaźnik chemiczny typu 1 na etykiecie. Inkubator posiada kolorowy wyświetlacz LCD, posiadający wewnętrzny system kruszenia w inkubatorze, wbudowany skaner kodów kreskowych, sygnały dźwiękowe i światło dokonywanych odczytów, a także obsługę 24-godzinny odczytu dodatkowego. Pomimo innego koloru nakrętki, technologia umożliwia szybkie i w pełni automatyczne wykrycie żywotności zarodników na podstawie fluorescencji.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia inkubatora na czas trwania umowy czy inkubator ma być dostarczony wraz z testami a koszt inkubatora będzie stanowił osobną pozycję na fakturze?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, w opisie SWZ Zamawiający wyraźnie zaznaczył iż zaoferowane wskaźniki mają być kompatybilne z autoczytnikami posiadanymi przez Zamawiającego.

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 5 poz. 1, 2, 3.

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo-foliowe samoprzylepne, w których papier ma wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 7,2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,8 kN/m? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 5 poz. 1, 2, 3.

Czy zamawiający dopuści torebki papierowo-foliowe samoprzylepne, w których folia ma 6 warstw, nie licząc warstwy kleju. Posiada potwierdzenie zgodności ilości warstw folii przez niezależną jednostkę notyfikowaną, przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów; grubość nie większa niż 52 µm; waga nie więcej niż 53g/m²; wydłużenie przy rozdarciu 100%; wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania; jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 5 poz. 1, 2, 3.

Czy zamawiający nie dopuścił się omyłki w przypadku charakterystyki folii i nie miał na myśli określenia jej siły zrywającej wyrażonej w N/15mm, zamiast wytrzymałości na rozdarcie?

Odp. Zamawiający nie dopuścił się omyłki.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 5 poz. 1, 2, 3.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o dopuszczenie siły zrywającej folii wynoszącej powyżej 25 N/15mm, zamiast parametru wytrzymałości na rozdarcie.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 dot. pakietu nr 5 poz. 1, 2, 3.

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo-foliowe samoprzylepne pakowane po 100 sztuk w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem na ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Karina Suttor
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych

Z poważaniem,

Z upoważnienia Dyrektora
Agnieszka Śniadała

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1094671>
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Karina Suttor
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl