

Sprawa nr 24/ZAP/2025

Olsztyn, dnia 6 maja 2025 r.

Dotyczy: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby działań diagnostycznych, świadczeń profilaktycznych, wzmocnienia opieki domowej nad pacjentami oraz opieki fizjoterapeutycznej w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zamawiający udziela odpowiedzi cz. II na pytania zadane przez uczestnika postępowania.

Pytanie 1 dot. pkt 24 i 25 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH

Przedmiot Zamówienia oferowany przez Wykonawcę jest urządzeniem ultradźwiękowym zasilanym wewnątrznie, wykonanym całkowicie szczelnie, a komunikacja danych odbywa się bezprzewodowo. Urządzenie nie ma połączenia z siecią zasilającą, nie posiada w swojej konstrukcji złączy, części metalowych ani części znajdujących się pod napięciem dostępnych dla operatora lub pacjenta. Ze względu na powyższe cechy podczas użytkowania nie występuje ryzyko związane z zagrożeniem elektrycznym. Nie jest też możliwe przeprowadzenie standardowych testów bezpieczeństwa jakie jest wykonywane podczas rutynowych przeglądów ultrasonografów zasilanych z sieci energetycznej. Urządzenie zatem nie podlega konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych i testów bezpieczeństwa. Bezpieczna i prawidłowa praca urządzenia wymaga stosowania się do zaleceń przedstawionych w instrukcji obsługi urządzenia. Wobec powyższego wnosimy prośbę o usunięcie pkt 24 i 25

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią OPZ.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings